FECHA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTIVIDAD:	EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO POLITICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
PROCESO VINCULADO:	GESTIÓN BIOMÉDICA
RESPONSABLE:	YESID ESTEBAN MENA PANTOJA
OBJETIVO:	PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

CONTENIDO DEL INFORME:

1. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de la tecnología biomédica es esencial para garantizar la calidad, seguridad y continuidad de los servicios de salud del Hospital Departamental San Antonio de Padua. La Política de Gestión de Tecnología Biomédica establece lineamientos para asegurar que los equipos médicos mantengan altos estándares de funcionamiento, seguridad y eficiencia durante todo su ciclo de vida, abarcando aspectos como mantenimiento, verificación de desempeño, aseguramiento metrológico, capacitación del personal, adquisición y disposición final de equipos, actualización de sistemas de información y tecnovigilancia.

El presente informe expone el grado de cumplimiento de esta política, describiendo las acciones ejecutadas, los resultados obtenidos y las oportunidades de mejora, con el fin de optimizar la disponibilidad, seguridad y uso responsable de la tecnología biomédica en el hospital.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Definir e implementar la Política de Gestión de la Tecnología Biomédica, orientada a mitigar los riesgos asociados a su uso en el marco de la prestación de los servicios de salud.

2.2. ESPECIFICIOS

- ✓ Diseñar e implementar un modelo de gestión que establezca los lineamientos y estrategias para la planeación, adquisición, instalación, capacitación, operación, disposición final y reposición de la tecnología biomédica.
- ✓ Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el uso de la tecnología en la prestación de servicios de salud.
- ✓ Desarrollar metodologías para la evaluación continua del desempeño operativo de la tecnología biomédica de la E.S.E.

3. ALCANCE

El presente informe evalúa el grado de cumplimiento de la Política de Gestión de la Tecnología Biomédica del Hospital Departamental San Antonio de Padua, aplicable a los equipos biomédicos utilizados en los servicios asistenciales y de apoyo. El alcance comprende la revisión de las actividades relacionadas con el mantenimiento, verificación de desempeño, aseguramiento metrológico, capacitación del personal, adquisición, uso y disposición final de la tecnología biomédica, así como los procesos de tecnovigilancia.

Este análisis permite identificar resultados, fortalezas y oportunidades de mejora, orientadas a garantizar la seguridad, disponibilidad y uso adecuado de la tecnología biomédica en la prestación de los servicios de salud.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

4. JUSTIFICACIÓN DE LA POLITICA

Los servicios que presta la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata – Huila dependen de manera directa del uso de tecnologías biomédicas, por lo que resulta indispensable contar con una política de gestión que garantice su adecuada planeación, adquisición, instalación, capacitación, operación, disposición final y reposición.

Esta política no solo establece directrices para la gestión integral de la tecnología, sino que también incorpora procesos de capacitación y formación del personal, con enfoque en la seguridad, asegurando su alineación con el direccionamiento estratégico institucional y fomentando una cultura de uso responsable y eficiente de la tecnología biomédica.

5. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

- **Seguimiento**: Ejecución de actividades según cronogramas y planes establecidos en las estrategias.
- **Medición**: Indicadores de cumplimiento de actividades desarrolladas.
- **Análisis**: Ajuste de las actividades de gestión de la tecnología, de acuerdo a los datos generados en el desarrollo de estas.
- **Evaluación**: Desempeño de la tecnología.

5.1.1 Indicador Número 1: Mantener en un 90% las acciones de mantenimiento preventivo realizadas dentro del término de tiempo establecido.

- ✓ **Fórmula:** (Número de acciones de mantenimiento preventivo realizadas / Número de acciones de mantenimiento preventivo programadas) X 100
- ✓ **Periodicidad:** Mensual
- ✓ **Meta:** 90%

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

✓ **Evidencia:** Reportes de servicio de mantenimiento preventivo



Ilustración 1. Tendencia cumplimiento Mantenimiento Preventivo – Año 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
HDSAP	97%	99,8%	100%	96,5%	98,2%	99,1%	98%	97%	100%	95%	98%	100%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	254	389	112	269	389	112
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	393	112	258	394	112

Análisis.

La ilustración 1 muestra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; nos

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 98%

Estrategias para mejorar.

No aplica, el indicador alcanza la meta

5.1.2 Indicador Número 2: Mantener en menos del 4% las acciones de mantenimiento correctivo realizadas dentro del término de tiempo establecido.

- ✓ **Fórmula:** Número de mantenimientos correctivos de equipos biomédicos realizados / Total de equipos biomédicos existentes
- ✓ **Periodicidad:** Mensual
- ✓ **Meta:** <4%
- ✓ **Evidencia:** Reportes de servicio de mantenimiento correctivo.



Ilustración 2. Tendencia de mantenimientos correctivos Año 2025

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META	<4%	<4%	<4%	<4%	<4%	<4%	<4%	<4%	<4%	<4%	<4%	<4%
HDSAP	0,4%	0,1%	0,6%	1,0%	0,4%	0,4%	1,4%	0,3%	0,4%	0,0%	1,4%	1,0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Número de mantenimientos correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	3	11	2	3	0	11	8
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	766	803	797	796

Análisis.

La ilustración 2 muestra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento correctivo de equipos biomédicos; en el año 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 0,6 % el cual se encuentra por debajo de la meta que es menor a 4%.

Estrategias para mejorar.

No aplica, el indicador se mantiene por debajo del 4%, sin embargo, se solicita la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos

5.1.3 Indicador Numero 3: Actualización de las Hojas de Vida de los Equipos Biomédicos de la Institución.

- ✓ **Fórmula:** (Número de hojas de vida de equipos biomédicos actualizadas / Número de Hojas de vida equipos Biomédicos programadas para actualización) x 100
- ✓ **Periodicidad:** Mensual.
- ✓ **Meta:** 90%

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

- ✓ **Evidencia:** Hojas de vida en físico o digital.
- ✓ **Indicador:** Cumplir en un 90% las hojas de vida programadas durante el año.



Ilustración 3. Tendencia cumplimiento hojas de vida Año 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Hojas de vida actualizadas	0	0	0	0	51	40	40	40	40	40	40	40
Hojas de vida programadas	0	0	0	0	51	40	40	40	40	40	40	40

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
SAN ANTONIO DE PADUA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Análisis.

La Ilustración 3 presenta el resultado del indicador de tendencia sobre la proporción de cumplimiento en la actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos. En el año 2025, se registró un promedio

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

de cumplimiento del 66%, cifra asociada a la falta de seguimiento en el proceso de actualización y a la implementación, en abril, del nuevo formato institucional de hoja de vida.

Estrategias para mejorar.

Teniendo en cuenta que el formato actualizado de hojas de vida se implementó en abril de 2025, a partir del mes siguiente se realiza un seguimiento mensual, lo que permitirá alcanzar un cumplimiento superior al 90% en el próximo año.

5.1.4 Indicador Número 4, Cumplimiento plan de capacitaciones

- ✓ **Fórmula:** (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 100
- ✓ **Periodicidad:** SEMESTRAL
- ✓ **Meta:** 90%
- ✓ **Evidencia:** Lista de asistencia, Evaluaciones, Informe capacitaciones.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



Ilustración 4. Tendencia cumplimiento de capacitaciones año 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Capacitaciones ejecutadas	0	1	1	1	4	1	1	1	1	3	2	2
Capacitaciones programadas	0	1	1	1	4	1	1	1	1	3	2	2

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
SAN ANTONIO DE PADUA	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Análisis.

La Ilustración 4 muestra el resultado del indicador de tendencia correspondiente a la proporción de cumplimiento en las capacitaciones sobre equipos biomédicos. Durante el año de 2025, se alcanzó un promedio de cumplimiento del 100%.

Estrategias para mejorar.

No aplica, el indicador alcanza la meta

5.1.5 Indicador Número 5: Cumplimiento de plan de calibración.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

- ✓ **Fórmula:** (Número de actividades de calibración realizadas / Número de actividades de calibración programadas) x 100
- ✓ **Periodicidad:** Anual
- ✓ **Meta:** 90%
- ✓ **Evidencia:** Certificados de calibración



Ilustración 5. Tendencia de cumplimiento de calibraciones año 2025

Calibraciones:

PROGRAMADAS	548
EJECUTADAS	496

Promedio: 90,5%

Análisis.

En el período año 2025 se obtuvo un promedio de 90,5% en la ejecución de calibraciones de equipos biomédicos, evidenciando un adecuado cumplimiento del plan de mantenimiento. El porcentaje no fue mayor debido a la existencia de equipos pendientes de calibración, los cuales se encuentran fuera de servicio por falta de repuestos, lo que limitó la ejecución total de las actividades programadas.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

CONCLUSIONES

El análisis de los indicadores evidencia avances significativos en la implementación de la política de gestión de la tecnología biomédica, resaltando el cumplimiento óptimo en áreas como la capacitación del personal, los mantenimientos preventivos. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora en procesos como la actualización de hojas de vida.

La política de gestión de la tecnología biomédica constituye un pilar fundamental para garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los equipos utilizados en la prestación de servicios de salud. Su correcta implementación y seguimiento permiten optimizar el uso de los recursos, prevenir fallas, prolongar la vida útil de los dispositivos y asegurar que cumplan con los estándares técnicos y normativos. Además, el monitoreo constante de sus indicadores facilita la detección oportuna de oportunidades de mejora, fortaleciendo la calidad del servicio y contribuyendo a la seguridad del paciente.

Elaboro:

YESID ESTEBAN MENA PANTOJA
INGENIERO BIOMÉDICO

EVIDENCIAS:

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

La Plata (Huila), 17 de febrero de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria enero 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de la actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de ENERO; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
David Alexander Reyes
Ingeniero soporte
Respaldo Vital

1. INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 011 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de enero de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME**
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores esten afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al dia del personal de Biomedica.
Verificar el pago de Impuestos estampillas y polizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y polizas, se verifica en los registros de gestion comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestacion de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomedicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTION CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA.

Dar cuenta de la ejecucion del objeto contratual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervision.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente y manifiesta cumplimiento.
Realizar inspeccion inicial precisando el estado actual de los equipos y actualizacion del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios.
Organizar el materia repuestos y/o herramientas para la realizacion del mantenimiento	Se da cumplimiento.
Programacion de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento.
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos medicos instalados en la institucion.	Se cuenta con todos los protocolos al dia
Elaboracion de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo medico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios tecnicos donde esten consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomedico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales tecnicos	Se realizan rondas y se deja evidencia en el formato BIO-F-340 LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS EN SALAS DE CIRUGÍA
Brindar capacitacion de equipos biomedicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitacion mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumpliimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones
Dar concepto acerca de la prolongacion de la vida util de los equipos biomedicos.	Se da cumplimiento dando concepto tecnico al personal de activos fijos
Asesorar en la gestion administrativa y de gestion de equipamiento biomedico (Adquisicion, mantenimiento, baja reposicion y traslado):	Se da cumplimiento en los comité de vigilancia de la ESE

Administracion de garantías	Se realiza verificacion de los equipos que tienen garantia
Verificacion de los procesos de Metrologia Biomedica	Se cumple realizando seguimiento al cronograma de calibracion del contratista.
Elaborar Guias de evaluacion tecnica estandarizada para equipos Biomedicos	Se esta realizando por medio de las actividades realizadas al equipo reflejada en los reportes de servicio.
Colaborar con la elaboracion del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2024.	Se cuenta y cumple el plan de mantenimiento de RESPALDO a la ESE.
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relacion a los equipos Biomedicos	Se da cumplimiento en las asistencia a los comites de Tecnovigilancia de la ESE
Realizar e implementar las guias rapidas de operación de todos los equipos Biomedicos	Se cumple y se tienen todas las guias rapidas
Realizar la actualizacion de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con todas las hojas de vida de los equipos de la ESE
Las de mas Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras tales que se interviene en la manipulacion de equipos. Ejemplo traslado, instalacion, reubicacion.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomedicos y/o electronicos con experiencia para la ejecucion del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomedicos como evidencia de cumplimiento a los solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Se da cumplimiento
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejeccucion del contrato	Se da cumplimiento.
Cumplir con todas las politicas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento.

Dar cumplimiento a las buenas practicas en salud establecidas en el codigo de etica del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de proteccion personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentacion personal, restriccion del uso de celulares durante el proceso de atencion en salud, el cumplimiento de la programacion de turnos y el buen uso de la informacion institucionales en redes sociales	Se da cumplimiento
Las demas requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE ENERO DEL 2025*

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
NOMBRE DEL CLIENTE	**96%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**8%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Total de mantenimientos preventivos programados	278	447	113	278	447	113	278	447	113	278	447	113	279

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{269}{278} \times 100 = 96\ \%$$

ANALISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de enero del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 96%.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

En este caso la desviación se dio porque el cliente no proporciono los equipos pertenecientes a la ambulancia (OPP-049) que se encontraban en mantenimiento.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de enero se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- AMBULANCIAS -
- CONSULTA EXTERNA
- URGENCIAS
- FARMACIA – ALMACÉN - SISTEMAS - VACUNACIÓN

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación para el mes de enero del 2025:

Tabla 1. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS AMBULANCIAS

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACION
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035165	AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PANTALLA PARTIDA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018704	AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PANTALLA DAÑADA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016006	AMBULANCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
OXIMETRO	CHOICE MED	MD300C52	222006301396	AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12433	AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PANTALLA DAÑADA REQUIERE BATERIA, REQUIERE CELDA DE OXIGENO , SE ENCUENTRA EN OFICINA DE MANTENIMIENTO

VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12432	AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA, PRESENTA FISURA EN LA CARCAZA, REQUIERE CELDA DE OXIGENO Y FILTROS DE AIRE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12427	AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO,PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE BATERIA, PRESENTA DETERIORO FISICO , REQUIERE CELDA DE OXIGENO Y FILTROS DE AIRE
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	21200000832	CUARTO AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACION TECNOLOGICA
TERMOHIGROMETRO	NR	NR	NR	CUARTO AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000355	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE PARA EL MODO DEA , PARCHES ADULTO PEDIATRICO, REQUIERE BATERIA
DOPPLER FETAL	HUNTLEIHG	FD1	FD1PX1359211-13	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO, DAÑO EN CARCAZA, TRASDUCTOR EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	MARTINS	OX	NR	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/A	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA MALA ACUSTICA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TORNIQUETE DE PRESION	RIESTER	NR	161280012	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021400	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DETERIORO FISICO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124634	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131538	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CAUCHOS DE SUCCION, REQUIERE FILTRO HIDROFOBICO Y PRESENTA FISURA EN CARCAZA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	140211083023	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	131118091453	OPP 023	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	IMPACT	EAGLE II	VCDC130024	OPP 023	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS NEUMATICOS EN SU INTERIOR

DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-96021558	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE PARA MODO DEA
DOPPLER FETAL	HUNTLEIHG	D920	920LX0A07318-06	OPP 039	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN SU CARCAZA Y EN TRANSDUCTOR, SE RECOMINEDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770061	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMAO15345KM	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA MALA ACUSTICA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	PEDIATRICO	N/R	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	36130102028	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN SU CONTROLADOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DETERIORO FISICO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MAS VALVAS CURVAS NUMERO 0, 1, 2 Y 3
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	FIBRA	N/R	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124714	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	140211085434	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018706	OPP 039	EQUIPO OPERATIVO, SE INSTALAN SENSORES ADULTOS Y PEDIATRICOS
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ESS1709	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE PEDIATRICO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OXYGEN	15 LPM	14H0424	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	2 SERVICIOS	N/R	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	RIESTER	NR	161280013	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035146	OPP 048	EQUIPO NO ENCONTRADO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124714	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15LPM	125657	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO

SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131540	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN SU CARCAZA, BOTON DE ENCENDIDO DAÑADO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	942624	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPHYGMOMANOMETER	ADULTO	N/R	OPP 048	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73750000497	OPP 049	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE DE BATERIA Y PARCHES ADULTO PEDIATRICO , BASE DE BATERIAS DAÑADA
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	D920	920LX0A07183-06	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
FLUJOMETRO	MARTINS	15LPM	NR	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/R	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	A36BAAA09001	OPP 049	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO CON ERROR EN SU CONTROL DE TEMPERATURA, PRESENTA DAÑOS EN SEGUROS DE CUPULA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	ADC	ESTANDAR	N/A	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018703	OPP 049	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DETERIORO DE CARCAZA
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50PSI	124639	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
SUCCIONADOR	SPARMAX	12V	421381	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	943792	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	24381	OPP 049	NO SE REALIZO MANTENIMINETO
BOMBA DE INFUSION	UNITED PHARMA	SK-600II	31100502	OPP 060	EQUIPO NO OPERATIVO, NO SE CUENTA CON EQUIPO DE MACRO
BOMBA DE INFUSION	UNITED PHARMA	SK-600II	31100468	OPP 060	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA, NO SE CUENTA CON EQUIPO DE MACRO
DESFIBRILADOR	LIFEGAIN	CU-HD1	M4R3GE022	OPP 060	EQUIPO OPERTATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO Y PEDIATRICO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M19710830018	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	GMD DIAGNOSTIC	PORTATIL	NR	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	L2011	FMA007253GL	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIATRICO	NR	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	MCO	ADULTO	NR	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA MALA ACUSTICA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	ADC	ADULTO	NR	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	ADC	PEDIATRICO	NR	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50 PSI	1630393	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	NR	NR	NR	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	978670	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	MCO	ADULTO	NR	OPP 060	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	SIARE	SIRIO S2/T	50473	OPP 060	EQUIPO NO OPERATIVO, TECNOLOGIA OBSOLETA, SE RECOMIENDA RENOVACION TECNOLOGICA
DESFIBRILADOR DEA	NIHON KOHDEN	AED-3100	12942	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES TIPO ADULTO Y PEDIATRICO, BATERIA SE ENCUENTRA EN UN 50 %
FLUJOMETRO	ACARE	15LPM	1360463	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	RAPPAPORT	NR	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO GRIS	PEDIATRICO	NR	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M21B14600101	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50PSI	1630498	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	FOLEE	H003-C	210729706030081	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	718728	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	059922	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	OPP 065	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	00906	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PAPEL PARA IMPRESORA, REQUIERE PARCHES ADULTO Y PEDIATRICO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	M22609770067	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/A	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M20406680109	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA , NO TIENE TAPA

REGULADOR DE OXIGENO	NR	15 LPM	NR	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	NR	50 PSI	128650	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	FOLEE	H003C	MO221130080020	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO HIDROFOBICO
TENSIOMETRO	SPHYGNOMANOMETER	ADULTO	NR	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	001026	OPP 067	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ESS1801	OZN 120	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA, REQUIERE PARCHES PEDIATRICOS

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS CONSULTA EXTERNA

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACION
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038354	CONSULTORIO 1	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004115	CONSULTORIO 1	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMOIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
COLPOSCOPIO	WALLACH	COLPOSTAR	AWC-W.26	CONSULTORIO 1	EQUIPO OPERATIVO 15/10/2024
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101115	CONSULTORIO 10	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	CONSULTORIO 10	EQUIPO OPERATIVO,NO TIENE TAPA DE MANGO OFTALMOSCOPIO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07264GL	CONSULTORIO 10	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M229117550015	CONSULTORIO 10	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	HUNTLEIGH	BD 4000 XS	714DX0204230-14	CONSULTORIO 10	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN TOCO ,SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	´200807224637	CONSULTORIO 10	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038302	CONSULTORIO 11	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	SECA	354	8354303210649	CONSULTORIO 11	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078093	CONSULTORIO 12	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000390	CONSULTORIO 12	EQUIPO OPERATIVO

EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	CONSULTORIO 12	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	PEDIATRICO	N/R	CONSULTORIO 12	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	070413135864	CONSULTORIO 12	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	710120	CONSULTORIO 12	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038364	CONSULTORIO 2	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	NR	ADULTO	N/R	CONSULTORIO 2	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE OLIVAS
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	050812093654	CONSULTORIO 2	EQUIPO OPERATIVO
VIDEO COLPOSCOPIO	EDAN	C6-A	860004-M22302580001	CONSULTORIO 2	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1522 K	1522010960	CONSULTORIO 3	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMOIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TENSIOMETRO	SPYGMONOMETER	ADULTO	NR	CONSULTORIO 4	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	CONSULTORIO 4	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIRO FISICO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038445	CONSULTORIO 4	EQUIPO OPERATIVO, BOTONES EN MAL ESTADO
ECOGRAFO	MINDRAY	DP-9900 PULS	ME7C0799	CONSULTORIO 4	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMOIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804643	CONSULTORIO 4	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	SPRIT	ADULTO	07110092	CONSULTORIO 4	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076769	CONSULTORIO 5	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0359210-13	CONSULTORIO 5	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	CONSULTORIO 5	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	CONSULTORIO 5	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CUELLO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	120484	CONSULTORIO 5	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	813	8813265151160	CONSULTORIO 6	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA VARIACION

					EN SUS PESO CON 1 KILOGRAMO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTORIO 6	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	N/R	CONSULTORIO 6	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CAMPANA PEDIATRICA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021401	CONSULTORIO 6	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG, REQUIERE EXTENCION DE SENSOR DE SPO2
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	893147	CONSULTORIO 7	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038301	CONSULTORIO 7	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	CONSULTORIO 7	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	N/A	CONSULTORIO 7	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA DE TIPO ADULTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125449	CONSULTORIO 7	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	974124	CONSULTORIO 7	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076770	CONSULTORIO 8	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000384	CONSULTORIO 8	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	CONSULTORIO 8	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	CONSULTORIO 8	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA PEDIATRICA
NEGATOSCOPIO	KRAMER	UN CUERPO	NR	CONSULTORIO 8	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	352364	CONSULTORIO 8	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPYGMONOMETER	ADULTO	NR	CONSULTORIO 8	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS URGENCIAS

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACION
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078058	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099397	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000382	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000380	EQUIPO OPERATIVO

BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	524KL	5240005492	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA VARIACION EN SUS PESOS, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE MANTENIMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415689	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8694	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8695	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8691	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8698	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8697	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32681	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32678	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32683	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32686	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32677	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32685	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32680	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	135-13/02	32688	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MOTOR DE PIERNERAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	135-13/02	32700	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN BARANDA DE PIERNERA IZQUIERDO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1511	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1480	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1517	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1503	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1500	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA DE TRANSPORTE	DOMETAL	HYDRUX 2	60917	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PALANCA PARA EL MOVIEMIENTO DEL ESPALDAR
CAMILLA DE TRANSPORTE	DOMETAL	HYDRUX 2	60918	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PALANCA PARA EL MOVIEMIENTO DEL ESPALDAR
CAMILLA DE TRANSPORTE	DOMETAL	HYDRUX 2	60916	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA DE TRANSPORTE	DOMETAL	HYDRUX 2	60915	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA DE TRANSPORTE	DOMETAL	HYDRUX 2	60919	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA DE TRANSPORTE	DOMETAL	HYDRUX 2	60914	EQUIPO OPERATIVO

CAMILLA DE TRANSPORTE	MUBI	CIGNUX	72776	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA DE TRANSPORTE	MUBI	CIGNUX	72613	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA DE TRANSPORTE	MUBI	CIGNUX	72607	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA DE TRANSPORTE	MUBI	CIGNUX	72610	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA DE TRANSPORTE	MUBI	CIGNUX	72606	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO Y OXIDACION
CAMILLA DE TRANSPORTE	MUBI	CIGNUX	72781	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO Y OXIDACION
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	905	EQUIPO OPERATIVO,PRESENTA DETERIORO EN CARCAZA
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118139	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT1	19081468	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/A	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/A	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	777 SERIES	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	F06181	EQUIPO OPERATIVO, PRENSENTA DAÑOS EN OFTALMOSCOPIO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07346GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007266GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007351GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007352GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	GENERICO	0 - 15 LPM	F07201	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
GRAMERA	WEIHENG	WH-BOQ	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NACIONAL	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENTA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	EQUIPO OPERATIVO

LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	RIESTER	ADULTO-PEDIATRICO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LOCALIZADOR DE VENAS	SHENZHEN BESTMAN	BVF 263	20002068	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035132	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE PERILA DE MANDO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035097	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035164	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE SPO2 ADULTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035272	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035213	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO REQUIERE SENSORES PEDIATRICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3745	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1124	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR SPO2, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1106	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1126	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO , SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1127	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1120	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1121	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1125	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1114	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1109	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSORES PEDIATRICOS, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1116	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN TARJETA DE MODULO NIBP, PRESENTA DAÑO EN SOCKET DE SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1128	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1111	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-44129115	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010141	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG

MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-19119633	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA, SENSOR DE SPO2 MAL ESTADO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, NO CUENTA CON ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128155	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125443	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125533	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128131	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130302	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125522	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130284	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
PESA PAÑAL	CAMRY	NEK4150	N/R	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16908650020	EQUIPO NO OPERATIVO, EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR, BATERIA EN MAL ESTADO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870050	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN LA TAPA BATERIA
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	15 LPM	156583	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C343	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C318	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PERILLA DE REGULACION
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	5 LPM	13345C366	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C302	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C308	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470254	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470253	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131582	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131584	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO HIDROFOBICO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001185	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO HIDROFOBICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	977357	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	710160	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	804751	EQUIPO OPERATIVO

TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	365053	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804759	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804808	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIOMETRO	RESIDENT	ADULTO	99042	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	130227102214	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12431	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INDICADORES LED , REQUIERE CELDA DE O2
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12425	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INDICADORES LED , REQUIERE CELDA DE O2
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12429	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA, SE ENCUENTRA EN OFICINA DE MANTENIMENTO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS ALMACEN – SISTEMAS – VACUNACION – FARMACIA

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACION
TERMOHIGROMETRO	EBC	ETP101	N/R	ALMACÉN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	NR	HTC - 2	N/R	ALMACÉN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	DIGITAL	N/R	FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	SISTEMAS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	N/R	VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	N/R	VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO

2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE ENERO DEL 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
NOMBRE DEL CLIENTE	**0%**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**#¡DIV/0!**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de equipos biomédicos existentes	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{3}{803} \times 100 = 0{,}37$$

ANALISIS

En el mes de noviembre se presentaron 3 acciones correctivas las cuales se presentaron en diferentes areas del hospital

MOTIVOS DE LA DESVIACION

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de enero, tiene como principal causa es el desgaste normal que es causado por el uso de los equipos dentro de los servicios, además de la falta de adquisición oportuna de repuestos

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

2.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron 3 ***acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, **0** ***entregas e instalaciones.*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACION
AUTOCLAVE	MATACHANA	SC500/S1000	E-30416	ESTERILIZACION	EQUIPO SE HACE CAMBIO DE BATERIA DE PLC
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19200980012	GINECO	SE HACE AJUSTE DE LOS PINES DE CARGA
EQUIPO DE RAYOS X FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X	SE HACE CAMBIO DEL BOMBILLO DEL COLIMADOR

3. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES* DE ENERO DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
NOMBRE DEL CLIENTE	**0%**	**###**	**###**	**###**	**###**	**####**	**###**	**###**	**###**	**####**	**####**	**####**	**#¡DIV/0!**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de egresos	9842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{0}{9842} \quad X\ 100 = 0\ \%$$

ANALISIS

La grafica 3 muestra que, durante el mes de enero, no hubo ningún evento adverso asociado al uso de equipos biomédicos, generando así, un valor de 0% para este indicador cumpliendo con la meta.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE ENERO DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
NOMBRE DEL CLIENTE	**0%**	**###**	**###**	**###**	**###**	**####**	**###**	**###**	**###**	**####**	**####**	**####**	**#¡DIV/0!**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de equipos biomédicos existentes	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

$\frac{0}{803} \times 100 = 0\ \%$

ANALISIS

La grafica 4 muestra que, durante el mes de enero, hubo 0 equipo fuera de servicio, teniendo un valor de 0 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA *EL MES* DE ENERO DEL 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
NOMBRE DEL CLIENTE	**0%**	**###**	**###**	**###**	**###**	**####**	**###**	**###**	**###**	**####**	**####**	**####**	**#¡DIV/0!**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de egresos	9842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820

META DEL INDICADOR | **RESULTADO DEL MES**

SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

$\frac{0}{9842}$ X 100 = **0%**

ANALISIS

La grafica 5 muestra que, durante el mes de enero, no hubo ningún incidente adverso asociado al uso de equipos biomédicos, generando así, un valor de 0% para este indicador y cumpliendo con la meta.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

6. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES* DE ENERO DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
NOMBRE DEL CLIENTE	**#iDIV/0!**	**####**	**####**	**####**	**####**	**####**	**####**	**####**	**####**	**####**	**####**	**####**	**#iDIV/0!**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Induccion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Numero de Personal asistencial capacitada en Induccion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$\frac{0}{0}$ x 100 = 0%

ANALISIS

La grafica 6 muestra una relación, durante el mes de enero no hubo programación de personal para capacitacion.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

7. *TENDENCIA DE PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION PARA EL MES DE ENERO DEL 2025*

Grafico 7 TENDENCIA DE PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

NOMBRE DEL CLIENTE	#iDIV/0!	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	#iDIV/0!

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Personal asistencial capacitada en Inducciónes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

0 x 100 = 100%
0

ANALISIS

La grafica 7 muestra una relación, durante el mes de enero no hubo programación de personal para capacitacion.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

8. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANTIDAD
1	FILTRO DE AIRE ESTERIL MATACHANA	1
2	KEY BOARD PARA MONITOR FETAL EDAN F3	1
3	PANTALLA PARA MONITOR FETAL EDAN F3	2
4	PANTALLA DE BASCULA SECA 354	1
5	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1
6	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONIVAL T60	2

7	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	2
8	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	1
9	PANTALLA PARA ELCTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN ECG-1150	1
10	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10
11	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIATRICO	8
12	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	6
13	SENSOR DE SpO2 PEDIATRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, CONECTOR AZUL 9 PINES. MARCA BINMED	2
14	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DENIHON KODEN ADULTO	7
15	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DENIHON KODEN PEDIATRICO	4
16	EXTENSION PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6
17	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1
18	MANOMETRO PRECALIBRADO 50PSI DE AIRE MEDICINAL	2
19	BRAZALETE UNA VIA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5
20	BRAZALETE UNA VIA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5
21	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5
22	BRAZALETE DE UNA VIA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5
23	BRAZALETE DE 2 VIAS ADULTO	3
24	BRAZALETE DE 2 VIAS PEDIATRICO	3
25	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	4
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	2
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	5
28	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3
29	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3
30	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3
31	OBJETIVOS PARA MICROSCOPIO OLYMPUS DE 40X	1
32	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH-30	1
33	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	1
34	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSION MARCA HAWKMED MODELO HAWK i1	1
35	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3
36	BATERIA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	1
37	PARCHES PEDIATRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4
38	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4
39	CABLE DE PARCHE PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	3
40	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LINEA DE OXIGENO	6
41	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LINEA DE AIRE	2
42	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LINEA DE VACIO	2

43	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	2
44	PARCHE PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	2
45	METROS ME MANGUERA PARA CONECTAR A REGULADOR DE AIRE	2
46	PISTOLA NEUMATICA PARA CONEXIÓN A MANGUERA DE AIRE	1
47	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3
48	CARGADOR DE MESA DE CIRUGIA MARCA SCHMITZ MODELO OPX MOBILIS RC30/L …. CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1
49	FLUJOMETRO SENCILLO	6

9. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

10.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO



CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FEHA DE APROBACION	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el item 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
ELABORÓ: 2024-3-26 **Ing. MARIA ALEJANDRA RIVERA ORDOÑEZ** Cargo: Coordinación de Metrología	REVISÓ: 2024-03-27 **ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Líder SGI	APROBÓ: 2024-04-01 **WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

Respaldo Vital	FORMATO INFORME DE GESTION CLIENTES		CÓDIGO	BIO-F-095
			PROCESO	GESTION BIOMEDICA
			VERSION	2
	FECHA DE ACTUALIZACION	2024-04-01	PAGINA	1 DE 1

La Plata (Huila), 17 de marzo de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria febrero 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de la actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de FEBRERO; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

RD AR 17-03-25 3pm

1. INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 090 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de marzo de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica.
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente y manifiesta cumplimiento.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios.
Organizar el materia repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se da cumplimiento.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento.
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas y se deja evidencia en el formato BIO-F-340 LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS EN SALAS DE CIRUGÍA
Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Se da cumplimiento en los comités de vigilancia de la ESE

Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Se cumple realizando seguimiento al cronograma de calibración del contratista.
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se está realizando por medio de las actividades realizadas al equipo reflejada en los reportes de servicio.
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2024.	Se cuenta y cumple el plan de mantenimiento de RESPALDO a la ESE.
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento en las asistencia a los comités de Tecnovigilancia de la ESE
Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple y se tienen todas las guías rápidas
Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con todas las hojas de vida de los equipos de la ESE
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras tales que se interviene en la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a los solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Se da cumplimiento
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento.
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento.

Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen uso de la información institucionales en redes sociales	Se da cumplimiento
Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2025

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	96%	99,8%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	16,3%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	113	278	406	113	278	406	113	278	406	113	266

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	405 / 406 x 100 = 99,8 %
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de FEBRERO del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 99,8%.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

En este caso la desviación se da, ya que uno de los equipos presente en el servicio de esterilización (esterilizador a baja temperatura) se encuentra en garantía.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de enero se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- CIRUGÍA - ESTERILIZACIÓN
- PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA
- UCI
- HOSPITALIZACIÓN

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación para el mes de FEBRERO del 2025:

Tabla 1. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACION:	1	ENERO	2024	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
				FRECUENCIA DE CALIBRACION	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRIA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGIA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLINICO			S3			S3			S3			S3
GASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MARZO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS CIRUGÍA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	OBSERVACION
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	160 KG	1600006475	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	524 KL	5240005365	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLOS EN BOTON DE ENCENDIDO
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34660	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN CONTROL DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34659	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN CONTROL DE TEMPERATURA

					RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	D2-05008067	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	460376-M1690900058	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAE0007697	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	COVIDIEN	FORCE FX	SC62436AX	SALA	EQUIPO NO OPERATIVO, FUERA DE SERVICIO , SE RECOMIENDA RENOVACION TECNOLOGICA
ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BU1622012	SALA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAC0002857	SALA 1	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO Y DESGASTE EN PANEL DE BOTONES, PRESENTA DAÑO EN SU TARJETA DE POTENCIA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAC0002862	SALA 2	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO Y DESGASTE EN PANEL DE BOTONES, PRESENTA DAÑO EN SU TARJETA DE POTENCIA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
EQUIPO DE OIDOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
ESTIMULADOR NERVIO PERIFERICO	BRAUN	HNS	00.0083	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	NR	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015814DM	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15786DM	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15787DM	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015813DM	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO15798DM	SALA 3	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO15797DM	SALA 3	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
GASTROENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	SALA 1	EQUIPO NUEVO

FONENDOSCOPIO	GENERICO	PEDIATRICO	N/R	SALA 3	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO FISICO, REQUIERE MEMBRANA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	SALA 2	EQUIPO NUEVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE ARO TIPO SADULTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	SALA 3	EQUIPO NUEVO
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 200/200	ASLH-0261	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 200/200	ASLH-0260	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 100/200	ASML-0066	SALA 3	REQUIERE MEMBRANA DE PULSADORES PARA SATELITE SUPERIOR, EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NACIONAL	ELECTRICA	N/R	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE ALGUNAS VALVAS
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	SALA 3	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE VALVAS TIPO ADULTO
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	STAINLESS	N/R	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	N/R	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEINBINGER	65-34011	N/R	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON TAPA DE MANGO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0249	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MANGUERA DE AGENTES ANESTESICOS, KIT DE FILTROS Y MANGUERAS
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0250	SALA 1	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE

					MANGUERA DE AGENTES ANESTESICOS, KIT DE FILTROS Y MANGUERAS - EQUIPO FUERA DE SERVICIO
MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	ER-42002202	SALA 2	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE MANGUERA DE AGENTES ANESTESICOS, VALVULA APL, KIT DE FILTROS Y MANGUERAS, REQUIERE CELDA DE OXIGENO , REQUIERE KIT DE EMPAQUES DE SISTEMA EXHALATORIO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	FABIUS PLUS XL	ASMJ-0128	SALA 3	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA
MESA DE CIRUGIA	SCHMITZ	OPx MOBILIS RC30/L	OOOS1336	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO TRABAJANDO DE FORMA MANUAL, REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA CARGA DE BARTERIAS
MESA DE CIRUGIA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-51004032	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS Y DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
MESA DE CIRUGIA	MAQUET	N/R	00160	SALA 3	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS Y DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	525MM0196	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010142	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IPM10	EF43011743	SALA 3	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130306	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130305	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130304	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO - FALTAN LATIGUILLOS DE EKG

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130288	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130248	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130245	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128147	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130309	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562 K	17001	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870042	RECUPERACION	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16908650017	RECUPERACION	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C307	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25481	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA BAJO NIVEL DE PRESION NEGATIVA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25484	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INTERUPTOR DE ENCENDIDO,PRESENTA BAJO NIVEL DE PRESION NEGATIVA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L8.20.131	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO, MANOMENTRO DAÑADO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001180	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INTERUPTOR DE ENCENDIDO, PEDAL DAÑADO, MANOMETRO DAÑADO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	120600002844	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENTA HACER

					RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001182	SALA 3	EQUIPO NO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPKZ	ADULTO	7111947	EST. ENF.	EQUIPO NO ENCONTRADO
TENSIOMETRO	LORD	PEDIATRICO	10931587	EST. ENT.	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS ADULTO	07686841	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA312	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	NR	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	SALA 3	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	SALA 1	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	SALA 2	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	BIOTEMP	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS ESTERILIZACIÓN

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	OBSERVACION
AUTOCLAVE	MATACHANA	SC500/S1000	E-30416	ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA	STERIS	V- PRO S2	033262363	ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	ÁREA VERDE	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	LAVADO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GENERICO	HTC-2	N/R	ÁREA AZUL	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS PEDIATRÍA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	OBSERVACION
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32688	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8696	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8695	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO

BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074173	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	CHARDER	M53500	C22006905	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004066	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32679	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60892	HABITACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60891	HABITACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60890	HABITACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60889	HABITACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32684	HABITACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8693	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32705	3 PISO	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32699	3 PISO	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32687	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, CONTROL EN MAL ESTADO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60926	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073422	HABITACION 3	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1523	CAMA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1628	CAMA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1486	CAMA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1497	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1602	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015286KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EL EQUIPO PRESENTA FUGA EN CRISTAL, EQUIPO FUERA DE SERVICIO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007317GL	ESTACION DE ENFERMERIA	EL EQUIPO PRESENTA FUGA EN CRISTAL, EQUIPO FUERA DE SERVICIO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015367KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EL EQUIPO PRESENTA FUGA EN CRISTAL, EQUIPO FUERA DE SERVICIO

FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007316GL	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015311KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EL EQUIPO PRESENTA FUGA EN CRISTAL, EQUIPO FUERA DE SERVICIO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015295KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015799DM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
INCUBADORA	ATOM INFANT	V-80	3010824	NEONATOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON BATERIAS,NO TIENE SENSOR DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
INCUBADORA	FANEM	1166C	CN 3413	NEONATOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE PODER, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	NEONATOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENTA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	437-06	NEONATOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON BOTON DE REINICIO, CONTADOR DE TIEMPO DAÑADO, REQUIERE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	433-06	NEONATOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEIBENGER®	PEDIATRICO	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
LOCALIZADOR DE VENAS	SHENZHEN BESTMAN	BVF 263	20002070	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-S1016002	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130249	3 PISO	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130301	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130286	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO
PESA PAÑAL	GENERICO	5 KG	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA OXIDACION EN COMPARTIMENTO DE BATERIAS
PULSOXIMETRO	BEIJING CHOICE	M0300C52	192756300925	PEDIATRIA	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870036	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN TAPA DE BATERIAS, REQUIERE SENSORES PEDIATRICO, NEONATAL
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870048	PRE TRIAGE	EQUIPO OPERATIVO, TAPA DE ABTERIA EN MAL ESTADO
REGULADOR DE OXIGENO	MCARE	0 - 15 LPM	200901893	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15LPM	09225C147	PEDIATRIA	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131583	CAMA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	973874	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CRISTAL, REQUIERE BRAZALETE Y PERA
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	732529	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	NEONATAL	364907	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	HONSUN	PEDIATRICO	128439	ESTACION DE ENFERMERIA	REQUIERE BRAZALETE Y PERA.
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS TERAPIA FÍSICA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	OBSERVACION
ELECTROESTIMULADOR	SKYLARK	SUPERSTIM	130998284	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO
BICICLETA ESTÁTICA	SPORT FITNESS	NEW CASTLE	FITB738I-139	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROESTIMULADOR	INTELTEC	2332	8660752	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN UNO DE SUS CANALES
ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CANAL 4, PRESENTA

					DAÑO EN LA MEMBRANA DE BOTONES
ELECTROESTIMULADOR	INGELSAD	NEURODIN L4	133008/1541	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROESTIMULADOR	SKYLARK	6100 PLUS	09611	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HUTHP	NR	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HUTHP	NR	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA CARCAZARA DETERIORADA
TANQUE PAQUTE CALIENTE	INTERFÍSICA	COMBO 8 PAQ.	N/R	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
ULTRASONIDO	IMC	PORTÁTIL US 1000	70800419	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	124733	TERAPIA FISICA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 6 – INVENTARIO EQUIPOS UCI

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	OBSERVACION
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00415709	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415600	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415627	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	813	8813265151153	EST. ENF.	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413771	CUBICULO 1	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4006612	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4006542	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413765	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415646	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00415710	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413732	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415644	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO

BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415648	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CABLE DE PODER
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413773	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413779	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415641	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415718	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415721	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413767	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413777	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413725	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413736	CUBICULO 6	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413733	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00415716	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413686	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413704	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413728	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWKi1	4007099	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWKi1	4007141	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWKi1	4007188	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWKi1	4007202	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWKi1	4006845	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWKi1	4006892	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWKi1	4007028	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN PANTALLA
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWKi1	4007036	CUBICULO 9	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MEMBRANA DE BOTONES

CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073418	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600006	CUBICULO 1	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600007	CUBICULO 11	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600005	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600002	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600004	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600009	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600001	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600010	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600008	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600003	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
CAPNOGRAFO	MASIMO	EMMA	249879	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20310016	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO OPERATIVO
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20314383	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART DG	DZ-05008069	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE ADULTO
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	V2	611766WX0	PASILLO	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101113	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	ABBOT	ISTAT ALINITY	802319	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	LENZ	GZ-30	NR	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322342	CUBICULO 1	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322536	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322647	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322387	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322888	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO

FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322269	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322651	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322347	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322563	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	SENCILLO	FMA006492GL	CUBICULO 11	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ASSIST	SENCILLO	61K2005025B/188	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/118	CUBICULO 1	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	H2012	QALL01525	CUBICULO 11	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/058	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/117	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/116	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/056	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/122	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/068	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	CUBICULO 6	
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	CUBICULO 4	
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	CUBICULO 1	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	NR	PEDIATRICO	VINOTINTO	ESTACION DE ENFERMERIA	
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NR	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	CUBICULO 11	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	210118538025	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	210118538025	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	CUBICULO 1	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430220	NR	CUBICULO 11	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	CUBICULO 2	EQUIPO NO OPERATIVO, DAÑO EN LLAVE DE PASA, MANOMETRO DAÑADO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO, MANOMETRO DESAJUSTADO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	RIESTER	ADULTO-PEDIATRICO	N/R	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3747	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1115	CUBICULO 11	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1113	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1122	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1107	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1110	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3772	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3769	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3743	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1118	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3732	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3740	TRANSPORTE	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	36D101-M19B10870046	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	13179C289	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 1	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 11	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 5	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO

REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-SA	L8.20.134	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-SA	L.12.20.257	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-SA	L12.20.215	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-SA	L12.20.241	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPHYGMOMANOMETER	ANEROIDE	NR	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SHOCK	160803185007	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BRAZALETE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LICUIDE	MONNAL T60	MT60-12448	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SOCKET DE SENSOR DE FLUJO, REQUIERE BATERIA,PRESENTA FISURA EN CARCAZA
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12450	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12459	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SOCKET DE SENSOR DE FLUJO REQUIERE BATERIA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12471	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA , PRESENTA FISURA EN CARCAZA
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04615	CUBICULO 1	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04515	CUBICULO 10	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04185	CUBICULO 2	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04815	CUBICULO 3	EQUIPO OPERATIVO

VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04669	CUBICULO 4	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04617	CUBICULO 5	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE SENSOR DE O2
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03210	CUBICULO 6	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04663	CUBICULO 7	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03290	CUBICULO 8	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04652	CUBICULO 9	EQUIPO OPERATIVO
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391975	EST. ENF.	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA

Tabla 7 – INVENTARIO EQUIPOS HOSPITALIZACIÓN

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACION
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074172	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099400	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	522KL	5220008998	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1503	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CONTROL DE MOVIMIENTOS, DETERIORO FISICO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1501	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA ELÉCTRICA	MB	MB-10-2	CC-8690	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MB	MB-10-2	CC-8689	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMET	13770/02	52690	[illegible]	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, TIENE DAÑADA LA BARANDA SUPERIOR DEL LADO DERECHO

CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60926	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, TIENE DAÑADA LA BARANDA INFERIOR DEL LADO DERECHO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32697	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE BARANDAS, PRESENTA DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32694	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE BARANDAS, PRESENTA DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32693	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN BARANDA SUPERIOR DERECHA E INFERIOR IZQUIERDA , PRESENTA DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60922	HABITACION 10	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32688	HABITACION 12	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS Y EN BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32704	HABITACION 13	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32698	HABITACION 14	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO Y DETERIORO GENERAL, BARANDAS EN MAL ESTADO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60921	HABITACION 15	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32691	HABITACION 16	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32706	HABITACION 17	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DAÑO EN BARANDA SUPERIOR EN INFERIRO DERECHA, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60925	HABITACION 19	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIOROS EN BARANDAS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60927	HABITACION 2	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIOROS EGENERAL

CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60929	HABITACION 22	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIOROS EN BARANDAS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60923	HABITACION 23	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32689	HABITACION 24	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32702	HABITACION 25	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIOROS EN BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32703	HABITACION 5	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO EN BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32700	HABITACION 9	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32696	HABITACION AD-04	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN BARANDAS Y DETERIORO GENERAL
CAMA ELÉCTRICA	MUDI	QUAXAR	0000073418	HABITACION AD-05	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUDI	QUAXAR	0000073422	HABITACION AD-05	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUDI	QUAXAR	0000073421	HABITACION AD-05	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUDI	QUAXAR	0000073417	HABITACION AD-06	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1499	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1525	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1519	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	HD110XE	73675000480	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	116138	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAD158150M	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAD07968GL	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO

FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMI007405GL	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07392GL	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15804DM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15803DM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15369KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15365KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15378KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO115356KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15332KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15292KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15342KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15287KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15285KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15376KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15386KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15300KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO BOTON DE ESPULSION DEL EQUIPO DAÑADO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15330KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15373KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO

FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15362KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15297KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15290KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15426KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15308KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15359KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15283KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15309KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15310KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15313KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15281KM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15816DM	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA PARA CAMPANA PEDIATRICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CAMPANA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CUELLO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA VALVAS MAC DE LA 1 A LA 4 Y MIL DE LA 0 A LA 1
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO NO TIENE VALVAS
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q06BA035247	ESTACION ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	05	Q068A035178	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC II	EW-54016007	HABITACION 1	EQUIPO OPERATIVO, BATERIA EN MAL ESTADO, SENSOR DE SPO2 EN MAL ESTADO, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130289	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, REQUIERE BATERIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130290	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125473	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125465	HABITACION	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130308	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0126145	SERVICIO	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750003	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H1000	360101-M19810870028	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H1000	360101-M21900530002	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET ILT	131515	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	732963	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	CARRO DE PARO	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA	EQUIPO OPERATIVO

2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE ENERO DEL 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS EN EL 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	98%
SAN ANTONIO DE PADUA	0,4 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0 %	0,0 %	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	1 x 100 = 0,1%
ACEPTABLE	2,1-3,9%	797
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

En el mes de noviembre se presentaron 1 accion correctiva la cual se presento en el servicio de gineco obstetricia

MOTIVOS DE LA DESVIACION

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de febrero, tiene como principal causa es el desgaste normal que es causado por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

2.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron 1 ***accion correctiva*** que involucran equipos de toda la institución, **0** ***entregas e instalaciones.*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACION
Bascula digital	SECA	878	10000000099399	Gineco obstetricia	Se realiza adaptación en seguro de tapa de batería.

3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS EN EL 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de egresos	9842	9771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES	
SOBRESALIENTE	<2%		
ACEPTABLE	2,1-3,9%	$\frac{0}{9771}$	X 100 = 0 %
INSATISFECHO	≥4%		

ANALISIS

La grafica 3 muestra que, durante el mes de febrero, no hubo ningún evento adverso asociado al uso de equipos biomédicos, generando así, un valor de 0% para este indicador y cumpliendo con la meta.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 dia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133

SOBRESALIENTE	<2%	0 X 100 =0 %
ACEPTABLE	2,1-3,9%	797
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

La grafica 4 muestra que, durante el mes de febrero, hubo 0 equipo fuera de servicio, teniendo un valor de 0 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA *EL MES* DE FEBRERO DEL 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0 %	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de egresos	3842	977 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{0}{9771}$ X 100 = **0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

La grafica 5 muestra que, durante el mes de febrero, no hubo ningún incidente adverso asociado al uso de equipos biomédicos, generando así, un valor de 0% para este indicador y cumpliendo con la meta.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

6. ***TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES*** DE FEBRERO DEL **2025**

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Induccion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Induccion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$

ANALISIS

La grafica 6 muestra una relación, durante el mes de enero no hubo programación de personal para capacitacion.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

7. *TENDENCIA DE PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2025*

Grafico 7 TENDENCIA DE PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Personal asistencial capacitado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	
ACEPTABLE	95%-85%	0 x 100 = 100%
INSATISFECHO	<85%	0

ANALISIS

La grafica 7 muestra una relación, durante el mes de enero no hubo programación de personal para capacitacion.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

8. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANTIDAD
1	FILTRO DE AIRE ESTERIL MATACHANA	1
2	KEY BOARD PARA MONITOR FETAL EDAN F3	1
3	PANTALLA PARA MONITOR FETAL EDAN F3	2
4	PANTALLA DE BASCULA SECA 354	1
5	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1
6	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	2
7	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	2
8	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	1
9	PANTALLA PARA ELCTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN ECG-1150	1
10	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10
11	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIATRICO	8
12	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	6
13	SENSOR DE SpO2 PEDIATRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, CONECTOR AZUL 9 PINES. MARCA BINMED	2
14	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DENIHON KODEN ADULTO	7
15	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DENIHON KODEN PEDIATRICO	4
16	EXTENSION PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6
17	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1
18	MANOMETRO PRECALIBRADO 50PSI DE AIRE MEDICINAL	2
19	BRAZALETE UNA VIA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5
20	BRAZALETE UNA VIA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5
21	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5
22	BRAZALETE DE UNA VIA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5
23	BRAZALETE DE 2 VIAS ADULTO	3
24	BRAZALETE DE 2 VIAS PEDIATRICO	3
25	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	4
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	2
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 1205	5
28	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3
29	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3
30	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3
31	OBJETIVOS PARA MICROSCOPIO OLYMPUS DE 40X	1
	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH	1
	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 1205	

34	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSION MARCA HAWKMED MODELO HAWK I1	1
35	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3
36	BATERIA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	1
37	PARCHES PEDIATRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4
38	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4
39	CABLE DE PARCHE PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	3
40	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LINEA DE OXIGENO	6
41	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LINEA DE AIRE	2
42	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LINEA DE VACIO	2
43	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	2
44	PARCHE PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	2
45	METROS ME MANGUERA PARA CONECTAR A REGULADOR DE AIRE	2
46	PISTOLA NEUMATICA PARA CONEXIÓN A MANGUERA DE AIRE	1
47	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3
48	CARGADOR DE MESA DE CIRUGIA MARCA SCHMITZ MODELO OPX MOBIUS RC30/L .... CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1
49	FLUJOMETRO SENCILLO	6

9. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

10.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO



La Plata (Huila), 23 de abril de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria marzo 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de MARZO; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

Rdb 23-04-25

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 090 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de marzo de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica.
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente y manifiesta cumplimiento.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe.
Organizar el materia repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se da cumplimiento.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas que se archivan en la carpeta rondas disponible en la oficina de biomédicos
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas y se deja evidencia en el formato BIO-F-340 LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS EN SALAS DE CIRUGÍA
Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación. No aplica para el mes de marzo debido a la no programación de capacitación
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados, en el mes de marzo no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos.

Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Se da cumplimiento en los comités de vigilancia de la ESE. Para el mes de marzo se deja constancia en el **Acta 01 de socialización de alertas sanitarias** enviada al correo del ingeniero biomédico contratado por la institución.
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Se cumple realizando seguimiento al cronograma de calibración del contratista.
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se está realizando por medio de las actividades realizadas al equipo reflejada en los reportes de servicio.
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple el plan de mantenimiento de RESPALDO a la ESE.
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos.
Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas
Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con todas las hojas de vida de los equipos de la ESE
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras tales que se interviene en la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a los solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Se da cumplimiento mediante el apoyo y conceptos técnicos brindados cuando se solicitan y que definan la funcionalidad y estado actual del equipo; para el mes de marzo no se realizó actualización de estos conceptos debido a que no fueron solicitados
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento, numeral 4.3 del presente informe, inventario de actualizado de los servicios intervenidos.

Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento.
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen uso de la información institucionales en redes sociales	Se da cumplimiento
Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE MARZO DEL 2025

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	96%	99,8 %	100 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	278	406	110	278	406	110	278	406	110	265

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{112}{112} = 100\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de MARZO del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 100%.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de MARZO se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- RADIOLOGÍA
- GINECO-OBSTETRICIA
- LABORATORIO CLÍNICO
- GASTROENTEROLOGÍA

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación para el mes de MARZO del 2025:

Tabla 1.

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACION	6	ENERO	2025	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
				FRECUENCIA DE CALIBRACION	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACION		S2			S1			S3			S1	
PEDIATRIA - TERAPIA FISICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGIA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLINICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS RADIOLOGÍA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
ARCO EN C	GENERAL ELECTRIC	BRIVO 785	B3SS1800256	RAYOS X	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PENDIENTE INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA MARCA
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VERSANA PREMIER	6141521WX0	RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN CABLES DE TRANSDUCTORES, SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO POR PARTE DEL FABRICANTE PARA REVISIÓN DE SOFTWARE
EQUIPO DE RAYOS X FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FRENOS PARA RIEL DE TORRE
EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL	GENERAL ELECTRIC	OPTIMA RX220	SBZ201800074WK	RAYOS X	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PENDIENTE INSTALACIÓN DE BATERÍAS POR PARTE DE LA MARCA
RAYOS X PORTÁTIL	SHIMADZU	MOBILE DART EVOLUTION	MQD0005A7005	RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS GINECO-OBSTETRICIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099399	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE TAPA DE COMPARTIMENTO DE BATERÍAS
BASCULA PEDIÁTRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000423	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32695	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1516	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1476	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1515	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1582	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1488	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA GINECOLÓGICA	MAFET	M-169	N/R	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO,

					SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
CUNA CALOR RADIANTE	DRAGER	RW82	DSSB-0011	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE AIRE MEDICINAL
CUNA CALOR RADIANTE	DAVID NINGBO	HKN-9010	22AHZA07004	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000479	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES PARA MODO DEA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770064	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CARGADOR
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560054-M21118200005	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIC F8 EXPERT	6004215WX0	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	310017-M1411770030	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15785DM	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15401KM	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15351KM	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15370KM	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15312KM	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15806DM	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15817DM	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MEMBRANA TIPO BOAKANG
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	N/R	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CAMBIO MEMBRANA, NO CUENTA CON MEMBRANA MODO PEDIÁTRICO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO NO CUENTA CON ARO PEDIÁTRICO, PRESENTA DESGASTE EN MEMBRANA
LAMPARA CIELITICA	DRAGER	POLARIS 100	ASSE-0023	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	MAFET	ELECTRICA	N/R	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN CUELLO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEINBINGER	6534011	N/R	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MESA DE PARTO	MUBI	IXYS	99466	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035175	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLES DE ECG

MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021329	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021330	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021328	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016005	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128144	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130297	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130293	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130287	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130246	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130247	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128157	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG, PRESENTA FRACTURA EN BASES PARA FIJACIÓN A SOPORTE DE PARED
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130296	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130291	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750004	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN SENSOR TOCO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M21900520006	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN SENSOR TOCO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE ULTRASONIDO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22805490001	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO EN CABLES Y SENSOR TOCO TRANSDUCTOR Y ULTRASONIDO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19200980012	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR NEONATAL, REQUIERE BATERÍAS
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600015	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870045	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

RESUCITADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	RD900ASU	130321001067	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	.080600001694	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	THOMAS	1135	110300004074	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	BARIATRICO	715434	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	1248872	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	160803184017	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	160803190227	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GEC	TA 318	N/R	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	NR	NR	GO Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS LABORATORIO CLÍNICO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	010108-1407-0221	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WB7	1204-0039	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
CENTRIFUGA	ROTOFIX	1206-01	0012164-06	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	35002790598	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO FÍSICO, DAÑO SUJETADOR TAPA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	4320052	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO FÍSICO, DAÑO SUJETADOR TAPA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
HORNO DE CULTIVOS	P-SELECTA	2000207	169366	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, CULMINACIÓN VIDA ÚTIL, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
MICROSCOPIO	CARL ZEISS	PRIMO STAR	3144054519	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LAB. CLÍNICO	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN OBJETIVOS Y SECCIÓN DE PARTES MÓVILES, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
PIPETA	BOECO	100-1000	OK105786	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA
PIPETA	BOECO	20-200	PC153534	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	BOECO	05-50	OK106937	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN SU CARCAZA
PIPETA	BRAND	50-250	09G21619	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PUNTAS

PIPETA	HUMAN	5-50	09F74991	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	100-1000	08D7174	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PUNTAS
PIPETA	BRAND	5-50	08R6064	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	100-1000	08D7177	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PUNTAS
PIPETA	BOECO	25	ME907366	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	200	22B27364	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	BRAND	25-250	06U2752	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA MULTICANAL	HUMAN	30-300	02K21452	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	LAB. CLÍNICO	EQUIPO NO OPERATIVO, NO ENCIENDE
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	N/R	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	N/R	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	N/R	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	N/R	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	11	LAB. CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS GASTROENTEROLOGÍA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-29096670	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES PARA MODO DEA
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	GS 777	901093	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE DE CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE (USB A USB)
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	N/A	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCHA ALLYN	60812	N/A	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	iM50	360069-M24315390017	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	iM50	360069-M23c11200009	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	PRECALIBRADO	127799	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	140108	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT ADULTO	'210416101349	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GENÉRICO	HTC-2	NR	GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO

5. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE MARZO DEL 2025*

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS EN EL 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0,4 %	0,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{5}{796} = 0,6\%$$

ANALISIS

En el mes de MARZO se presentaron 5 acciones correctivas; de las cuales 3 se presentaron en el servicio de urgencias; 1 en el servicio de hospitalización y 1 en el servicio de hospitalización pediatría.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de MARZO, tiene como principal causa es el desgaste normal que es causado por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron 5 ***acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, **0** ***entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACION
PULSOXÍMETRO	EDAN	M1008	M19B10870050	URGENCIAS	SE REALIZA LIMPIEZA AL SISTEMA ELECTRÓNICO Y AJUSTE A CONECTORES DE CARGA

MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1111	URGENCIAS	EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN SENSOR DE SPO2, SE REALIZA CAMBIO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	M21900530062	HOSPITALIZACIÓN	EL EQUIPO NO CUENTA CON BATERÍAS RECARGABLES, SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERÍAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068AD35097	URGENCIAS	SE REALIZA LIMPIEZA AL SISTEMA ELECTRÓNICO, SE REALIZA REVISIÓN DE ACCESORIOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	VISMO	0130286	PEDIATRÍA	SE REALIZA CONFIGURACIÓN A SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIBP

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES* DE MARZO DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMEDICOS - 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	N. de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

En el mes de marzo no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Se cumple la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE MARZO DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0,1 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{1}{796} = 0,1\%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

La grafica 4 muestra que, durante el mes de MARZO, hubo 1 equipo fuera de servicio, teniendo un valor de 0,1 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACION

El equipo requiere reinstalación de software.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA DE MARZO DE 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL INDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMEDICOS 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	
ACEPTABLE	2,1-3,9%	N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
INSATISFECHO	≥4%	Total, de Incidentes reportados

ANALISIS

En el mes de marzo no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES* DE MARZO DEL 2025
10.

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCION DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

La grafica 6 muestra una relación, durante el mes de MARZO no hubo programación de personal para capacitación.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE MARZO DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

La grafica 7 muestra una relación, durante el mes de MARZO no hubo programación de personal para capacitación.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

12. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACION POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF. 64640 MARCA: OSRAM	6	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH-30	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CABLE DE PARCHE PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	2	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000355 73750000497	AMBULANCIAS

15	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA - CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGIA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGIA
16	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	2	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12448 STOCK	UCI STOCK
18	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	2	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617	UCI
19	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	1	STOCK	NA	NA	NA	UCI
20	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	4	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LINEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGIA
22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACION EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
23	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LINEA DE VACIO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGIA
24	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
25	FILTRO DE AIRE ESTÉRIL MATACHANA	1	AUTOCLAVE	MATACHANA	SC500	E-30416	ESTERILIZACIÓN
26	FLUJÓMETRO SENCILLO	6	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
28	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
29	MANGUERA PARA CONECTAR A REGULADOR DE AIRE	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
30	MANÓMETRO PRECALIBRADO 50PSI DE AIRE MEDICINAL	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
31	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK i1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK i1	4007036	UCI
32	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
33	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
34	OBJETIVOS PARA MICROSCOPIO OLYMPUS DE 40X	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
35	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
36	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI

37	PANTALLA PARA ELECTROCARDIÓGRAFO NIHON KOHDEN ECG-1150	1	ELECTROCARDIÓGRAFO	NOHON KOHDEN	ECG-1150	118139	URGENCIAS
38	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
39	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
40	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
41	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
42	PISTOLA NEUMÁTICA PARA CONEXIÓN A MANGUERA DE AIRE	1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
43	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES. MARCA BINMED	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
44	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
45	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
46	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DENIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
47	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSION DENIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
48	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	100/200	ASML-0066	CIRUGÍA
49	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1108	URGENCIAS

13. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

14.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO



Imag. 1. Mantenimiento correctivo a sistema electrónico monitor de signos vitales de urgencias



Imag. 2. Mantenimiento preventivo sistema eléctrico baño serológico



Imag.3. Mantenimiento preventivo a ecógrafo de ginecoobstetricia.

Imag. 4. Mantenimiento preventivo sala de partos

La Plata (Huila), 12 de mayo de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria abril 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de ABRIL; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

Bio 12-05-25 3:39

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 189 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de mayo de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica y se evidencia mediante la entrega de la planilla N° 33042265
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA; Para el mes de abril, se realizan 81 mantenimientos preventivos en ambulancia de los 89 que se tenían programados; 53 en consulta externa en donde se cumple con la totalidad de los mantenimientos programados; 105 en urgencias de los 106 programados y 9 entre vacunación, sistemas, almacén y farmacia siendo el total de los programados para estas áreas.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe. En donde se describe los servicios intervenidos; para el mes de abril fueron ambulancias, consulta externa, urgencias, vacunación, almacén, sistemas y farmacia
Organizar el material repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se realiza un listado de repuestos y accesorios necesarios para los equipos intervenidos durante el mes y como prevención para poder contar con ellos en caso de necesitarlos de emergencia (numeral 11 del presente informe), además se realiza verificación de los repuestos que aún se encuentran en almacén en compañía del personal encargado, para identificar que repuestos o accesorios se requiere solicitar
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas formato **MAG-GIT-B-F-001** que se archivan en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos; para el mes de abril se realizan 2 rondas de seguridad por todos los servicios del hospital
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día y se da evidencia de ellos en el formato de **Reporte De Servicio.**
. Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003** (**Imagen 1.**) e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas según el numeral **8.2.5** de la **Política De La Gestión De Tecnología Biomédica** del cliente; se deja evidencia en el formato **MAG-GIT-B-F-004 FORMATO DE ALISTAMIENTO DE SALAS DE CIRUGÍA** los cuales se encuentran archivados en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de abril se realizan 20 de estas rondas de seguridad.

Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación. No aplica para el mes de ABRIL debido a la no programación de capacitación
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados, en el mes de ABRIL no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos.
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Para el mes de ABRIL no se solicitó asesoría referente a la gestión de equipamiento biomédico
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía y se actúa de acuerdo al lineamiento de las políticas de garantías donde no se debe intervenir un equipo durante el periodo que dure esta; para el mes de ABRIL se realizó acompañamiento durante el primer mantenimiento preventivo al esterilizador de baja temperatura que aún se encuentra en garantía y queda registro en el reporte de mantenimiento preventivo N°1450468 y que fue ejecutado por la empresa Surgiplast
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Para el mes de abril aun no se ha informado por parte del cliente sobre un contrato de calibración.
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se cuenta con las guías de evaluación en el formato de evaluación estandarizado y normalizado por la ESE, de los equipos con los que mayor frecuencia se capacitación al personal y que se encuentran en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos y de forma digital
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple mediante la ejecución del cronograma de mantenimiento del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1).**
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos. Para el mes de ABRIL no se reportan eventos o incidentes asociados a equipos biomédicos (numeral **6** y **8** del presente informe)
Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas. Dichas guías encuentran en el formato de respaldo vital y de manera digital. se cuenta con 43 guías rápidas.
Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con las hojas de vida de los equipos de la ESE de forma física en los formatos de las anteriores administraciones y se encuentran en formato físico disponibles en la oficina de biomédicos; para el mes de ABRIL se revisan y actualizan las

	hojas de vida correspondientes a los equipos que están relacionados en el numeral 4.3 del presente informe.
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras, donde se lleve a cabo la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a lo solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Para el mes de abril se agrega el inventario actualizado de los servicios intervenidos y descritos en el numeral 4.3; ambulancias, consulta externa, urgencias, almacén, farmacia, sistemas y vacunación.
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento y se evidencia mediante el numeral 4.3 del presente informe, inventario actualizado de los servicios intervenidos revisando estado y funcionalidad de cada equipo.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento mediante la disposición de tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen uso de la información institucionales en redes sociales	Se da cumplimiento.

Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.
Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE ABRIL DEL 2025*

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	97%	99,8 %	100 %	96,5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	0	0	0	0	0	0	0	0	66
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	406	110	278	406	110	278	406	110	265

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{248}{257} = 96,5\%$$

ANÁLISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de ABRIL del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 96,5%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de ABRIL se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- AMBULANCIAS
- CONSULTA EXTERNA
- URGENCIAS
- FARMACIA-ALMACÉN-VACUNACIÓN-SISTEMAS

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de ABRIL del 2025:

Imagen 1.

Tabla 1.

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA DE ELABORACIÓN	1	ENERO	2025									

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM. ALMAC.VACUN.SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACION		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRIA - TERAPIA FISICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACION		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGIA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLINICO			S3			S3			S3			S3
GASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACIÓN	MAR

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS AMBULANCIAS

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
BOMBA DE INFUSIÓN	UNITED PHARMA	SK-600II	31100502	EQUIPO NO OPERATIVO, NO CUENTA CON BATERÍA, PRESENTA DESGASTE EN CARCASA
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000355	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO PEDIÁTRICO, REQUIERE BATERÍA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-96021558	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE ADULTO PEDIÁTRICO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73750000497	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE DE BATERÍA Y PARCHES ADULTO PEDIÁTRICO, BASE DE BATERÍAS DAÑADA
DESFIBRILADOR	LIFEGAIN	CU-HD1	M4R3GE022	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO Y PEDIÁTRICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	00906	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PAPEL PARA IMPRESORA, REQUIERE PARCHES ADULTO Y PEDIÁTRICO
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ES51709	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE PEDIÁTRICO
DESFIBRILADOR DEA	NIHON KOHDEN	AED-3100	12942	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES TIPO ADULTO Y PEDIÁTRICO, BATERÍA SE ENCUENTRA EN UN 50 %
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ES51801	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA, REQUIERE PARCHES PEDIÁTRICOS
DOPPLER FETAL	HUNTLEIHG	FD1	FD1PX1359211-13	EQUIPO OPERATIVO, DAÑO EN CARCAZA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	S60054-M22609770061	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	S60054-M19710830018	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL -	EDAN	SONOTRAX II PRO	M22609770067	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	EQUIPO NO ENCONTRADO
EQUIPO DE ÓRGANOS	GMD DIAGNOSTIC	PORTATIL	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	MARTINS	OX	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMA015345KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OXYGEN	15 LPM	14H0424	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	MARTINS	15LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	L2011	FMA007253GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	15LPM	[illegible]3	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIÁTRICO	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA MALA ACÚSTICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA MALA ACÚSTICA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	2 SERVICIOS	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIÁTRICO	N/R	EQUIPO NO ENCONTRADO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO NO ENCONTRADO
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIÁTRICO	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	MCD	ADULTO	NR	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA MALA ACÚSTICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	RAPPAPORT	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO GRIS	PEDIÁTRICO	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIÁTRICO	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	PEDIÁTRICO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	36130102028	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN SU CONTROLADOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	A36BAAA09001	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO CON ERROR EN SU CONTROL DE TEMPERATURA, PRESENTA DAÑOS EN SEGUROS DE CÚPULA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE VALVAS MAC 0 - 1
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	FIBRA	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	ADC	ESTÁNDAR	N/A	EQUIPO NO ENCONTRADO
LARINGOSCOPIO	ADC	ADULTO	NR	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	ADC	PEDIÁTRICO	NR	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021400	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DETERIORO FÍSICO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018706	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035146	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018703	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DETERIORO DE CARCAZA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M21814600101	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M20406680109	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, NO TIENE TAPA LATERAL
OXÍMETRO	CHOICE MED	MD300C52	222006301396	EQUIPO NO ENCONTRADO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	[illegible]	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124714	EQUIPO OPERATIVO

REGULADOR DE OXIGENO	NR	15LPM	125657	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50PSI	124639	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50 PSI	1630393	EQUIPO EN MAL ESTADO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50PSI	1630498	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	NR	50 PSI	128650	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	21200000832	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131538	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE FILTRO HIDROFÓBICO PRESENTA FISURA EN CARCAZA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131540	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN SU CARCAZA, SE REALIZA INSTALACIÓN DE FILTRO HIDROFÓBICO
SUCCIONADOR	SPARMAX	12V	421381	EQUIPO NO ENCONTRADO
SUCCIONADOR	NR	NR	NR	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUCCIONADOR	FOLEE	H003-C	210729706030081	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	FOLEE	H003C	MO221130080020	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE FILTRO HIDROFÓBICO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	140211083023	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	131118091453	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	140211085434	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	942624	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	SPHYGMOMANOMETER	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	943792	EQUIPO NO ENCONTRADO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	24381	EQUIPO NO ENCONTRADO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	978670	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	MCO	ADULTO	NR	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	718728	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	059922	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	ADULTO	NR	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	001026	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	NR	NR	NR	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TORNIQUETE DE PRESIÓN	RIESTER	NR	161280012	EQUIPO OPERATIVO
TORNIQUETE DE PRESIÓN	RIESTER	NR	161280013	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12432	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA, PRESENTA FISURA EN LA CARCAZA, REQUIERE CELDA DE OXIGENO Y FILTROS DE AIRE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12427	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE BATERÍA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, REQUIERE CELDA DE OXIGENO Y FILTROS DE AIRE

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS CONSULTA EXTERNA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038354	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038302	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078093	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038364	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038445	EQUIPO OPERATIVO, BOTONES EN MAL ESTADO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076769	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	813	8813265151160	EQUIPO OPERATIVO. PRESENTA VARIACIÓN EN SUS PESO CON 1 KILOGRAMO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038301	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076770	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004115	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
BASCULA PEDIÁTRICA	SECA	354	8354303210649	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000390	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	1522 K	1522010960	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
BASCULA PEDIÁTRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000384	EQUIPO OPERATIVO
COLPOSCOPIO	WALLACH	COLPOSTAR	AWC-W.26	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0359210-13	EQUIPO OPERATIVO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DP-9900 PULS	ME7C0799	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101115	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE TAPA DE MANGO OFTALMOSCOPIO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07264GL	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	PEDIATRICO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE OLIVAS
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	N/R	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CAMPANA PEDIÁTRICA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	N/A	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA DE TIPO ADULTO
FONENDOSCOPIO	SPRIT	ADULTO	[illegible]92	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA PEDIÁTRICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN UNIÓN DE CUELLO Y REFLECTOR
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021401	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125449	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M229117550015	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	HUNTLEIGH	BD 4000 XS	714DX0204230-14	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN TOCO ,SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
NEGATOSCOPIO	KRAMER	UN CUERPO	NR	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	893147	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	SPYGMONOMETER	ADULTO	NR	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	070413135864	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	050812093654	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	*804643	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	120484	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	974124	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	'200807224637	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	352364	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	SPYGMONOMETER	PEDIÁTRICO	NR	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	LORD	NR	869931	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	710120	EQUIPO OPERATIVO
VIDEO COLPOSCOPIO	EDAN	C5-A	860004-M22302580001	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS URGENCIAS

TIPO	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078058	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099397	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000382	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000380	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	524KL	5240005492	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA VARIACIÓN EN SUS PESOS, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE MANTENIMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SK00415689	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	M8	NR	CC-8694	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	M8	NR	CC-8695	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	M8	NR	[illegible]91	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	M8	NR	[illegible]	EQUIPO OPERATIVO

CAMA CUNA	MB	NR	CC-8697	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32681	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32678	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32683	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32686	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32677	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32685	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32680	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	135-13/02	32688	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MOTOR DE PIERNERAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	135-13/02	32700	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN BARANDA DE PIERNERA IZQUIERDO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1511	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1480	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1517	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1503	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1500	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	• 905	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CARCAZA
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118139	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA QUE NO PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE LAS CURVAS, ADEMÁS PRESENTA MÚLTIPLES FRACTURAS EN SU CARCAZA, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
ELECTROCARDIÓGRAFO	SCHILLER	AT1	19081468	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/A	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/A	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	777 SERIES	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	F06181	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CARCASA DE OFTALMOSCOPIO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007346GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007266GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007351GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007352GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
GRAMERA	WEIHENG	WH-80Q	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NACIONAL	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	RIESTER	ADULTO-PEDIATRICO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LOCALIZADOR DE VENAS	SHENZHEN BESTMAN	BVF 263	20002068	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035132	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE PERILLA DE MANDO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035097	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035164	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035272	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035213	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO REQUIERE SENSORES PEDIÁTRICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3745	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1124	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1106	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1126	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1127	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1120	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1121	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1125	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1114	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1109	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSORES PEDIÁTRICOS, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1116	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN TARJETA DE MODULO NIBP, NO CUENTA CON SEGURO DE SOCKET DE SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1128	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1111	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PRESENTA DAÑO EN SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-44129115	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010141	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-19119633	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, NO CUENTA CON ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128155	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125443	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125533	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128131	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130302	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125522	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130284	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
PESA PAÑAL	CAMRY	NEK4150	N/R	EQUIPO EN MANTENIMIENTO, REQUIERE AJUSTE DE CONTRASTE EN DISPLAY
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	316036-M16908650020	EQUIPO NO OPERATIVO, BATERÍA EN MAL ESTADO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870050	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN SEGURO DE TAPA BATERÍA
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	15 LPM	156583	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C343	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C318	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PERILLA DE REGULACIÓN
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	5 LPM	13345C366	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C302	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C308	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470254	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470253	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131582	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA FRACTURAS EN CARCASA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131584	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO HIDROFÓBICO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001185	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO HIDROFÓBICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	977357	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	710160	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	804751	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	365053	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	804759	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	804808	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIÓMETRO	RESIDENT	ADULTO	99042	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	130227102214	EQUIPO NO ENCONTRADO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12431	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INDICADORES LED, REQUIERE CELDA DE O2 Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12425	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INDICADORES LED, REQUIERE CELDA DE O2 Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS ALMACÉN – FARMACIA – SISTEMAS - VACUNACIÓN

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
TERMOHIGRÓMETRO	EBC	ETP101	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	NR	HTC - 2	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE- FREEZER	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE- FREEZER	N/R	EQUIPO OPERATIVO

5. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE ABRIL DEL 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0,4 %	0,1 %	0,6 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	0	0	0	0	0	0	0	0	264

META DE INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{8}{775} = 1\%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

En el mes de MARZO se presentaron 8 acciones correctivas; de las cuales 1 se presentaron en el servicio de TERAPIA FÍSICA; 2 en el servicio de CIRUGÍA; 1 en el servicio de URGENCIAS; 3 en el servicio de hospitalización y 1 en el servicio de UCI.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de ABRIL, tiene como principal causa es el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron **8** ***acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, **1** ***entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes.

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
MASAJEADOR	HOMEDICS	NR	NR	TERAPIA FÍSICA	SE REALIZA REPARACIÓN DE CABLE DE PODER
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	16909000058	CIRUGÍA	SE REALIZA LIMPIEZA EN SISTEMA ELECTRÓNICO Y SE RESOLDAN CONECTORES Y PINES DE CARGA
MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUGÍA	SE REALIZA INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTERNA DE SISTEMA VENTILATORIO, REQUIERE CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600164	CIRUGÍA	SE REALIZA ENTREGA DE PULSIOXÍMETRO NUEVO AL SERVICIO CON SU RESPECTIVO CARGADOR Y BATERÍAS RECARGABLES
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF3745	URGENCIAS	SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SPO2
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	13770/02	32693	HOSPITALIZACIÓN	SE REALIZA RETIRO DE BARANDAS SUPERIORES EN MAL ESTADO Y SE INTERCAMBIAN POR BARANDAS INFERIORES
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870028	HOSPITALIZACIÓN	SE REALIZA LIMPIEZA AL SISTEMA ELECTRÓNICO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M21900530062	HOSPITALIZACIÓN	SE REALIZA LIMPIEZA A SISTEMA ELECTRÓNICO Y RESOLDAN PINES DE CARGA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1122	UCI	SE REALIZA ENTREGA DE SENSOR DE SPO2

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES* DE ABRIL DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	
ACEPTABLE	2,1-3,9%	N. de eventos adversos asociados el uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
INSATISFECHO	≥4%	Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados

ANÁLISIS

En el mes de ABRIL no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Se cumple la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE ABRIL DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0,1 %	0,6 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	0	0	0	0	0	0	0	0	264

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{5}{775} = 0,6\%$$

ANALISIS

La grafica 4 muestra que, para el mes de ABRIL, hay 5 equipos fuera de servicio, teniendo un valor de 0,6 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los motivos de los equipos fuera de servicio se deben a:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	HOSPITALIZACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118139	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M1981070042	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	
ACEPTABLE	2,1-3,9%	N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
INSATISFECHO	≥4%	Total, de Incidentes reportados

ANALISIS

En el mes de marzo no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un Indicar de 0,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES* DE ABRIL DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95 %	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

La grafica 6 muestra una relación del 0%, ya que durante el mes de ABRIL no hubo programación de personal para capacitación.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

10. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE ABRIL DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE ABRIL DEL 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, debido a que durante el mes de ABRIL no hubo programación de personal para capacitación.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACIÓN POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	6	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH-30	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA - CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGÍA
15	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
16	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	8	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
18	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	1	STOCK	NA	NA	NA	UCI
19	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	4	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
20	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE VACÍO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
23	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
24	TARJETA DE POTENCIA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	1	CIRUGIA	EDAN	H100B	350101-M19B10870042	CIRUGIA
25	FLUJÓMETRO SENCILLO	6	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 1205	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
28	MANGUERA PARA CONECTAR A REGULADOR DE AIRE	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
29	MANÓMETRO PRECALIBRADO 50PSI DE AIRE MEDICINAL	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
30	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK I1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	4007036	UCI
31	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
32	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
33	OBJETIVOS PARA MICROSCOPIO OLYMPUS DE 40X	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
34	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
35	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI
36	PANTALLA PARA ELECTROCARDIÓGRAFO NIHON KOHDEN ECG-1150	1	ELECTROCARDIÓGRAFO	NOHON KOHDEN	ECG-1150	118139	URGENCIAS
37	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
38	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
39	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
40	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
41	PISTOLA NEUMÁTICA PARA CONEXIÓN A MANGUERA DE AIRE	1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
42	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES.	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
43	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

44	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
45	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
46	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
47	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	100/200	ASML-0055	CIRUGÍA
48	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1108 S2SNF1119	URGENCIAS
49	CELDA DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUGÍA

12. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

13.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO



Imag. 1. Revisión y limpieza de sistema electrónico pulsioxímetro hospitalización



Imag. 2. Mantenimiento preventivo sistema electrónico y componentes internos gramera de urgencias

Imag.3. equipo operativo después de mantenimiento preventivo por parte de la marca (esterilizador de baja temperatura STERIS V-PRO S2).

Imag. 4. Instalación de kit de mantenimiento de sistema ventilatorio de máquina de anestesia wato ex 65

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el item 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
3	2025-04-11	Se cambian los denominadores de los indicadores 6 y 8.
REVISÓ: 2025-04-09	REVISO: 2025-04-10	APROBÓ: 2025-04-11
JORGE ALBERTO CERTUCHE FIGUEROA Cargo: Ing. Biomedico	**ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Lider SGI	**WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

La Plata (Huila), 9 de junio de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria MAYO 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la Institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un Informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de MAYO; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 189 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de mayo de 2025

ADICION/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica y se evidencia mediante la entrega de la planilla N° 33358034
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA; Para el mes de MAYO, se realizan 78 mantenimientos preventivos en CIRUGÍA de los 81 que se tenían programados; 4 en ESTERILIZACIÓN en donde se cumple con la totalidad de los mantenimientos programados; 57 en PEDIATRÍA de los 54 programados; 153 en UCI de los 154 programados; 11 en TERAPIA FÍSICA cumpliendo el total de los programados; 87 en HOSPITALIZACIÓN logrando alcanzar la totalidad de los programados para este servicio.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe. En donde se describe los servicios intervenidos; para el mes de MAYO fueron cirugía, esterilización, pediatría, terapia física, UCI y hospitalización.
Organizar el material repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se realiza un listado de repuestos y accesorios necesarios para los equipos intervenidos durante el mes, además de agregar los necesarios para poder contar con ellos en caso de necesitarlos de emergencia (numeral 11 del presente informe), además se realiza verificación de los repuestos que aún se encuentran en almacén en compañía del personal encargado, para identificar que repuestos o accesorios se requiere solicitar.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas formato **MAG-GIT-B-F-001** que se archivan en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos; para el mes de mayo se realizan 2 rondas de seguridad por todos los servicios del hospital
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día y se da evidencia de ellos en el formato de **Reporte De Servicio.**
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1.)** e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas según el numeral **8.2.5** de la **Política De La Gestión De Tecnología Biomédica** del cliente; se deja evidencia en el formato **MAG-GIT-B-F-004 FORMATO DE ALISTAMIENTO DE SALAS DE CIRUGÍA** los cuales se encuentran archivados en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de MAYO se realizan 21 de estas rondas de seguridad.

Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación, esta información se encuentra archivada en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de MAYO se realizó la capacitación al personal de ambulancias frente al manejo de monitor de signos vitales, desfibrilador y ventilador; de igual manera se capacita al personal de hospitalización en conceptos y procesos en tecnovigilancia. Dichas capacitaciones no estaban programadas para el mes de MAYO.
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados, en el mes de MAYO no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos.
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Para el mes de MAYO no se solicitó asesoría referente a la gestión de equipamiento biomédico
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía y se actúa de acuerdo al lineamiento de las políticas de garantías donde no se debe intervenir un equipo durante el periodo que dure esta; para el mes de MAYO se realizó acompañamiento durante la instalación de la fuente de poder de la CPU del **Arco en C** marca **General Electric**, la cual fue entregada en garantía después la intervención realizada para la instalación de la **Main Board** del equipo por parte del personal de la marca en donde sufrió daños internos, todo esto queda registrado en la orden de servicio del **CASO 13421725.**
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Para el mes de MAYO aún no se ha informado por parte del cliente sobre un contrato de calibración.
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se cuenta con las guías de evaluación en el formato de evaluación estandarizado y normalizado por la ESE, de los equipos con los que mayor frecuencia se capacita al personal y que se encuentran en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos y de forma digital
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple mediante la ejecución del cronograma de mantenimiento del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1).**
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos. Para el mes de MAYO no se reportan eventos o incidentes asociados a equipos biomédicos (numeral **6** y **8** del presente informe), de igual manera se realiza capacitación al personal de hospitalización sobre tecnovigilancia

Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas. Dichas guías encuentran en el formato de respaldo vital y de manera digital. se cuenta con 45 guías rápidas.
Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con las hojas de vida de los equipos de la ESE de forma física en los formatos de las anteriores administraciones y se encuentran en formato físico disponibles en la oficina de biomédicos; para el mes de MAYO se entregan 40 hojas de vida en formato editable en base datos en el formato de hoja de vida actualizado, según los acuerdos fijados con anterioridad.
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras, donde se lleve a cabo la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a lo solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Para el mes de MAYO se agrega el inventario actualizado de los servicios intervenidos y descritos en el numeral 4.3; Cirugía, Esterilización, Pediatría, Terapia Física, UCI y Hospitalización
Actualizar el Inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento y se evidencia mediante el numeral 4.3 del presente informe, inventario actualizado de los servicios intervenidos revisando estado y funcionalidad de cada equipo.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento mediante la disposición de tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas Institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen	Se da cumplimiento.

uso de la información institucionales en redes sociales	
Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE MAYO DEL 2025*

GRÁFICO 1. TENDENCIA DE LA PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2025



MES / META	ENE 95%	FEB 95%	MAR 95%	ABR 95%	MAY 95%	JUN 95%	JUL 95%	AGO 95%	SEP 95%	OCT 95%	NOV 95%	DIC 95%	PROMEDIO 95%
SAN ANTONIO DE PADUA	97%	99,8 %	100 %	96,5 %	98,2 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	0	0	0	0	0	0	0	66
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	110	278	406	110	278	406	110	265

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{387}{394} = 98,2\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de MAYO del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 98,2%.

MOTIVO DE LA DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de MAYO se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- CIRUGÍA
- ESTERILIZACIÓN
- PEDIATRÍA
- TERAPIA FÍSICA
- UCI
- HOSPITALIZACIÓN

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de MAYO del 2025:

Imagen 1.



Tabla 1.

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	5

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARMACIA-ALMACENAMIENTO	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRIA - TERAPIA FISICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLINICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS CIRUGÍA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	160 KG	1600006475	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	524 KL	5240005365	EQUIPO OPERATIVO
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34660	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN CONTROL DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34659	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN CONTROL DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008067	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	460376-M16909000058	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAED007697	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BU1622012	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CACD002857	EQUIPO EN REVISIÓN EN CASA COMERCIAL
ELECTROBISTURI	WEM	SS 501SX	CACD002862	EQUIPO EN REVISIÓN CON CASA COMERCIAL
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	EQUIPO OPERATIVO
ESTIMULADOR NERVIO PERIFÉRICO	BRAUN	HNS	00.0083	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015814DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15788DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO157870M	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015813DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO15798DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO15797DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	PEDIATRICO	N/R	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO FÍSICO, REQUIERE MEMBRANA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE ARO TIPO ADULTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 200/200	ASLH-0261	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA AJUSTE A TAPA METÁLICA DE ARTICULACIÓN DE SATÉLITE SUPERIOR
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 200/200	ASLH-0260	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 100/200	ASML-0066	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA DE PULSADORES PARA SATÉLITE SUPERIOR, EL AJUSTE DE RESISTENCIA A CAÍDA DE BRAZO BASCULANTE SUPERIOR SE ENCUENTRA AL MÁXIMO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NACIONAL	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CABEZA DE PORTA BOMBILLO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE ALGUNAS VALVAS
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE VALVAS TIPO ADULTO
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	STAINLESS	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	HEINE	65-34011	N/R	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON TAPA DE MANGO

MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0249	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MANGUERA DE AGENTES ANESTÉSICOS, KIT DE MANTENIMIENTO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0250	EQUIPO NO OPERATIVO - EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PENDIENTE INSTALACIÓN VÁLVULA DE GASES FRESCOS
MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	ER-12002202	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CELDA DE OXIGENO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	FABIUS PLUS XL	ASMJ-0128	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	00051336	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO TRABAJANDO DE FORMA MANUAL, REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA CARGA DE BATERÍAS
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE-6100	GD-51004032	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS Y DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
MESA DE CIRUGÍA	MAQUET	N/R	00160	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS Y DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S25MM0190	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	DW-4501D142	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IPM10	EF43011743	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130306	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130305	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130304	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	EQUIPO OPERATIVO - FALTAN LATIGUILLOS DE EKG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130288	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130248	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130245	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128147	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130309	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562 K	17001	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19H10870042	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PRESENTA DAÑO EN TARJETA DE POTENCIA
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600164	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	[illegible]2C307	EQUIPO OPERATIVO

REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25481	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA BAJO NIVEL DE PRESIÓN NEGATIVA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25484	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA BAJO NIVEL DE PRESIÓN NEGATIVA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L8.20.131	EQUIPO OPERATIVO, MANÓMETRO DAÑADO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001180	EQUIPO OPERATIVO, PEDAL DAÑADO, MANÓMETRO DAÑADO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	120600002844	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001182	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA BAJO NIVEL DE PRESIÓN NEGATIVA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	7111947	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE 2 VÍAS Y PERA
TENSIÓMETRO	LORD	PEDIÁTRICO	10611587	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	130227102214	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS ADULTO	07686841	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GEC	TA 318	N/R	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
TERMOHIGRÓMETRO	GEC	TA317	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN TERMOCUPLA
TERMOHIGRÓMETRO	ALLA FRANCE	BIOTEMP	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	N/R	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS ESTERILIZACIÓN

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
AUTOCLAVE	MATACHANA	SC500/S1000	E-30416	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ESTÉRIL Y DE VÁLVULA DE ALIVIO DEL COMPRESOR, SE REALIZA LIMPIEZA EN SENSORES DE NIVEL DE CALDERA Y SE REALIZA DRENADO DE ESTA, SE REALIZA LIMPIEZA A SISTEMA DE OSMOSIS
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GENERICO	HTC-2	N/R	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS PEDIATRÍA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074173	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	CHARDER	MS3500	C22006905	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004066	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32688	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8696	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8695	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32679	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60892	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60891	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60890	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60889	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32684	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8693	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	[illegible]	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	[illegible]	EQUIPO OPERATIVO

CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32687	EQUIPO OPERATIVO, CONTROL EN MAL ESTADO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60926	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073422	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1523	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1626	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1486	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1497	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1602	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CAMBIO DE BATERÍAS
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007316GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015311KM	EQUIPO NO ENCONTRADO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015295KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015799DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIÁTRICO	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
INCUBADORA	ATOM INFANT	V-80	3010824	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON BATERÍAS, NO TIENE SENSOR DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
INCUBADORA	FANEM	1186C	CN 3413	EQUIPO OPERATIVO, SE REPARA CABLE DE SENSOR DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	437-06	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON BOTÓN DE REINICIO, CONTADOR DE TIEMPO DAÑADO, REQUIERE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	433-06	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEIPER GERB	PEDIATRICO	[illegible]	EQUIPO OPERATIVO
LOCALIZADOR DE VENAS	SHENZHEN BESTMAN	BVF 263	20092070	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016002	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130249	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130301	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130286	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE SPO2 PEDIÁTRICO
PESA PAÑAL	GENERICO	5 KG	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA OXIDACIÓN EN COMPARTIMENTO DE BATERÍAS
PULSIOXÍMETRO	BEIJING CHOICE	MD300C52	192756300925	EQUIPO OPERATIVO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870036	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN TAPA DE BATERÍAS, REQUIERE SENSORES PEDIÁTRICO, NEONATAL
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870048	EQUIPO OPERATIVO, TAPA DE BATERÍA EN MAL ESTADO
REGULADOR DE OXIGENO	MCARE	0 - 15 LPM	200901893	EQUIPO NO ENCONTRADO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15LPM	09225C147	EQUIPO NO ENCONTRADO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131583	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	732529	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NEONATAL	364907	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	HONSUN	PEDIÁTRICO	128439	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GEC	TA 318	N/R	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS TERAPIA FÍSICA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
BICICLETA ESTÁTICA	SPORT FITNESS	NEW CASTLE	FIT8718I-139	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROESTIMULADOR	INTELTEC	2332	B660752	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN UNO DE SUS CANALES
ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CANAL 4, REQUIERE CAMBIO DE MEMBRANA DE BOTONES
ELECTROESTIMULADOR	INGELSAD	NEURODIN L4	133008/1541	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROESTIMULADOR	SKYLARK	610D PLUS	09611	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROESTIMULADOR	SKYLARK	SUPERSTIM	130998284	EQUIPO OPERATIVO
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HJTHP	NR	EQUIPO OPERATIVO
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HJTHP	NR	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA CARCAZA DETERIORADA
TANQUE PAQUETE CALIENTE	INTERFÍSICA	COMBO 8 PAQ.	N/R	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
ULTRASONIDO	IMC	PORTÁTIL US 1000	70800419	EQUIPO OPERATIVO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	124733	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 6 – INVENTARIO EQUIPOS UCI

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	SECA	813	8813269151153	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE PANTALLA Y FLEX DE CONEXIÓN
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00415709	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415680	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415627	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413771	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4006612	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4006647	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	skDD413765	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415646	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00415710	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413732	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE DE PODER DEBIDO A QUE EL CABLE CON EL QUE CUENTA SE ENCUENTRA DETERIORADO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415644	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415648	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413773	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413779	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415641	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415718	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415721	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413767	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413777	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413725	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413736	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413733	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	skDD415716	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413686	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SK00413704	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413728	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007099	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007141	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007188	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007202	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4006846	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4006892	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007028	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN PANTALLA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007036	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MEMBRANA DE BOTONES

CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073418	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600006	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600007	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600005	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600002	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600004	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600009	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600001	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600010	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600008	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600003	EQUIPO OPERATIVO
CAPNÓGRAFO	MASIMO	EMMA	249879	EQUIPO OPERATIVO
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20310016	EQUIPO OPERATIVO
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20314383	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	D7-05008069	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE ADULTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	V2	611766WX0	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101113	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	ABBOT	ISTAT ALINITY	802319	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	NR	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322342	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322536	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322647	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322387	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322888	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322269	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322651	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322347	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ACARE	SENCILLO	1322563	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	SENCILLO	FMA0D6492GL	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	ASSIST	SENCILLO	G1K2D050258/188	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/118	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OHIO	II2012	QALL01525	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/058	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/117	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OHIO	FM187B 15L-CH	61K2001200212/116	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/096	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/122	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/068	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	NR	PEDIÁTRICO	VINOTINTO	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	AMIKO	ADULTO	NR	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NR	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN MUELLE
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	EQUIPO OPERATIVO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	210118538025	EQUIPO OPERATIVO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	210118538026	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN LLAVE
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA Y FUGA EN LLAVE
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	EQUIPO NO OPERATIVO, DAÑO EN LLAVE DE PASA, MANÓMETRO DAÑADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO EN MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	RIESTER	ADULTO-PEDIÁTRICO	N/R	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3747	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS PARA ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1115	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1113	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1122	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1107	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1110	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3772	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3769	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3743	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE SPO2 Y LATIGUILLOS PARA ECG

MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1118	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS PARA ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3732	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3740	EQUIPO OPERATIVO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870046	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	13179C289	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L8.20.134	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L12.20.257	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L12.20.215	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L12.20.241	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	SPHYAMOMANOMETER	ANEROIDE	NR	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DURA SHOCK	160803185007	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BRAZALETE
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12448	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SOCKET DE SENSOR DE FLUJO, REQUIERE BATERÍA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12450	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12459	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SOCKET DE SENSOR DE FLUJO REQUIERE BATERÍA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04615	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04515	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE O2
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04185	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04815	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04669	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04617	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03210	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE

VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04663	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03290	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04652	EQUIPO OPERATIVO
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391975	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA

Tabla 7 – INVENTARIO EQUIPOS HOSPITALIZACIÓN

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074172	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099400	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	522KL	5220008998	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1503	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CONTROL DE MOVIMIENTOS, DETERIORO FÍSICO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1501	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
CAMA ELÉCTRICA	MB	MB-10-2	CC-8690	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MB	MB-10-2	CC-8689	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32690	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, SE RETIRA BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA POR FRACTURA EN BASE
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60928	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32697	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE BARANDAS, PRESENTA DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32694	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL, SE RETIRA BARANDA INFERIOR IZQUIERDA DEBIDO A DAÑO.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32699	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, SE RETIRA BARANDA INFERIOR DERECHA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60922	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32688	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32700	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CONTROL DE

				MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE EN ESTRUCTURA GENERAL, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN DE TECNOLÓGICA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32698	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO Y DETERIORO GENERAL, BARANDAS EN MAL ESTADO, NO CUENTA CON CONTROL
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60921	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE GENERAL
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32691	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, NO CUENTA CON BARANDA INFERIOR IZQUIERDA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32706	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, SE RETIRA BARANDA INFERIOR DERECHA, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60925	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIOROS EN BARANDAS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60927	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO GENERAL
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60929	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIOROS EN BARANDAS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60923	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32689	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32702	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, NO CUENTA CON BARANDA INFERIOR IZQUIERDA Y PRESENTA DETERIORO EN BARANDA SUPERIOR DERECHA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32705	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, NO CUENTA CON

				BARANDA INFERIOR IZQUIERDA Y DETERIORO SUPERIOR DERECHA, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32700	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32696	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN BARANDAS Y DETERIORO GENERAL
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073418	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073422	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073421	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073417	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1499	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1525	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1519	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000480	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118138	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15815DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07368GL	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMO07405GL	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07392GL	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15804DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15803DM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15363KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15365KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15378KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO115356KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15332KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15292KM	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15342KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15376KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15306KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15300KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15[illegible]KM	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO

FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15373KM	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15362KM	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15297KM	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15290KM	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15310KM	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15372KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15328KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15281KM	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15816DM	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA PARA CAMPANA PEDIÁTRICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CAMPANA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CUELLO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA VALVAS MAC DE LA 1 A LA 4 Y MIL DE LA 0 A LA 1
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035247	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035178	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016007	EQUIPO OPERATIVO, BATERÍA EN MAL ESTADO, SENSOR DE SPO2 EN MAL ESTADO, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO, SE CORRIGE SERIE EW-54016007 POR EW-51016007
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130289	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, REQUIERE BATERÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130290	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	12547	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125465	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PRESENTA FALLA EN TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130308	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128145	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750003	EQUIPO OPERATIVO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870028	EQUIPO OPERATIVO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M21900530062	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PACK DE BATERÍAS RECARGABLES
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131515	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	732963	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GEC	TA 318	N/R	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
TERMÓMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	NR	NR	EQUIPO OPERATIVO

5. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE MAYO DEL 2025

Grafica 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025

Grafica 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0,4 %	0,1 %	0,6 %	1,0 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	0	0	0	0	0	0	0	2
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	0	0	0	0	0	0	0	264

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	>4%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{3}{764} = 0,4\%$$

ANALISIS

En el mes de MAYO se presentaron 3 acciones correctivas; de las cuales 1 se presentaron en el servicio de URGENCIAS; 1 en el servicio de RAYOS X y 1 en el servicio de GINECO-OBSTETRICIA Y PARTOS.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de MAYO, tiene como principal causa es el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron **3 *acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, **0 *entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes.

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACION
EQUIPO DE RAYOS X FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X	SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOMBILLO DE COLIMADOR
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	5252FF177	URGENCIAS	SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SPO2
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIC F8	600421WXO	GINECOBSTETRICIA	EL EQUIPO PRESENTA FRACTURA EN FUNDA PROTECTORA DE CABLE DE TRANSDUCTOR, SE REALIZA AJUSTE Y SE UNEN LOS EXTREMOS DE LA FUNDA

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES* DE MAYO DEL 2025

GRAFICO 3. TENDENCIA DEL INDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	N. de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

En el mes de MAYO no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Se cumple la meta.

RESPONSABLE PARA EL PLAN

No aplica

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE MAYO DEL 2025

GRÁFICA 7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROME DIC
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0,1 %**	**0,6 %**	**0,9 %**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0,1%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROME DIC
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	1	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0,5
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	0	0	0	0	0	0	0	264

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{7}{764} = 0,9\%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

La grafica 4 muestra que, para el mes de MAYO, hay 7 equipos fuera de servicio, teniendo un valor de 0,9 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los motivos de los equipos fuera de servicio se deben a:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	HOSPITALIZACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNJ1119	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118139	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA
PULSIOXÍMETRO	EDAN	I1100B	360301-M19810870042	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA

Nota: En la anterior tabla se muestran los equipos fuera de servicio incluidos en el anterior informe y que debido a no contar con los repuestos no han sido retornados al servicio.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES DE MAYO DE 2025

GRÁFICO 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	Total, de Incidentes reportados
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

En el mes de marzo no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES* DE MAYO DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DE MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

La grafica 6 muestra una relación del 0%, ya que durante el mes de MAYO no hubo programación de personal para inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de AMBULANCIAS en cuidado y manejo de ventilador, monitor de signos vitales y desfibrilador; de igual manera se realiza una capacitación al personal de HOSPITALIZACIÓN en conceptos de Tecnovigilancia. Las listas de asistencia de estas capacitaciones se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVO DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

10. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE MAYO DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, debido a que durante el mes de MAYO no hubo programación de personal para capacitación en Inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de AMBULANCIAS en cuidado y manejo de ventilador, monitor de signos vitales y desfibrilador; de igual manera se realiza una capacitación al personal de HOSPITALIZACIÓN en conceptos de Tecnovigilancia. Las evaluaciones referentes al tema y contestadas por el personal se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACIÓN POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391978	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	6	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH-30	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA - CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGÍA
15	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
16	CELDA OF OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAI T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
18	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	2	STOCK	NA	NA	NA	UCI
19	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	1	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
20	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUCÍA
21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE VACÍO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
23	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
24	TARJETA DE POTENCIA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	1	CIRUGIA	EDAN	H100B	360101-M19B108/0042	CIRUGIA
25	FLUJÓMETRO SENCILLO	6	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
28	MANGUERA DE 2 METROS PARA CONECTAR A REGULADOR DE AIRE	1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
29	MANÓMETRO PRECALIBRADO 60PSI DE AIRE MEDICINAL	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
30	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK I1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	4007036	UCI
31	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
32	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
33	OBJETIVOS PARA MICROSCOPIO OLYMPUS DE 40X	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
34	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
35	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI
36	PANTALLA PARA ELECTROCARDIÓGRAFO NIHON KOHDEN ECG-1150	1	ELECTROCARDIÓGRAFO	NOHON KOHDEN	ECG-1150	118139	URGENCIAS
37	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
38	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
39	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
40	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
41	PISTOLA NEUMÁTICA PARA CONEXIÓN A MANGUERA DE AIRE	1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
42	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES.	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
43	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

44	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
45	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
46	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
47	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 400/0360 TM005-086-01	1	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	100/200	ASML-0066	CIRUGÍA
48	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF-1108 S2SNF-1119	URGENCIAS
49	CELDA DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUCÍA
50	MEMBRANA DE BOTONES (TECLADO)	1	ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	TERAPIA FÍSICA
51	PANTALLA TÁCTIL PARA MONITOR NIHON KOHDEN PVM 2701	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294 0130295	HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
52	PANTALLA PARA MONITOR MINDRAY IMEC 8	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS
53	CABLE DE PODER	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
54	MANGUERA DE 1,5 METROS PARA BALAS DE OXIGENO	4	STOCK	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
55	MANÓMETRO PRECALIBRADO PARA BALA DE OXIGENO	4	AMBULANCIAS	NA	NA	NA	AMBULANCIAS

12. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

13.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO

Imag. 2. capacitación en tecnovigilancia personal de hospitalización

Imag. 4. Mantenimiento camas de hospitalización

Imag. 3. Mantenimiento a equipos de UCI



Imag. 5. capacitación desfibrilador, monitor de signos y ventilador al personal de ambulancias

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACION	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el Item 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
3	2025-04-11	Se cambian los denominadores de los indicadores 6 y 8.
REVISÓ: 2025-04-09 **JORGE ALBERTO CERTUCHE FIGUEROA** Cargo: Ing. Biomedico	REVISÓ: 2025-04-10 **ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Líder SGI	APROBÓ: 2025-04-11 **WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

La Plata (Huila), 7 de julio de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria JUNIO 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de JUNIO; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

10-07-25

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 270 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de junio de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica y se evidencia mediante la entrega de la planilla N° 33738735
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA; Para el mes de JUNIO, se realizan 5 mantenimientos preventivos en RAYOS X cumpliendo la totalidad de los que se tenían programados; 65 en GINECOBSTETRICIA de los 66 mantenimientos programados; 32 en LABORATORIO cumpliendo el total de los programados; 10 en GASTROENTEROLOGÍA logrando alcanzar la totalidad de los programados para este servicio.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe. En donde se describe los servicios intervenidos; para el mes de JUNIO fueron RADIOLOGÍA, GINECOBSTETRICIA, LABORATORIO CLÍNICO Y GASTROENTEROLOGÍA
Organizar el material repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se realiza un listado de repuestos y accesorios necesarios para los equipos intervenidos durante el mes, además de agregar los necesarios para poder contar con ellos en caso de necesitarlos de emergencia (numeral 11 del presente informe), de igual manera se realiza verificación de los repuestos que aún se encuentran en almacén en compañía del personal encargado, para identificar que repuestos o accesorios se requiere solicitar.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas formato **MAG-GIT-B-F-001** que se archivan en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos; para el mes de JUNIO se realizan 2 rondas de seguridad por todos los servicios del hospital
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día y se da evidencia de ellos en el formato de **Reporte De Servicio.**
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003** (**Imagen 1.**) e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas según el numeral **8.2.5** de la **Política De La Gestión De Tecnología Biomédica** del cliente; se deja evidencia en el formato **MAG-GIT-B-F-004 FORMATO DE ALISTAMIENTO DE SALAS DE CIRUGÍA** los cuales se encuentran archivados en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de JUNIO se realizan 18 de estas rondas de seguridad.

Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación, esta información se encuentra archivada en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de JUNIO se realizó la capacitación al personal de CIRUGÍA frente al manejo de desfibrilador. Dichas capacitaciones no estaban programadas para el mes de JUNIO.
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados, en el mes de JUNIO no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos.
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Para el mes de JUNIO no se solicitó asesoría referente a la gestión de equipamiento biomédico
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía y se actúa de acuerdo al lineamiento de las políticas de garantías donde no se debe intervenir un equipo durante el periodo que dure esta; para el mes de JUNIO se realiza el retiro de la selladora que se encontraba en el área de esterilización, debido a fallas en el funcionamiento; el equipo es entregado al ingeniero biomédico contratado por el hospital para que sea enviado a fabrica.
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Para el mes de JUNIO aún no se ha informado por parte del cliente sobre el inicio de un contrato de calibración.
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se cuenta con las guías de evaluación en el formato de evaluación estandarizado y normalizado por la ESE, de los equipos con los que mayor frecuencia se capacita al personal y que se encuentran en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos y de forma digital
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple mediante la ejecución del cronograma de mantenimiento del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1).**
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos. Para el mes de JUNIO no se reportan eventos o incidentes asociados a equipos biomédicos (numeral **6** y **8** del presente informe).
Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas. Dichas guías encuentran en el formato de respaldo vital y de manera digital. Se cuenta con 45 guías rápidas. De igual manera se realizan las guías rápidas de los equipos de laboratorio en el formato ya establecido por el hospital, de estas ya se cuenta con 14 guías rápidas.

Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con las hojas de vida de los equipos de la ESE de forma física en los formatos de las anteriores administraciones y se encuentran en formato físico disponibles en la oficina de biomédicos; para el mes de JUNIO se entregan 40 hojas de vida en formato editable en base datos en el formato de hoja de vida actualizado, según los acuerdos fijados con anterioridad.
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras, donde se lleve a cabo la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a lo solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Para el mes de JUNIO se agrega el inventario actualizado de los servicios intervenidos y descritos en el numeral 4.3; radiología, ginecobstetricia, laboratorio clínico y gastroenterología
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento y se evidencia mediante el numeral 4.3 del presente informe, inventario actualizado de los servicios intervenidos revisando estado y funcionalidad de cada equipo.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento mediante la disposición de tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen uso de la información institucionales en redes sociales	Se da cumplimiento.

Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE JUNIO DEL 2025*

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**97%**	**99,8 %**	**100 %**	**96,5 %**	**98,2 %**	**99,1 %**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**33%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	0	0	0	0	0	0	66
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	278	406	110	278	406	110	265

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{111}{112} = 99,1\%$$

ANÁLISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de JUNIO del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 99,1%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de JUNIO se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- RADIOLOGÍA
- GINECOBSTETRICIA
- LABORATORIO CLÍNICO
- GASTROENTEROLOGÍA

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de JUNIO del 2025:

Imagen 1.

Tabla 1.

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
				FRECUENCIA DE CALIBRACION	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FISICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLINICO			S3			S3			S3			S3
GASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS RADIOLOGÍA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
ARCO EN C	GENERAL ELECTRIC	BRIVO 785	B3SS1800256	V105763	QUIRÓFANO 2 - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VERSANA PREMIER	6141521WX0	N/R	CONSULTORIO 9 - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE RAYOS X FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	N/A	RAYOS X - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN SOPORTE DE TUBO DE RAYOS A COLIMADOR, REQUIERE FRENOS DE RIEL, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL	GENERAL ELECTRIC	OPTIMA RX220	SB2201800074WK	V105764	RAYOS X - RAYOS X	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FALLOS EN SU SOFTWARE Y EN BANCO DE BATERÍAS
RAYOS X PORTÁTIL	SHIMADZU	MOBILE DART EVOLUTION	MQ00005A7005	V106150	UCI - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO POR PARTE DE FABRICANTE PARA VERIFICACIÓN DE SOFTWARE

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS GINECOBSTETRICIA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	SECA	876	10000000099899	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE TAPA DE COMPARTIMENTO DE BATERÍAS
BASCULA PEDIÁTRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000423	NR	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32695	V104923	HABITACIÓN - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1516	V106061	HABITACIÓN - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1476	V106061	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1515	V106062	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1582	V106063	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1488	V106064	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

CAMILLA GINECOLÓGICA	MAFET	M-169	N/R	V105681	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
CUNA CALOR RADIANTE	DRAGER	RW82	DSSB-0011	N/R	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE AIRE MEDICINAL
CUNA CALOR RADIANTE	DAVID NINGBO	HKN-9010	22AHZA07004	V105667	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000479	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES PARA MODO DEA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770064	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CARGADOR
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560054-M21118200005	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIC F8 EXPERT	6004215WX0	V105765	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	310017-M1411770030	V104900	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	100144V	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15785DM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15401KM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15351KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15370KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15312KM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15806DM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJÓMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15817DM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	N/R	N/R	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CAMBIO MEMBRANA, NO CUENTA CON MEMBRANA MODO PEDIÁTRICO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO NO CUENTA CON ARO PEDIÁTRICO, PRESENTA DESGASTE EN MEMBRANA
LAMPARA CIELITICA	DRAGER	POLARIS 100	ASSE-0023	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	MAFET	ELECTRICA	N/R	V105682	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN CUELLO

LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEINBINGER	6534011	N/R	100919V	SALA PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MESA DE PARTO	MUBI	IXYS	99466	NR	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035175	V105950	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLES DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021329	V105408	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021330	V105406	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021328	V105511	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016005	V105292	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128144	V105994	MONITORIZACIÓN - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130297	V106010	PASILLO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130293	V106009	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130287	V106012	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130246	V106013	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130247	V106005	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128157	V106007	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG, PRESENTA FRACTURA EN BASES PARA FIJACIÓN A SOPORTE DE PARED
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130296	V106011	SALA PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130291	V106021	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750004	N/R	MONITOREO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M21900520006	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN SENSOR TOCO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE ULTRASONIDO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22805490001	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO EN CABLES Y SENSOR TOCO TRANSDUCTOR Y ULTRASONIDO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19200980012	V105901	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR NEONATAL, REQUIERE BATERÍAS

PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600015	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870045	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
RESUCITADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	RD900ASU	130321001067	V105691	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	.080600001694	484	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	THOMAS	1135	110300004074	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	BARIÁTRICO	715434	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CRISTAL
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	1248872	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	160803184017	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	160803190227	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	N/R	PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	NR	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS LABORATORIO CLÍNICO

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	010108-1407-0221	V105302	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WB7	1204-0039	99459V	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
CENTRIFUGA	ROTOFIX	1206-01	0012164-06	V106975	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	35002790593	362	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO FÍSICO, DAÑO SUJETADOR TAPA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA, SE REALIZA CORRECCIÓN EN SERIE DEL EQUIPO DE 35002790598 SE CAMBIA POR LA SERIE 35002790593
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	4320052	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO FÍSICO, DAÑO SUJETADOR TAPA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
HORNO DE CULTIVOS	P-SELECTA	2000207	169366	363	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, CULMINACIÓN VIDA ÚTIL, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
MICROSCOPIO	CARL ZEISS	PRIMO STAR	3144054519	NR	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO

MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	99399V	LAB. BACKUP - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN OBJETIVOS Y SECCIÓN DE PARTES MÓVILES, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
PIPETA	BOECO	100-1000	OK105786	N/R	ÁREA TÉCNICA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA
PIPETA	BOECO	20-200	PC153534	N/R	CENTRO TRANSFUSIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN SU CARCAZA
PIPETA	BOECO	05-50	OK106937	N/R	CENTRO TRANSFUSIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN SU CARCAZA
PIPETA	BRAND	25-250	09G21619	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PUNTAS
PIPETA	HUMAN	5-50	09F74991	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	100-1000	08D7174	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PUNTAS
PIPETA	BRAND	5-50	08R6064	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	100-1000	08D7177	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PUNTAS
PIPETA	BOECO	25	ME907366	N/R	MICROBIOLOGÍA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	200	22B27364	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	BRAND	25-250	06U2752	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA MULTICANAL	HUMAN	30-300	02K21452	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	T-1	ÁREA TÉCNICA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	T-2	CENTRO TRANSFUSIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	T-10	MICROBIOLOGÍA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	NR	HTC-2	NR	T-11	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	T-3	CENTRO TRANSFUSIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	T-9	CONG. PLASMA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	T-4	NEV. #1 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	T-5	NEV. #2 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	T-7	NEV. #3 - REFRIGERACIÓN - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	T-6	NEV. #3 - CONGELADOR - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	NR	T-8	NEV. #4 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS GASTROENTEROLOGÍA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-29096670	V106979	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES PARA MODO DEA
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	GS 777	901093	V106995	RECUPERACIÓN - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE DE CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE (USB A USB)
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	N/A	V106994	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCHA ALLYN	60813	N/A	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M24315390017	V106983	RECUPERACIÓN - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M23c11200009	V106982	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	PRECALIBRADO	127799	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	140108	V106981	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT ADULTO	'210416101349	V106992	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GENERICO	HTC-2	NR	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO

5. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE JUNIO DEL 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0,4 %	0,1 %	0,6 %	1,0 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	3	0	0	0	0	0	0	2
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	0	0	0	0	0	0	264

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{3}{764} = 0,3\%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el mes de JUNIO se presentaron 3 acciones correctivas; de las cuales 1 se presentaron en el servicio de URGENCIAS, 1 en el servicio de HOSPITALIZACIÓN y 1 en el servicio de AMBULANCIAS.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de JUNIO, tiene como principal causa es el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron **3** ***acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, 1 ***entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes.

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035146	AMBULANCIA	SE REALIZA AJUSTE A VELOCIDAD DE BARRIDO DE LA GRAFICA DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1106	URGENCIAS	SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SPO2
TERMOHIGRÓMETRO	NR	HTC-2	NR	LABORATORIO CLÍNICO	SE REALIZA ENTREGA E INSTALACIÓN DE TERMOHIGRÓMETRO NUEVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-51016007	HOSPITALIZACIÓN	INSTALACIÓN DE BATERÍA Y EXTENSIÓN DE SENSOR DE SPO2

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES* DE JUNIO DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	
ACEPTABLE	2,1-3,9%	N. de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
INSATISFECHO	≥4%	Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados

ANÁLISIS

En el mes de JUNIO no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Se cumple la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE JUNIO DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0,1 %	0,6 %	0,9 %	0,9 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	1	5	7	6	0	0	0	0	0	0	0,5
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	0	0	0	0	0	0	264

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{6}{764} = 0,8\%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

La grafica 4 muestra que, para el mes de JUNIO, hay 6 equipos fuera de servicio, teniendo un valor de 0,8 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los motivos de los equipos fuera de servicio se deben a:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	HOSPITALIZACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870042	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA

Nota: En la anterior tabla se muestran los equipos fuera de servicio incluidos en el anterior informe y que debido a no contar con los repuestos no han sido retornados al servicio.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR | RESULTADO DEL MES

SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
Total, de Incidentes reportados

ANALISIS

En el mes de marzo no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES* DE JUNIO DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

La grafica 6 muestra una relación del 0%, ya que durante el mes de JUNIO no hubo programación de personal para inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de CIRUGÍA en cuidado y manejo de desfibrilador. Las listas de asistencia de estas capacitaciones se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

10. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE JUNIO DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, debido a que durante el mes de JUNIO no hubo programación de personal para capacitación en inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de CIRUGÍA en cuidado y manejo de desfibrilador. Las evaluaciones referentes al tema y contestadas por el personal se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACIÓN POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	6	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH-30	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA - CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGÍA
15	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
16	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
18	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	STOCK	NA	NA	NA	UCI
19	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	4	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
20	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE VACÍO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
23	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
24	TARJETA DE POTENCIA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	1	CIRUGIA	EDAN	H100B	360101-M19B10870042	CIRUGIA
25	FLUJÓMETRO SENCILLO	8	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
28	MANGUERA DE 2 METROS PARA CONECTAR A REGULADOR DE AIRE	1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
29	MANÓMETRO PRECALIBRADO 50PSI DE AIRE MEDICINAL	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
30	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK I1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	4007036	UCI
31	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
32	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
33	OBJETIVOS PARA MICROSCOPIO OLYMPUS DE 40X	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
34	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
35	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI
36	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
37	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
38	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
39	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
40	PISTOLA NEUMÁTICA PARA CONEXIÓN A MANGUERA DE AIRE	1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
41	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES.	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
42	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
43	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

44	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
45	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
46	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	100/200	ASML-0066	CIRUGÍA
47	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1108 S2SNF1119	URGENCIAS
48	CELDA DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUGÍA
49	MEMBRANA DE BOTONES (TECLADO)	1	ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	TERAPIA FÍSICA
50	PANTALLA TÁCTIL PARA MONITOR NIHON KOHDEN PVM 2701	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294 0130295	HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
51	PANTALLA PARA MONITOR MINDRAY IMEC 8	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS
52	CABLE DE PODER	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
53	MANGUERA DE 1,5 METROS PARA BALAS DE OXIGENO	4	STOCK	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
54	MANÓMETRO PRECALIBRADO PARA BALA DE OXIGENO	4	AMBULANCIAS	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
55	BATERÍA RECARGABLE PARA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	4	TODOS LOS SERVICIOS	EDAN	H100B	NA	TODOS LOS SERVICIOS
56	CABLE TRONCAL ECG COMPATIBLE CON NIHON KOHDEN MONITOR PVM2701	3	TODOS LOS SERVICIOS	NIHON KOHDEN	PVM 2701	NA	TODOS LOS SERVICIOS

12. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

13.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO

Imag. 2. Mantenimiento área de rayos x



Imag. 4. Mantenimiento equipos de laboratorio

Imag. 3. Revisión accesorios monitores de signos vitales urgencias en ronda de seguridad



Imag. 5. Mantenimiento equipos de gastroenterología

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el item 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
3	2025-04-11	Se cambian los denominadores de los indicadores 6 y 8.
REVISÓ: 2025-04-09	REVISÓ: 2025-04-10	APROBÓ: 2025-04-11
JORGE ALBERTO CERTUCHE FIGUEROA Cargo: Ing. Biomedico	**ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Líder SGI	**WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

La Plata (Huila), 12 de agosto de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria JULIO 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de JULIO; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 302 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica y se evidencia mediante la entrega de la planilla N° 34031839
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA; Para el mes de JULIO, se realizan 86 mantenimientos preventivos en AMBULANCIAS de los 89 que se tenían programados; 53 en CONSULTA EXTERNA de los 53 mantenimientos programados; 105 en URGENCIAS de los 106 programados; 10 en FARMACIA, ALMACÉN, VACUNACIÓN y SISTEMAS logrando alcanzar la totalidad de los programados para estos servicios.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe. En donde se describe los servicios intervenidos; para el mes de JULIO fueron AMBULANCIAS, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, FARMACIA, ALMACÉN VACUNACIÓN y SISTEMAS
Organizar el material repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se realiza un listado de repuestos y accesorios necesarios para los equipos intervenidos durante el mes, además de agregar los necesarios para poder contar con ellos en caso de necesitarlos de emergencia (numeral 11 del presente informe), de igual manera se realiza verificación de los repuestos que aún se encuentran en almacén en compañía del personal encargado, para identificar que repuestos o accesorios se requiere solicitar.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas formato **MAG-GIT-B-F-001** que se archivan en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos; para el mes de JULIO se realizan 2 rondas de seguridad por todos los servicios del hospital
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día y se da evidencia de ellos en el formato de **Reporte De Servicio.**
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003** (**Imagen 1**.) e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas según el numeral **8.2.5** de la **Política De La Gestión De Tecnología Biomédica** del cliente; se deja evidencia en el formato **MAG-GIT-B-F-004 FORMATO DE ALISTAMIENTO DE SALAS DE CIRUGÍA** los cuales se encuentran archivados en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de JULIO se realizan 23 de estas rondas de seguridad.

Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación, esta información se encuentra archivada en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de JULIO se realizó la capacitación al personal de urgencias frente al manejo y recomendaciones generales de BOMBAS DE INFUSIÓN de la marca FRESENIUS, esta capacitación fue programada a la solicitud realizada por parte del personal de seguridad del paciente.
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados, en el mes de JULIO no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos.
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Para el mes de JULIO se da asesoría y apoyo para la adquisición de elementos necesarios para la proyección de un sistema de secado con aire medicinal para el servicio de esterilización.
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía y se actúa de acuerdo al lineamiento de las políticas de garantías donde no se debe intervenir un equipo durante el periodo que dure esta; para el mes de JULIO no se lleva a cabo ninguna actividad referente a garantías debido a no ser necesarias.
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Para el mes de JULIO se realiza la verificación de equipos no encontrados y se da apoyo en su ubicación para la respectiva calibración contratada por el hospital.
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se cuenta con las guías de evaluación en el formato de evaluación estandarizado y normalizado por la ESE, de los equipos con los que mayor frecuencia se capacita al personal y que se encuentran en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos y de forma digital
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple mediante la ejecución del cronograma de mantenimiento del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1).**
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos. Para el mes de JULIO no se reportan eventos o incidentes asociados a equipos biomédicos pertenecientes a la institución (numeral **6** y **8** del presente informe).
Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas. Dichas guías encuentran en el formato de respaldo vital y de manera digital. Se cuenta con 45 guías rápidas. De igual manera se realizan las guías rápidas de los equipos de laboratorio en el formato ya establecido por el hospital, de estas ya se cuenta con 14 guías rápidas.

Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con las hojas de vida de los equipos de la ESE de forma física en los formatos de las anteriores administraciones y se encuentran en formato físico disponibles en la oficina de biomédicos; para el mes de JULIO se entregan 41 hojas de vida de forma física y en el formato de hoja de vida actualizado, según los acuerdos fijados con anterioridad con el cliente.
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras, donde se lleve a cabo la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a lo solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Para el mes de JULIO se agrega el inventario actualizado de los servicios intervenidos y descritos en el numeral 4.3; AMBULANCIAS, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, FARMACIA, ALMACÉN, VACUNACIÓN y SISTEMAS.
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento y se evidencia mediante el numeral 4.3 del presente informe, inventario actualizado de los servicios intervenidos revisando estado y funcionalidad de cada equipo.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento mediante la disposición de tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen	Se da cumplimiento.

uso de la información institucionales en redes sociales	
Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE JULIO DEL 2025*

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**97%**	**99,8 %**	**100 %**	**96,5 %**	**98,2 %**	**99,1 %**	**98,4 %**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**33%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	254	0	0	0	0	0	66
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	406	110	278	406	110	265

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{254}{258} = 98,4\%$$

ANÁLISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de JULIO del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 98,4%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de JULIO se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- AMBULANCIAS
- CONSULTA EXTERNA
- URGENCIAS
- FARMACIA, ALMACÉN, VACUNACIÓN Y SISTEMAS

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de JULIO del 2025:

Imagen 1.



FORMATO CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMEDICO
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

FECHA: 08/04/2026
CODIGO: MAG-GIT-8-F-003
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 1

EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	N° ACTIVO	SEDE	UBICACIÓN	SERVICIO	CLASIFICACION (DX, TRATAMIENTO, REHABILITACION...E TC)	CLASIFICACION DE RIESGO	MODALIDAD	REGISTRO INVIMA O...	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE GARANTIA	VIGENCIA	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD DE MTTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
																		CALIBRACIÓN	PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN

Tabla 1.

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS AMBULANCIAS

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BOMBA DE INFUSION	UNITED PHARMA	SK-600II	31100502	NR	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, NO CUENTA CON BATERÍA, PRESENTA DESGASTE EN CARCASA
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000355	1653	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PARCHES ADULTO PEDIÁTRICO, REQUIERE BATERÍA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-96021558	V105934	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE ADULTO PEDIÁTRICO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73750000497	V105281	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA ERROR EN TARJETA
DESFIBRILADOR	LIFEGAIN	CU-HD1	M4R3GE022	NR	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO Y PEDIÁTRICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	00906	V105775	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO Y PEDIÁTRICO
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ESS1709	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE PEDIÁTRICO
DESFIBRILADOR DEA	NIHON KOHDEN	AED-3100	12942	NR	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES TIPO ADULTO Y PEDIÁTRICO, REQUIERE BATERÍA YA QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN UN 25 %
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ESS1801	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA, REQUIERE PARCHES PEDIÁTRICOS
DOPPLER FETAL	HUNTLEIHG	FD1	FD1PX1359211-13	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DAÑO EN CARCAZA, PRESENTA FRACTURA EN TAPA DE BATERÍA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770061	N/R	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M19710830018	NR	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	M22609770067	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	N/R	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	REQUIERE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO 3400, MANGO Y CABEZAL DE

						OFTALMOSCOPIO EN BUEN ESTADO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	GMD DIAGNOSTIC	PORTATIL	NR	NR	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	MARTINS	OX	NR	NR	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMAO15345KM	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OXYGEN	15 LPM	14H0424	NR	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	MARTINS	15LPM	NR	NR	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FLUJOMETRO	AMVEX	L2011	FMA007253GL	NR	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	15LPM	1360463	NR	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/A	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	2 SERVICIOS	N/R	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/R	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIATRICO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	MCO	ADULTO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	RAPPAPORT	NR	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO GRIS	PEDIATRICO	NR	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/A	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	PEDIATRICO	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	36130102028	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN SU CONTROLADOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	A36BAAA09001	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO CON ERROR EN SU CONTROL DE TEMPERATURA, PRESENTA DAÑOS EN SEGUROS DE CÚPULA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE VALVAS MAC 0 - 1
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	FIBRA	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	ADC	ESTANDAR	N/A	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
LARINGOSCOPIO	ADC	ADULTO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	ADC	PEDIATRICO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	V104714	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021400	V105407	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DETERIORO FISICO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018706	N/R	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CRISTAL DE PANTALLA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035146	V105944	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE GENERAL, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018703	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DETERIORO DE CARCAZA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M21B14600101	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA DEBIDO AL DESGASTE GENERAL QUE PRESENTA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M20406680109	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, NO TIENE TAPA LATERAL, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA DEBIDO AL DESGASTE GENERAL QUE SE ENCUENTRA
OXIMETRO	CHOICE MED	MD300C52	222006301396	NR	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	125773	NR	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CRISTAL DE MANOMETRO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124714	NR	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE GNERAL
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15LPM	125657	NR	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE GENERAL
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50PSI	124639	NR	OPP 0 23 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE GENERAL
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50 PSI	1630393	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO EN MAL ESTADO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50PSI	1630498	NR	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO EN MAL ESTADO
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15 LPM	NR	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	NR	50 PSI	128650	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	21200000832	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131538	V106145	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131540	V106144	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN SU CARCAZA

SUCCIONADOR	SPARMAX	12V	421381	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
SUCCIONADOR	NR	NR	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	FOLEE	H003-C	210729706030081	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	FOLEE	H003C	MO221130080020	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	140211083023	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	131118091453	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	140211085434	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	942624	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPHYGMOMANOMETER	ADULTO	N/R	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	943792	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	24381	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE 2 VIAS
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	978670	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	MCO	ADULTO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	718728	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	059922	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPHYGNOMANOMETER	ADULTO	NR	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	001026	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	NR	NR	NR	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TORNIQUETE DE PRESION	RIESTER	NR	161280012	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TORNIQUETE DE PRESION	RIESTER	NR	161280013	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12432	V106117	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA, PRESENTA FISURA EN LA CARCAZA, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO COMPLETO URGENTE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12427	V106120	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE BATERÍA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO , REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO COMPLETO URGENTE

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS CONSULTA EXTERNA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038354	V104725	CONSULTORIO 1 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038302	V104195	CONSULTORIO 11 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078093	NR	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038364	V104798	CONSULTORIO 4 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038445	V104796	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, BOTONES EN MAL ESTADO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076769	N/R	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	813	8813265151160	V106219	CONSULTORIO 6 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA VARIACIÓN EN SUS PESO CON 1 KILOGRAMO REFELENTE A LAS DEMAS BASCULAS
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038301	V104795	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076770	V106591	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004115	V105886	CONSULTORIO 1 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
BASCULA PEDIATRICA	SECA	354	8354303210649	V105388	CONSULTORIO 11 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000390	V107007	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1522 K	1522010960	V104799	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000384	V107008	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
COLPOSCOPIO	WALLACH	COLPOSTAR	AWC-W.26	1689	CONSULTORIO 1 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0359210-13	V104718	CONSULTORIO 9 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
ECOGRAFO	MINDRAY	DP-9900 PULS	ME7C0799	1747	CONSULTORIO 4 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA, PRESENTA DAÑO EN CABLE DE TRANSDUCTOR CONVEXO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101115	V106194	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	V104599	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE TAPA DE MANGO OFTALMOSCOPIO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	101749V	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	V104729	CONSULTORIO 6 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	100156V	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	101746V	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO

FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07264GL	NR	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	PEDIATRICO	N/R	N/R	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	ADULTO	N/R	NR	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE OLIVAS
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	N/R	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	N/R	V104605	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CAMPANA PEDIATRICA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	N/A	N/A	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA DE TIPO ADULTO
FONENDOSCOPIO	SPRIT	ADULTO	07110092	103818V	CONSULTORIO 4 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	NR	NR	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	103818V	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA PEDIATRICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	V106594	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	N/R	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN UNION DE CUELLO Y REFLECTOR
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	V106595	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021401	V105405	CONSULTORIO 6 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125449	V105773	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M229117550015	V106407	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	HUNTLEIGH	BD 4000 XS	714DX0204230-14	V104896	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN TOCO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
NEGATOSCOPIO	KRAMER	UN CUERPO	NR	1671	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	893147	V104613	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	SPYGMONOMETER	ADULTO	NR	NR	CONSULTA EXTERNA - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	070413135864	V104733	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	050812093654	N/R	CONSULTORIO 1 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	804643	N/R	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	120484	N/R	CONSULTORIO 4 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	974124	NR	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	200807224637	NR	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	352364	NR	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO

TENSIÓMETRO	SPYGMONOMETER	PEDIATRICO	NR	NR	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	LORD	NR	869931	NR	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	710120	N/R	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
VIDEO COLPOSCOPIO	EDAN	C6-A	860004-M22302580001	N/R	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS URGENCIAS

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078058	N/R	CONSULTORIO 3 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099397	N/R	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000382	NR	CONSULTORIO 4 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000380	NR	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	524KL	5240005492	N/R	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA VARIACION EN SUS PESOS, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE MANTENIMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415689	V106028	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	REQUIERE BATERIA
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8694	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8695	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8691	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8698	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8697	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32681	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32678	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32683	V104941	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32686	V104944	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32677	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32685	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32680	V104938	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	135-13/02	32688	NR	OBSERCACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MOTOR DE PIERNERAS

CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	135-13/02	32700	NR	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN BARANDA DE PIERNERA IZQUIERDO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTR AUMA	BED 2000	19-1511	NR	AISLAMIENTO - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTR AUMA	BED 2000	19-1480	V106059	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTR AUMA	BED 2000	19-1517	V106053	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTR AUMA	BED 2000	19-1503	V106054	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTR AUMA	BED 2000	19-1500	V106056	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	905	V105774	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CARCAZA
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118139	V105777	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA QUE NO PERMITE LA VISUALIZACION DE LAS CURVAS, ADEMAS PRESENTA MULTIPLES FRACTURAS EN SU CARCAZA, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT1	19081468	V105318	CONSULTORIO 4 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	104087V	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/A	104087V	CONSULTORIO 1 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/A	V105299	CONSULTORIO 3 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	777 SERIES	N/R	V105887	CONSULTORIO 2 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	F06181	V104601	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CARCASA DE OFTALMOSCOPIO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07346GL	NR	PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007266GL	NR	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007351GL	NR	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007352GL	NR	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	NR	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	NR	PEIDATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	N/A	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NR	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO

GRAMERA	WEIHENG	WH-BOQ	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NACIONAL	ELECTRICA	N/R	N/A	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	N/R	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	103771V	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 0600
LARINGOSCOPIO	RIESTER	ADULTO-PEDIATRICO	N/R	N/R	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LOCALIZADOR DE VENAS	SHENZHEN BESTMAN	BVF 263	20002068	NR	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035132	V105949	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE PERILA DE MANDO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035097	V105945	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035164	V105952	OBSERVACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035272	V105943	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035213	V105948	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO REQUIERE SENSORES PEDIATRICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3745	V106227	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1124	V106102	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1106	V106109	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1126	V106101	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1127	V106092	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1120	V106111	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1121	V106107	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1125	V106096	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1114	V106110	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1109	V106095	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSORES PEDIATRICOS, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1116	V106103	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	V106106	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN TARJETA DE MODULO NIBP, NO CUENTA CON SEGURO DE SOCKET DE SENSOR DE SPO2, REQUIERE TAPA DE PERILLA SELECTORA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1128	V106108	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1111	V106093	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	V106094	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PRESENTA DAÑO EN SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-44129115	V104909	CONSULTORIO 1 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN PROTECTOR DE INDICACION LUMINICA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010141	V104903	CONSULTORIO 2 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-19119633	104347V	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, NO CUENTA CON ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128155	V105995	CONSULTORIO 3 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125443	V105769	CONSULTORIO 4 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125533	V105770	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128131	V105996	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130302	V105941	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125522	V105768	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130284	V106016	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
PESA PAÑAL	CAMRY	NEK4150	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M1690865002 0	V105659	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, BATERIA EN MAL ESTADO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B1087005 0	V105966	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN SEGURO DE TAPA BATERIA
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	15 LPM	156583	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C343	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C318	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PERILLA DE REGULACION
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	5 LPM	13345C366	NR	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C302	NR	AISLAMIENTO - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C308	NR	AISLAMIENTO - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470 254	NR	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470 253	NR	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131582	NR	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA FRACTURAS EN CARCASA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131584	NR	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO HIDROFOBICO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001185	1284	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO

						HIDROFOBICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	977357	N/A	CONSULTORIO 4 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	710160	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	804751	N/A	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	365053	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804759	N/A	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804808	N/A	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIOMETRO	RESIDENT	ADULTO	321381	99042	CONSULTORIO 2 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	130227102214	N/A	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/A	CARRO DE PARO - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12431	V106118	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INDICADORES LED , REQUIERE CELDA DE O2 Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO, PRESENTA DESGASTE EN JUNTA DE SENSOR DE FLUJO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12425	V106121	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INDICADORES LED , REQUIERE CELDA DE O2 Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO, PRESENTA DESGASTE EN JUNTA DE SENSOR DE FLUJO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS ALMACÉN, FARMACIA, SISTEMAS, VACUNACIÓN

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
TERMOHIGROMETRO	EBC	ETP101	N/R	361	ESTANTE SUMINISTROS - ALMACÉN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	RECEPCIÓN CADENA DE FRIO - ALMACÉN	EQUIPO NUEVO, ANEXADO A INVENTARIO DURANTE EL MANTENIMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NR	HTC - 2	N/R	NR	ESTANTE SUMINISTROS - ALMACÉN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	ESTANTE MEDICAMENTOS - FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	292	ESTANTE BODEGA - FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	DIGITAL	N/R	N/R	NEVERA - FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	OFICINA SISTEMAS - SISTEMAS	EQUIPO OPERATIVO

TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	ÁREA REFRIGERADORES - VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	REFRIGERADOR - VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	VACUNACIÓN - VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO

5. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE JULIO DEL 2025*

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0,4 %**	**0,1 %**	**0,6 %**	**1,0 %**	**0,4 %**	**0,4 %**	**1,4 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,4%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	3	11	0	0	0	0	0	3
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	0	0	0	0	0	455

META DEL INDICADOR		RESULT ADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{11}{765} = 0,9\%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el mes de JULIO se presentaron 11 acciones correctivas; de las cuales 2 se presentaron en el servicio de CIRUGÍA, 1 en el servicio de LABORATORIO; 2 en el servicio de HOSPITALIZACIÓN; 2 en el servicio de PEDIATRÍA; 1 en el servicio de RAYOS X y 3 en el servicio de GINECOBSTETRICIA y PARTOS.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de JULIO, tiene como principal causa es el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron **11** ***acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, **3** ***entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes.

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
EQUIPO DE RX FIJO	RADIOLOGÍA	RST-HF	170/21470	RAYOS X	SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOMBILLO DE COLIMADOR
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-59021329	GINECOOBSTETRICIA	SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE 1 VÍA PARA NEONATO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1515	GINECOBSTETRICIA	SE REALIZA UNIÓN EN CABLE DE ALIMENTACIÓN QUE HABÍA SIDO CORTADO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	460378-M18504350011	GINECOBSTETRICIA	SE REALIZA LIMPIEZA EN CONECTORES Y BISAGRAS DE PANTALLA
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870048	PEDIATRÍA	SE REALIZA LIMPIEZA DE CONECTORES Y CONTACTOS INTERNOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130286	PEDIATRÍA	SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETES PEDIÁTRICOS DE 1 VÍA DE 6-11 CM, 8-15CM Y DE 18-26CM
MONTOR DE SIGNOS VITALES	BLT		Q068A035247	HOSPITALIZACIÓN	SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE PARA NEONATO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-51016007	HOSPITALIZACIÓN	SE REALIZA AJUSTE A CONECTOR DE SPO2
MICROPIPETA	BOECO	5-50UL	OK106937	LABORATORIO	EL EQUIPO PRESENTA MÚLTIPLES FRACTURAS EN COMPONENTES INTERNOS, LI QUE IMPOSIBILITA LA CORRECTA LECTURA DEL VOLUMEN GRADUADO, SE RECOMIENDA DAR DE BAJA AL EQUIPO
SERVOCUNA	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34659	CIRUGÍA	SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS	ASKL-0249	CIRUGÍA	SE REALIZA REVISIÓN DE CONECTORES DE ALIMENTACIÓN DE OXIGENO, SE REALIZA AJUSTE A ESTOS
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-14	CUARTO DE RESIDUOS	SE REALIZA INSTALACIÓN DE EQUIPO
TERMOHIGRÓMETRO	NR	HTC-2	T-12	LABORATORIO	SE REALIZA INSTALACIÓN DE EQUIPO
TERMÓMETRO	ALLA FRANCE	DIGITAL	NR	ALMACÉN	SE REALIZA INSTALACIÓN DE EQUIPO

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES* DE JULIO DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

N. de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados

ANÁLISIS

En el mes de JULIO no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Se cumple la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE JULIO DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0,1 %**	**0,6 %**	**0,9 %**	**0,9 %**	**0,9 %**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0,3%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	1	5	7	6	8	0	0	0	0	0	2,2
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	0	0	0	0	0	455

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{7}{765} = 0,9\ \%$$

ANÁLISIS

La grafica 4 muestra que, para el mes de JULIO, hay 7 equipos fuera de servicio, teniendo un valor de 0,9 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los motivos de los equipos fuera de servicio se deben a:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	HOSPITALIZACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870042	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA	REQUIERE TARJETA DE TECLADO

Nota: En la anterior tabla se muestran los equipos fuera de servicio incluidos en el anterior informe y que debido a no contar con los repuestos no han sido retornados al servicio.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES DE JULIO DE 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
Total, de Incidentes reportados

ANÁLISIS

En el mes de JULIO no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES* DE JULIO DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95 %	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{0}{0} = 0\%$$

ANÁLISIS

La grafica 6 muestra una relación del 0%, ya que durante el mes de JULIO no hubo programación de personal para inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de URGENCIAS en cuidado y manejo de BOMBAS DE INFUSION de la marca FRESENIUS. Las listas de asistencia de estas capacitaciones se encuentran en archivadas en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

10. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE JULIO DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$$

ANÁLISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, debido a que durante el mes de JULIO no hubo programación de personal para capacitación en inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de URGENCIAS en cuidado y manejo de BOMBAS DE INFUSIÓN de la marca FRESENIUS. Las evaluaciones referentes al tema y contestadas por el personal se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACIÓN POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	2	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH-30	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA -CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGÍA
15	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
16	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
18	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	STOCK	NA	NA	NA	UCI
19	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	4	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
20	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA

21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE VACÍO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
23	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
24	TARJETA DE POTENCIA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	1	CIRUGIA	EDAN	H100B	360101-M19B10870042	CIRUGIA
25	FLUJÓMETRO SENCILLO	8	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
28	MANGUERA DE 2 METROS PARA CONECTAR A REGULADOR DE AIRE	1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
29	MANÓMETRO PRECALIBRADO 50PSI DE AIRE MEDICINAL	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
30	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK i1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK i1	4007036	UCI
31	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
32	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
33	OBJETIVOS PARA MICROSCOPIO OLYMPUS DE 40X	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
34	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
35	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI
36	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
37	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
38	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
39	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
40	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES.	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
41	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
42	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

43	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
44	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
45	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	100/200	ASML-0066	CIRUGÍA
46	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1108 S2SNF1119	URGENCIAS
47	CELDA DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUGÍA
48	MEMBRANA DE BOTONES (TECLADO)	1	ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	TERAPIA FÍSICA
49	PANTALLA TÁCTIL PARA MONITOR NIHON KOHDEN PVM 2701	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294 0130295	HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
50	PANTALLA PARA MONITOR MINDRAY IMEC 8	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS
51	CABLE DE PODER	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
52	MANGUERA DE 1,5 METROS PARA BALAS DE OXIGENO	4	STOCK	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
53	MANÓMETRO PRECALIBRADO PARA BALA DE OXIGENO	4	AMBULANCIAS	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
54	BATERÍA RECARGABLE PARA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	4	TODOS LOS SERVICIOS	EDAN	H100B	NA	TODOS LOS SERVICIOS
55	CABLE TRONCAL ECG COMPATIBLE CON NIHON KOHDEN MONITOR PVM2701	3	TODOS LOS SERVICIOS	NIHON KOHDEN	PVM 2701	NA	TODOS LOS SERVICIOS
56	BOMBILLO PARA OTOSCOPIO 03400	3	AMBULANCIAS STOCK	WELCH ALLYN	NA	NA	AMBULANCIAS STOCK
57	TARJETA DE TECLADO PARA MONITOR FETAL EDAN F3	1	GINECOBSTETRICIA	EDAN	F3	560034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA
58	JUNTA SILICONADA PARA PUERTA MATACHANA	1	STOCK	MATACHANA	SC500	E-30416	STOCK

12. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

13.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO

Imag. 2. Mantenimiento servicio de consulta externa

Imag. 3. Mantenimiento a equipos de ambulancia



Imag. 4. Revisión de tarjeta teclado de monitor fetal

Imag. 5. Adecuación de carro de transporte para monitor de signos vitales de urgencia

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el item 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
3	2025-04-11	Se cambian los denominadores de los indicadores 6 y 8.
REVISÓ: 2025-04-09 **JORGE ALBERTO CERTUCHE FIGUEROA** Cargo: Ing. Biomedico	REVISÓ: 2025-04-10 **ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Líder SGI	APROBÓ: 2025-04-11 **WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

La Plata (Huila), 12 de septiembre de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria del 1 al 15 de AGOSTO 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar durante el periodo del 1 al 15 de AGOSTO; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 302 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
01 de agosto	15 de agosto

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica y se evidencia mediante la entrega de la planilla N° 34387682
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA; Para el periodo del 1 al 15 AGOSTO, se realizan 4 mantenimientos preventivos en ESTERILIZACIÓN siendo la totalidad de los programados; 78 en CIRUGÍA de los 81 mantenimientos programados; 56 en PEDIATRÍA de los 57 programados; 10 en TERAPIA FÍSICA logrando alcanzar la totalidad de los programados para este servicio.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe. En donde se describe los servicios intervenidos; para el periodo del 1 al 15 de AGOSTO fueron CIRUGÍA, ESTERILIZACIÓN, PEDIATRÍA y TERAPIA FÍSICA
Organizar el material repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se realiza un listado de repuestos y accesorios necesarios para los equipos intervenidos durante el mes, además de agregar los necesarios para poder contar con ellos en caso de necesitarlos de emergencia (numeral 11 del presente informe), de igual manera se realiza verificación de los repuestos que aún se encuentran en almacén en compañía del personal encargado, para identificar que repuestos o accesorios se requiere solicitar.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas formato **MAG-GIT-B-F-001** que se archivan en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos; para el periodo del 1 al 15 de AGOSTO se realiza 1 ronda de seguridad por todos los servicios del hospital
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día y se da evidencia de ellos en el formato de **Reporte De Servicio.**
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003** (**Imagen 1.**) e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento dentro del periodo abarcado del 1 al 15 de agosto, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas según el numeral **8.2.5** de la **Política De La Gestión De Tecnología Biomédica** del cliente; se deja evidencia en el formato **MAG-GIT-B-F-004 FORMATO DE ALISTAMIENTO DE SALAS DE CIRUGÍA** los cuales se encuentran archivados en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos. Para el periodo entre el 1 y 15 de agosto se realizan 10 de estas rondas de seguridad.

Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación, esta información se encuentra archivada en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de AGOSTO se realiza la capacitación programada para el mes en el servicio de UCI al personal encargado del manejo del VENTILADOR de la marca MONAL T60.
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados; en el periodo del 1 al 15 de AGOSTO, no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos, sin embargo, se realiza el acompañamiento durante el levantamiento de inventario por parte del personal.
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Para el periodo de 1 al 15 de AGOSTO el cliente no solicita asesoría en temas de gestión de equipamiento biomédico.
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía y se actúa de acuerdo al lineamiento de las políticas de garantías donde no se debe intervenir un equipo durante el periodo que dure esta; para el periodo del 1 al 15 de AGOSTO no se lleva a cabo ninguna actividad referente a garantías debido a no ser necesarias.
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Para el periodo del 1 al 15 de AGOSTO se realiza la verificación de equipos no encontrados y se da apoyo en su ubicación para la respectiva calibración contratada por el hospital.
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se cuenta con las guías de evaluación en el formato de evaluación estandarizado y normalizado por la ESE, de los equipos con los que mayor frecuencia se capacita al personal y que se encuentran en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos y de forma digital
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple mediante la ejecución del cronograma de mantenimiento del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1).**
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos. Para el periodo del 1 al 15 de AGOSTO no se reportan eventos o incidentes asociados a equipos biomédicos pertenecientes a la institución (numeral **6** y **8** del presente informe).
Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas. Dichas guías encuentran en el formato de respaldo vital y de manera digital. Se cuenta con 45 guías rápidas y 14 guías rápidas en formato institucional del cliente.

Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con las hojas de vida de los equipos de la ESE de forma física en los formatos de las anteriores administraciones y se encuentran en formato físico disponibles en la oficina de biomédicos; para el periodo del 1 al 15 de AGOSTO se entregan 20 hojas de vida de forma física y en el formato de hoja de vida actualizado, según los acuerdos fijados con anterioridad con el cliente.
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras, donde se lleve a cabo la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a lo solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Para el periodo del 1 al 15 de AGOSTO se agrega el inventario actualizado de los servicios intervenidos y descritos en el numeral 4.3; CIRUGÍA, ESTERILIZACIÓN, PEDIATRÍA y TERAPIA FÍSICA.
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento y se evidencia mediante el numeral 4.3 del presente informe, inventario actualizado de los servicios intervenidos revisando estado y funcionalidad de cada equipo.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento mediante la disposición de tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen	Se da cumplimiento.

uso de la información institucionales en redes sociales	
Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PERIODO ENTRE EL 1 Y 15 DE AGOSTO DEL 2025*

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	97%	99,8 %	100 %	96,5 %	98,2 %	99,1 %	98,4 %	97,4 %	0%	0%	0%	0%	33%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	254	148	0	0	0	0	66
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	152	110	278	406	110	265

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{148}{152} = 97,4\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el periodo entre el 1 al 15 de AGOSTO del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 97,4%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el periodo del 1 al 15 de AGOSTO se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- CIRUGÍA
- ESTERILIZACIÓN
- PEDIATRÍA
- TERAPIA FÍSICA

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de AGOSTO del 2025:

Imagen 1.

Tabla 1.

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
				FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM. ALMAC. VACUN. SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS CIRUGÍA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	160 KG	1600006475	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	524 KL	5240005365	N/R	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34660	1255	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN CONTROL DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34659	1438	SALA2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN CONTROL DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008067	V104897	CARRO DE PARO - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	460376-M16909000058	N/R	CARRO DE PARO - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAE0007697	V107206	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BU1622012	V106764	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAC0002857	N/R	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO EN REVISION CON CASA COMERCIAL
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAC0002862	N/R	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO EN REVISION CON CASA COMERCIAL
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
ESTIMULADOR NERVIO PERIFERICO	BRAUN	HNS	00.0083	V105929	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015814DM	NR	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15788DM	NR	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15787DM	NR	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015813DM	NR	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO15798DM	NR	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO15797DM	NR	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	103645V	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	GENERICO	PEDIATRICO	N/R	104139V	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO FISICO, REQUIERE MEMBRANA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	104724V	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	104722V	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	104723V	CARRO DE PARO - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE ARO TIPO ADULTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	104722V	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 200/200	ASLH-0261	V105781	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA AJUSTE A TAPA METALICA DE ARTICULACION DE SATELITE SUPERIOR
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 200/200	ASLH-0260	V105780	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 100/200	ASML-0066	V105927	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA DE PULSADORES PARA SATELITE SUPERIOR, EL AJUSTE DE RESISTENCIA A CAIDA DE BRAZO BASCULANTE SUPERIOR SE ENCUENTRA AL MAXIMO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	N/R	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NACIONAL	ELECTRICA	N/R	N/R	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CABEZA DE PORTA BOMBILLO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	N/R	CARRO DE PARO - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE ALGUNAS VALVAS
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	V105362	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	103905V	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE VALVAS TIPO ADULTO
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	STAINLESS	N/R	V105363	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	N/R	V105689	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEINBINGER	65-34011	N/R	V105367	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON TAPA DE MANGO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0249	V105778	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MANGUERA DE AGENTES ANESTESICOS Y KIT DE MANTENIMIENTO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0250	NR	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO

MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	ER-42002202	V104905	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CELDA DE OXIGENO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	FABIUS PLUS XL	ASMI-0128	V105926	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
MESA DE CIRUGIA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	00051336	V105782	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO TRABAJANDO DE FORMA MANUAL, REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA CARGA DE BATERIAS
MESA DE CIRUGIA	MINDRAY	HYBASE-6100	G9-51004032	V105291	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS Y DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
MESA DE CIRUGIA	MAQUET	N/R	00160	N/R	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS Y DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS Y ALMOHADILLAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	525MM0196	V105928	SALA3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010142	V104904	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACION DE EXTENSION DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IPM10	EF43011743	V104908	CARRO DE PARO - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, SE REALIZA INSTALACION DE CABLE DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130306	V106000	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130305	V106004	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130304	V105998	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	V106003	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE PANTALLA TACTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130288	V106002	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130248	V106001	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130245	V105997	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128147	V105999	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130309	V106018	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SPO2 Y EXTENSION DE SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562 K	17001	V105766	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870042	V105968	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600164	V105660	RECUPERACION - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C307	NR	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO

REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	SALA 2 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25481	V105931	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA BAJO NIVEL DE PRESION NEGATIVA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25484	V105932	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA BAJO NIVEL DE PRESION NEGATIVA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L8.20.131	V106196	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, MANOMENTRO DAÑADO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001180	100636V	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PEDAL DAÑADO, MANOMETRO DAÑADO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	120600002844	1289	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001182	1688	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA BAJO NIVEL DE PRESION NEGATIVA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	7111947	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	LORD	PEDIATRICO	10611587	103661V	ESTACION DE ENFERMERIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	130227102214	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS ADULTO	07686841	99024V	ESTACION DE ENFERMERIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	CARRO DE PARO - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA312	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN TERMOCUPLA, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	BIOTEMP	N/R	N/R	BODEGA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	NR	N/R	CADENA DE FRIO - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS ESTERILIZACIÓN

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
AUTOCLAVE	MATACHANA	SC500/S1000	E-30416	N/R	ÁREA AZUL - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA EN SENSORES DE NIVEL DE CALDERA Y SE REALIZA DRENADO DE ESTA, SE REALIZA LIMPIEZA A SISTEMA DE OSMOSIS, SE REALIZA CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS Y DE CALDERA. SE RECOMIENDA REVISIÓN POR PARTE DE LA MARCA PARA EL CHEQUEO DE LA ALARMA E23
ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA	STERIS	V- PRO S2	033262363	NR	ÁREA AZUL - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO EN GARANTÍA, NO CUENTA CON PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	AREA ROJA - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	AREA VERDE - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GENERICO	HTC-2	N/R	N/R	AREA AZUL - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS PEDIATRÍA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074173	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	CHARDER	MS3500	C22006905	N/R	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004066	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32688	104940	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8696	NR	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8695	106725	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32679	V104937	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60892	V105786	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60891	V105785	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60890	V105784	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60889	V105783	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32684	104942	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO

CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8693	NR	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32705	V104931	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32699	V104933	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32687	V104915	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, CONTROL EN MAL ESTADO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60926	V105794	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073422	V105955	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1523	V106066	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1626	V106067	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1486	V106068	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1497	V106065	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1602	V106060	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO NO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007316GL	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015311KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015295KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FUGA EN ACRILICO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015799DM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
INCUBADORA	ATOM INFANT	V-80	3010824	100380V	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON BATERIAS,NO TIENE SENSOR DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
INCUBADORA	FANEM	1186C	CN 3413	V104630	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE REPARA CABLE DE SENSOR DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	N/R	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	437-06	V104625	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON BOTON DE REINICIO, CONTADOR DE TIEMPO DAÑADO, REQUIERE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	433-06	101753V	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEIBENGERB	PEDIATRICO	N/R	V105368	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
LOCALIZADOR DE VENAS	SHENZHEN BESTMAN	BVF 263	20002070	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016002	V105295	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130249	V106006	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130301	V105942	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	130286	V105941	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO, PRESENTA FRACTURA EN CARCASA
PESA PAÑAL	GENERICO	5 KG	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA CORROSIÓN EN COMPARTIMENTO DE BATERÍAS
PULSOXIMETRO	BEIJING CHOICE	MD300C52	192756300925	N/R	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870086	V105965	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN TAPA DE BATERIAS, REQUIERE SENSORES PEDIATRICO, NEONATAL
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870048	V105967	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, TAPA DE BATERIA EN MAL ESTADO
REGULADOR DE OXIGENO	MCARE	0 - 15 LPM	200901893	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15LPM	09225C147	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131583	V106147	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	732529	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	NEONATAL	364907	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	HONSUN	PEDIATRICO	128439	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS TERAPIA FISCA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BICICLETA ESTÁTICA	SPORT FITNESS	NEW CASTLE	FIT8718I-139	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROESTIMULADOR	INTELTEC	2332	B660752	1541	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN UNO DE SUS CANALES
ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CANAL 4, REQUIERE CAMBIO DE MEMBRANA DE BOTONES
ELECTROESTIMULADOR	INGELSAD	NEURODIN L4	133008/1541	1541	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROESTIMULADOR	SKYLARK	SUPERSTIM	130998284	NR	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HJTHP	NR	NR	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HJTHP	NR	NR	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA CARCAZA DETERIORADA
TANQUE PAQUTE CALIENTE	INTERFÍSICA	COMBO 8 PAQ.	N/R	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
ULTRASONIDO	IMC	PORTÁTIL US 1000	70800419	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	124733	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO

5. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL PERIODO ENTRE EL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0,4 %	0,1 %	0,6 %	1,0 %	0,4 %	0,4 %	1,4 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	3	11	1	0	0	0	0	3
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	0	0	0	0	455

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	
ACEPTABLE	2,1-3,9%	

INSATISFECHO	≥4%	$\frac{1}{765} = 0,1\%$

ANÁLISIS

En el periodo entre el 1 y el 15 de AGOSTO se presentó 1 acción correctiva en el servicio de ginecobstetricia

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el periodo del 1 al 15 de agosto, tiene como principal causa es el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizó **1** ***acción correctiva*** que involucran equipos de toda la institución, **0** ***entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes.

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
TENSIÓMETRO	ALPK2	NR	716124	GINECOBSTETRICIA	SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE DOS VÍAS DEBIDO A UNA FUGA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO* DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL INDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMEDICOS - 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	
ACEPTABLE	2,1-3,9%	N. de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
INSATISFECHO	≥4%	Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados

ANÁLISIS

En el periodo entre el 1 al 15 de AGOSTO, no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Se cumple la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

7. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO* DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0,1 %	0,6 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0%	0%	0%	0%	0,3%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	1	5	7	6	8	6	0	0	0	0	2,7
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	0	0	0	0	455

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{6}{765} = 0,8\ \%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

La grafica 4 muestra que, para el periodo entre el 1 al 15 de agosto, hay 6 equipos fuera de servicio, teniendo un valor de 0,9 % para este indicador.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los motivos de los equipos fuera de servicio se deben a:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	HOSPITALIZACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S25NF1108	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S25NF1119	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA	REQUIERE TARJETA DE TECLADO

Nota: En la anterior tabla se muestran los equipos fuera de servicio incluidos en el anterior informe y que debido a no contar con los repuestos no han sido retornados al servicio.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	
ACEPTABLE	2,1-3,9%	N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
INSATISFECHO	≥4%	Total, de Incidentes reportados

ANÁLISIS

En el periodo entre el 1 y el 15 de AGOSTO no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicador de 0,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL PERIODO ENTRE EL 1 Y EL 15 DE AGOSTO* DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95 %	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

La grafica 6 muestra una relación del 0%, ya que durante el periodo entre el 1 y 15 de agosto no hubo programación de personal para inducción. Sin embargo, en dicho periodo se realiza la capacitación programada para el mes en el servicio de UCI al personal encargado del manejo del VENTILADOR de la marca MONAL T60. Las listas de asistencia de estas capacitaciones se encuentran en archivadas en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

10. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL PERIODO ENTRE EL 1 Y EL 15 DE AGOSTO DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, debido a que durante el periodo entre el 1 y 15 de AGOSTO no hubo programación de personal para capacitación en inducción. Sin embargo, se realiza la capacitación programada para el mes en el servicio de UCI al personal encargado del manejo del VENTILADOR de la marca MONAL T60. Las evaluaciones referentes al tema y contestadas por el personal se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACIÓN POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	2	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO REF. 5761 6V 30W	3	STOCK	NA	NA	NA	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA -CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGÍA
15	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
16	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
18	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	STOCK	NA	NA	NA	UCI
19	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	4	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
20	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA

21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE VACÍO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
23	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
24	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MONAL T60	3	STOCK	NA	NA	NA	URGENCIAS UCI AMBULANCIAS
25	FLUJÓMETRO SENCILLO	8	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
28	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK i1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK i1	4007036	UCI
29	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
30	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
31	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
32	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI
33	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
34	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
35	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
36	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
37	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES.	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
38	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
39	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
40	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
41	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

42	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	100/200	ASML-0066	CIRUGÍA
43	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1108 S2SNF1119	URGENCIAS
44	CELDA DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUGÍA
45	MEMBRANA DE BOTONES (TECLADO)	1	ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	TERAPIA FÍSICA
46	PANTALLA TÁCTIL PARA MONITOR NIHON KOHDEN PVM 2701	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294 0130295	HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
47	PANTALLA PARA MONITOR MINDRAY IMEC 8	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS
48	CABLE DE PODER	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
49	MANGUERA DE 1,5 METROS PARA BALAS DE OXIGENO	4	STOCK	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
50	MANÓMETRO PRECALIBRADO PARA BALA DE OXIGENO	4	AMBULANCIAS	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
51	BATERÍA RECARGABLE PARA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	4	TODOS LOS SERVICIOS	EDAN	H100B	NA	TODOS LOS SERVICIOS
52	CABLE TRONCAL ECG COMPATIBLE CON NIHON KOHDEN MONITOR PVM2701	6	TODOS LOS SERVICIOS	NIHON KOHDEN	PVM 2701	NA	TODOS LOS SERVICIOS
53	BOMBILLO PARA OTOSCOPIO 03400	3	AMBULANCIAS STOCK	WELCH ALLYN	NA	NA	AMBULANCIAS STOCK
54	TARJETA DE TECLADO PARA MONITOR FETAL EDAN F3	1	GINECOBSTETRICIA	EDAN	F3	S60034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA

12. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

13.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO

Imag. 2. Mantenimiento servicio de cirugía



Imag. 3. Mantenimiento a equipos de esterilización

Imag. 4. Mantenimiento servicio de terapia física

Imag. 5. Mantenimiento servicio de pediatría

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el item 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
3	2025-04-11	Se cambian los denominadores de los indicadores 6 y 8.
REVISÓ: 2025-04-09	REVISÓ: 2025-04-10	APROBÓ: 2025-04-11
JORGE ALBERTO CERTUCHE FIGUEROA Cargo: Ing. Biomedico	**ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Líder SGI	**WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

La Plata (Huila), 12 de septiembre de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria del 16 al 31 de AGOSTO 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar durante el periodo del 16 al 31 de AGOSTO; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 354 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	16 de agosto
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de septiembre de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica y se evidencia mediante la entrega de la planilla N° 34387682
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA; Para el periodo del 16 al 31 AGOSTO, se realizan 154 mantenimientos preventivos en UCI siendo la totalidad de los programados; 87 mantenimientos en HOSPITALIZACIÓN logrando alcanzar la totalidad de los programados para este servicio.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se pregunta al supervisor del contrato por parte del cliente.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio e inventarios, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe. En donde se describe los servicios intervenidos; para el periodo del 16 al 31 de AGOSTO fueron UCI y HOSPITALIZACIÓN.
Organizar el material repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se realiza un listado de repuestos y accesorios necesarios para los equipos intervenidos durante el mes, además de agregar los necesarios para poder contar con ellos en caso de necesitarlos de emergencia (numeral 11 del presente informe), de igual manera se realiza verificación de los repuestos que aún se encuentran en almacén en compañía del personal encargado, para identificar que repuestos o accesorios se requiere solicitar.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas formato **MAG-GIT-B-F-001** que se archivan en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos; para el periodo del 16 al 31 de AGOSTO se realiza 1 ronda de seguridad por todos los servicios del hospital
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día y se da evidencia de ellos en el formato de **Reporte De Servicio.**
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003** (**Imagen 1.**) e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento dentro del periodo abarcado del 16 al 31 de agosto, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas según el numeral **8.2.5** de la **Política De La Gestión De Tecnología Biomédica** del cliente; se deja evidencia en el formato **MAG-GIT-B-F-004 FORMATO DE ALISTAMIENTO DE SALAS DE CIRUGÍA** los cuales se encuentran archivados en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos. Para el periodo entre el 16 y 31 de agosto se realizan 9 de estas rondas de seguridad.

Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación, esta información se encuentra archivada en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de AGOSTO se realiza la capacitación programada para el mes en el servicio de UCI al personal encargado del manejo del VENTILADOR de la marca MONAL T60.
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados; en el periodo del 16 al 31 de AGOSTO, no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos, sin embargo, se realiza el acompañamiento durante el levantamiento de inventario por parte del personal.
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Para el periodo de 16 al 31 de AGOSTO el cliente no solicita asesoría en temas de gestión de equipamiento biomédico.
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía y se actúa de acuerdo al lineamiento de las políticas de garantías donde no se debe intervenir un equipo durante el periodo que dure esta; para el periodo del 16 al 31 de AGOSTO no se lleva a cabo ninguna actividad referente a garantías debido a no ser necesarias.
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Para el periodo del 16 al 31 de AGOSTO se realiza la verificación de equipos no encontrados y se da apoyo en su ubicación para la respectiva calibración contratada por el hospital.
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se cuenta con las guías de evaluación en el formato de evaluación estandarizado y normalizado por la ESE, de los equipos con los que mayor frecuencia se capacita al personal y que se encuentran en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos y de forma digital
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple mediante la ejecución del cronograma de mantenimiento del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1).**
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos. Para el periodo del 16 al 31 de AGOSTO no se reportan eventos o incidentes asociados a equipos biomédicos pertenecientes a la institución (numeral **6** y **8** del presente informe).
Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas. Dichas guías encuentran en el formato de respaldo vital y de manera digital. Se cuenta con 45 guías rápidas y 14 guías rápidas en formato institucional del cliente.

Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con las hojas de vida de los equipos de la ESE de forma física en los formatos de las anteriores administraciones y se encuentran en formato físico disponibles en la oficina de biomédicos; para el periodo del 16 al 31 de AGOSTO se entregan 20 hojas de vida de forma física y en el formato de hoja de vida actualizado, según los acuerdos fijados con anterioridad con el cliente.
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras, donde se lleve a cabo la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a lo solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Para el periodo del 16 al 31 de AGOSTO se agrega el inventario actualizado de los servicios intervenidos y descritos en el numeral 4.3; UCI y HOSPITALIZACIÓN.
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento y se evidencia mediante el numeral 4.3 del presente informe, inventario actualizado de los servicios intervenidos revisando estado y funcionalidad de cada equipo.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento mediante la disposición de tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen uso de la información institucionales en redes sociales	Se da cumplimiento.

Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PERIODO ENTRE EL 16 Y 31 DE AGOSTO DEL 2025*

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	97%	99,8 %	100 %	96,5 %	98,2 %	99,1 %	98,4 %	99,0 %	0%	0%	0%	0%	66%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	254	389	0	0	0	0	181
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	393	0	0	0	0	184

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{389}{393} = 99,0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el periodo entre el 16 al 31 de AGOSTO se realizan la totalidad de los mantenimientos programados en los servicios de UCI y HOSPITALIZACIÓN. Para el mes de AGOSTO del 2025 nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 99,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

NOTA: el número de equipos mostrado en el indicador corresponde al total de los mantenimientos realizados y programados para el mes de agosto.

4.1 Durante el periodo del 16 al 31 de AGOSTO se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- UCI
- HOSPITALIZACIÓN

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de AGOSTO del 2025:

Imagen 1.

Tabla 1.

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
FRECUENCIA DE CALIBRACION	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM., ALMAC. VACUN SALAS	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGIA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MANU

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS UCI

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074172	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	876	10000400069410	V105882	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	5224K	5220008908	V106593	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1503	NR	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CONTROL DE MOVIMIENTOS, DETERIORO FISICO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1501	V106051	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA ELÉCTRICA	MB	MB-10-2	CC-8690	V106734	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MB	MB-10-2	CC-8689	V106733	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32690	V104918	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, NO CUENTA BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60928	V105796	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32697	V104925	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE BARANDAS, PRESENTA DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32694	V104922	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL, NO CUENTA CON BARANDA INFERIOR IZQUIERDA.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32693	V104921	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS. NO CUENTA CON BARANDA INFERIOR DERECHA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60922	V105790	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32688	V104916	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32704	V104930	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE EN ESTRUCTURA GENERAL, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32698	V104932	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO Y DETERIORO GENERAL, BARANDAS EN MAL ESTADO, NO CUENTA CON CONTROL
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60923	V105789	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE GENERAL
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32691	V104919	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, NO CUENTA CON BARANDA INFERIOR IZQUIERDA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32706	V104926	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, NO CUENTA CON BARANDA INFERIOR DERECHA, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60925	V105793	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIOROS EN BARANDAS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60927	V105795	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIORO GENERAL
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60929	V105797	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DETERIOROS EN BARANDAS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS

CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	331-70/01	60923	V305791	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DAÑOS EN LLANTAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32689	V304917	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32702	V304928	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, NO CUENTA CON BARANDA INFERIOR IZQUIERDA Y PRESENTA DETERIORO EN BARANDA SUPERIOR DERECHA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32703	V304927	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS, NO CUENTA CON BARANDA INFERIOR IZQUIERDA Y DETERIORO SUPERIOR DERECHA, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32700	V304919	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32696	V304924	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN BARANDAS Y DETERIORO GENERAL
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	73418	NR	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073422	NR	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073421	V105953	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073417	V105956	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1493	V106049	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DAÑOS EN CONTROL DE MOVIMIENTOS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1525	V106055	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1519	V106052	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD1100E	7367500480	V105281	CARRO DE PARO - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118138	V105776	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE OBGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	100156V	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015815OM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007368GL	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FM007805GL	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007392GL	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015804DM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FUGA EN ACRÍLICO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015803DM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN ACRÍLICO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015163KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015165KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015378KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015356KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015332KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015292KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015342KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015376KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015306KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN ACRILICO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015300KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO

FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153308M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153738M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN ACRILICO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153628M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153797M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153298M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153109M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153728M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153528M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153281M	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15816DM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN EL CRISTAL, NO PRESENTA FUGA DE OXIGENO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA PARA CAMPANA PEDIATRICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CAMPANA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/II	V106456	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CUELLO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	101086V	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA VALVAS MAC DE LA 1 A LA 4 Y MIL DE LA 0 A LA 3
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	103631V	CARRO DE PARO - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	103772V	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035247	V105946	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035178	V105947	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-S3016007	V105298	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, BATERIA EN MAL ESTADO, SENSOR DE SPO2 EN MAL ESTADO, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO, SE CORRIGE SERIE EW-54016007 POR EW-S1016007
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130289	V106020	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, REQUIERE BATERIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130290	V106014	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125473	V105772	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125465	V105771	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	V106017	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PRESENTA FALLA EN TACTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130308	V106023	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128145	V106022	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	PRESENTA DAÑO EN TACTIL
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750003	V106471	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360301-M1910870028	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PACK DE BATERIAS RECARGABLES
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360301-M2190630062	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PACK DE BATERIAS RECARGABLES
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 11T	133515	V106140	CARRO DE PARO - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	732963	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	CARRO DE PARO - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	NR	NR	NR	NEVERA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS HOSPITALIZACIÓN

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACION	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	SECA	813	48132651515%3	V106239	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE PANTALLA Y FLEX DE CONEXIÓN
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sb00415709	V106043	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415680	V106039	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415627	V106038	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415771	V106026	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4006612	V105978	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4006642	V105979	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sb00413765	V106041	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415646	V106035	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sb00415710	V106044	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00413732	V106040	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE DE PODER DEBIDO A QUE EL CABLE CON EL QUE CUENTA SE ENCUENTRA DETERIORADO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415644	V106037	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415648	V106031	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sb00413773	V106042	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00413779	V106033	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415641	V106025	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415718	V106030	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00415721	V106036	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00413767	V106027	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00413777	V106034	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sB00413725	V106045	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00413736	V106029	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO ,REQUIERE BATERIA
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sB00413733	V106048	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sB00415716	V106047	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00413686	V106032	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SB00413704	V106024	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sB00413728	V106046	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4007099	V105974	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4007141	V105975	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4007188	V105976	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4007202	V105977	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4006846	V105980	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4006892	V105981	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4007028	V105972	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN PANTALLA
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK II	4007036	V105973	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MEMBRANA DE BOTONES
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000075418	V105957	CUBICULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176300018600006	V106128	CUBICULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176300018600007	V106129	CUBICULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO

CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600005	V106127	CUBICULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600002	V106124	CUBICULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600004	V106126	CUBICULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600009	V106131	CUBICULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600001	V106123	CUBICULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600010	V106132	CUBICULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600008	V106130	CUBICULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600003	V106125	CUBICULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAPNOGRAFO	MASIMO	EMMA	249879	V105953	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20310016	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20314383	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008069	V106134	CARRO DE PARO - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE ADULTO
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	V2	611766W90	V106218	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101113	V106195	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	ABBOT	ISTAT ALINITY	802319	V106219	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	LENZ	GZ-10	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322342	NR	CUBICULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322536	NR	CUBICULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322647	NR	CUBICULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322387	NR	CUBICULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322888	NR	CUBICULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322269	NR	CUBICULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322651	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322347	NR	CUBICULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322563	NR	CUBICULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	CUBICULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	CUBICULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	CUBICULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	SENCILLO	FMA006492CL	NR	CUBICULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ASSIST	SENCILLO	61K20050258/188	NR	CUBICULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/118	NR	CUBICULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	H2012	QA1601525	NR	CUBICULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/058	NR	CUBICULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/117	NR	CUBICULO3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/116	NR	CUBICULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/096	NR	CUBICULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/122	NR	CUBICULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/068	NR	CUBICULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107212	CUBICULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107213	CUBICULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107214	CUBICULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107215	CUBICULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107216	CUBICULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107217	CUBICULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	NR	PEDIATRICO	VINORINTO	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	N/R	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN MUELLE
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBICULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBICULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO

FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBICULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBICULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBICULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	2101185380J5	V106203	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	2101185380J6	V106202	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN LLAVE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA Y FUGA EN LLAVE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, DAÑO EN LLAVE DE PASA, MANOMETRO DAÑADO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FISICO EN CARCASA, MANOMETRO EN MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	RIESTER	ADULTO-PEDIATRICO	N/R	N/R	CARRO DE PARO - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1747	V106221	CUBICULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS PARA ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1115	V106104	CUBICULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1113	V106100	CUBICULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1112	V106105	CUBICULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1107	V106099	CUBICULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1110	V106098	CUBICULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3772	V106223	CUBICULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3769	V106224	CUBICULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3743	V106222	CUBICULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE SPO2 Y LATIGUILLOS PARA ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1118	V106097	CUBICULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS PARA ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3732	V106225	CUBICULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3740	V106226	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXÍMETRO	EDAN	H100B	36D101-M19B10870046	V105064	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	13179C289	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO

REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBICULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAI	SXT-SA	L8.20.134	V106200	CARRO DE PARO - UCI	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAI	SXT-SA	L12.20.257	V106197	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAI	SXT-SA	L12.20.215	V106198	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAI	SXT-SA	L12.20.241	V106199	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPHYGMOMANOMETER	ANEROIDE	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SHOCK	160809185007	104132V	EQUIPO NO ENCONTRADO - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BRAZALETE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	NR	CARRO DE PARO - UCI	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	NR	NEVERA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12448	V106115	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SOCKET DE SENSOR DE FLUJO, REQUIERE BATERIA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12450	V106114	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12459	V106113	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SOCKET DE SENSOR DE FLUJO REQUIERE BATERIA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04615	V105987	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04515	V105989	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE O2, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CA104185	V105992	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04815	V105993	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04669	V105988	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04617	V105985	UCI - UCI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03210	V105984	UCI - UCI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE SENSOR DE O2, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04683	V105986	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03290	V105990	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04652	V105991	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO

VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452	V106192	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391935	V106193	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA

5. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL PERIODO ENTRE EL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0,4 %	0,1 %	0,6 %	1,0 %	0,4 %	0,4 %	1,4 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	3	11	2	0	0	0	0	3
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	0	0	0	0	519

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{2}{765} = 0,3\%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

En el periodo entre el 16 y el 31 de AGOSTO se presentó 1 acción correctiva en el servicio de RAYOS X

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el periodo del 16 al 31 de AGOSTO, tiene como principal causa es el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

NOTA: el número de equipos mostrados en el indicador corresponde a el total de mantenimientos correctivos realizados durante el mes de agosto, en la sección análisis del presente numeral se menciona cual fue el ocurrido para el periodo comprendido entre en 16 y 31 de agosto.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizó **2** ***acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, **0** ***entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes.

Tabla N.4 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
TENSIÓMETRO	ALPK2	NR	716124	GINECOBSTETRICIA	SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE DOS VÍAS DEBIDO A UNA FUGA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE CAMBIO DE TUBO DE RAYOS

NOTA: en la actual sección se mencionan todas acciones correctivas realizadas durante el mes de AGOSTO.

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO* DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	N. de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos X 100 **-0,0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el periodo entre el 16 al 31 de AGOSTO, no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Se cumple la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0,1 %	0,6 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0%	0%	0%	0%	0,4%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 dia	0	0	1	5	7	6	8	7	0	0	0	0	2,8
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	0	0	0	0	455

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{6}{765} = 0,9\ \%$
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANALISIS

La grafica 4 muestra que, para el periodo entre el 16 al 31 de agosto, hay 7 equipos fuera servicio, teniendo un valor de 0,9 % para este indicador.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los motivos de los equipos fuera de servicio se deben a:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	HOSPITALIZACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560014-M18504350011	GINECOBSTETRICIA	REQUIERE TARJETA DE TECLADO
EQUIPO DE RX	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X	REQUIERE TUBO DE RX

Nota: En la anterior tabla se muestran los equipos fuera de servicio incluidos en el anterior informe y que debido a no contar con los repuestos no han sido retornados al servicio.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	Total, de Incidentes reportados
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el periodo entre el 16 y el 31 de AGOSTO no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicador de 0,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL PERIODO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE AGOSTO* DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

La grafica 6 muestra una relación del 0%, ya que durante el periodo entre el 16 y 31 de agosto no hubo programación de personal para inducción. Sin embargo, durante el mes de AGOSTO se realiza la capacitación programada para el mes en el servicio de UCI al personal encargado del manejo del VENTILADOR de la marca MONAL T60. Las listas de asistencia de estas capacitaciones se encuentran en archivadas en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

10. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL PERIODO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE AGOSTO DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN - 2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANALISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, debido a que durante el periodo entre el 16 y 31 de AGOSTO no hubo programación de personal para capacitación en inducción. Sin embargo, se realiza la capacitación programada para el mes en el servicio de UCI al personal encargado del manejo del VENTILADOR de la marca MONAL T60. Las evaluaciones referentes al tema y contestadas por el personal se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACION

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACIÓN POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	2	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO REF. 5761 6V 30W	3	STOCK	NA	NA	NA	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 25 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA -CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGÍA
15	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
16	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12446 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
18	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	STOCK	NA	NA	NA	UCI
19	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	4	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
20	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA

21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE VACÍO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
23	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
24	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MONAL T60	3	STOCK	NA	NA	NA	URGENCIAS UCI AMBULANCIAS
25	FLUJÓMETRO SENCILLO	8	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
27	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
28	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK i1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK i1	4007036	UCI
29	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
30	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
31	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
32	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI
33	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
34	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
35	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
36	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
37	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES.	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
38	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
39	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
40	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
41	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

42	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	100/200	ASML-0006	CIRUGÍA
43	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1108 S2SNF1119	URGENCIAS
44	CELDA DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUGÍA
45	MEMBRANA DE BOTONES (TECLADO)	1	ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	TERAPIA FÍSICA
46	PANTALLA TÁCTIL PARA MONITOR NIHON KOHDEN PVM 2701	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294 0130295	HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
47	PANTALLA PARA MONITOR MINDRAY IMEC 8	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS
48	CABLE DE PODER	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
49	MANGUERA DE 1,5 METROS PARA BALAS DE OXIGENO	4	STOCK	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
50	MANÓMETRO PRECALIBRADO PARA BALA DE OXIGENO	4	AMBULANCIAS	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
51	BATERÍA RECARGABLE PARA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	4	TODOS LOS SERVICIOS	EDAN	H100B	NA	TODOS LOS SERVICIOS
52	CABLE TRONCAL ECG COMPATIBLE CON NIHON KOHDEN MONITOR PVM2701	6	TODOS LOS SERVICIOS	NIHON KOHDEN	PVM 2701	NA	TODOS LOS SERVICIOS
53	BOMBILLO PARA OTOSCOPIO 03400	3	AMBULANCIAS STOCK	WELCH ALLYN	NA	NA	AMBULANCIAS STOCK
54	TARJETA DE TECLADO PARA MONITOR FETAL EDAN F3	1	GINECOBSTETRICIA	EDAN	F3	560034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA

12. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

13.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO

Imag. 2. Mantenimiento equipos de UCI

Imag. 4. Mantenimiento servicio de UCI

Imag. 3. Mantenimiento servicio de hospitalización



Imag. 5. Mantenimiento servicio de hospitalización

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el ítem 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
3	2025-04-11	Se cambian los denominadores de los indicadores 6 y 8.
REVISÓ: 2025-04-09	REVISÓ: 2025-04-10	APROBÓ: 2025-04-11
JORGE ALBERTO CERTUCHE FIGUEROA Cargo: Ing. Biomedico	**ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Líder SGI	**WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

La Plata (Huila), 7 de octubre de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria SEPTIEMBRE 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de SEPTIEMBRE; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

Scanned with CamScanner

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 354 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	16 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de septiembre de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica y se evidencia mediante la entrega de la planilla N° 34649698
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA; Para el mes de SEPTIEMBRE, se realizan 4 mantenimientos preventivos en RADIOLOGÍA de los 4 que se tenían programados; 66 en GINECOBSTETRICIA de los 66 mantenimientos programados; 32 en LABORATORIO CLÍNICO de los 32 programados; 10 en GASTROENTEROLOGÍA logrando alcanzar la totalidad de los programados para estos servicios.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se da cumplimiento mediante la entrega de la documentación referente al objeto contractual y con una continua comunicación con el cliente.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio y cronograma aprobado por parte del cliente donde se evidencia los equipos existentes según inventario, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe. En donde se describe los servicios intervenidos; para el mes de SEPTIEMBRE fueron RADIOLOGÍA, GINECOBSTETRICIA, LABORATORIO CLÍNICO Y GASTROENTEROLOGÍA
Organizar el material repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se realiza un listado de repuestos y accesorios necesarios para los equipos intervenidos durante el mes, además de agregar los necesarios para poder contar con ellos en caso de necesitarlos de emergencia (numeral 11 del presente informe), de igual manera se realiza verificación de los repuestos que aún se encuentran en almacén en compañía del personal encargado (almacenista y auxiliar de almacén por parte del cliente), para identificar que repuestos o accesorios se requiere solicitar.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas formato **MAG-GIT-B-F-001** que se archivan en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos; para el mes de SEPTIEMBRE se realizan 2 rondas de seguridad por todos los servicios del hospital
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día y se da evidencia de ellos en el formato de **Reporte De Servicio.**
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003** (**Imagen 1**.) e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas según el numeral **8.2.5** de la **Política De La Gestión De Tecnología Biomédica** del cliente; se deja evidencia en el formato **MAG-GIT-B-F-004 FORMATO DE ALISTAMIENTO DE SALAS DE CIRUGÍA** los cuales se encuentran archivados en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos.

	Para el mes de SEPTIEMBRE se realizan 22 de estas rondas de seguridad.
Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación, esta información se encuentra archivada en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de SEPTIEMBRE se realiza la capacitación programada en el servicio de ESTERILIZACIÓN al personal encargado del manejo de la autoclave de baja temperatura Steris Vpro S2 e incubadora de biológicos.
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados, en el mes de SEPTIEMBRE no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos. Sin embargo, se realiza acompañamiento en al personal de activos fijos en la verificación de inventarios en diferentes servicios.
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Para el mes de SEPTIEMBRE se da asesoría y apoyo para la instalación de un nuevo equipo esterilizador a vapor, adquirido por la institución.
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía y se actúa de acuerdo al lineamiento de las políticas de garantías donde no se debe intervenir un equipo durante el periodo que dure esta; para el mes de SEPTIEMBRE no se lleva a cabo ninguna actividad referente a garantías debido a no ser necesarias.
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Durante el mes de SEPTIEMBRE no se informa por parte del cliente sobre procesos pendientes ni contratos de metrología Biomedica
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se cuenta con las guías de evaluación en el formato de evaluación estandarizado y normalizado por la ESE, se encuentran en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos y de forma digital
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple mediante la ejecución del cronograma de mantenimiento del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1).**
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos y apoyando en las acciones de mejora frente a eventos e incidentes adversos. Para el mes de SEPTIEMBRE no se reportan eventos o incidentes asociados a equipos biomédicos pertenecientes a la institución (numeral **6** y **8** del presente informe).

Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas. Dichas guías encuentran en el formato de respaldo vital y de manera digital. Se cuenta con 45 guías rápidas y 14 guías rápidas en formato institucional del cliente.
Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con las hojas de vida de los equipos de la ESE de forma física en los formatos de las anteriores administraciones y se encuentran en formato físico disponibles en la oficina de biomédicos; para el mes de SEPTIEMBRE se entregan 40 hojas de vida de forma física y en el formato de hoja de vida actualizado, según los acuerdos fijados con anterioridad con el cliente.
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras, donde se lleve a cabo la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a lo solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Para el mes de SEPTIEMBRE se agrega el inventario actualizado de los servicios intervenidos y descritos en el numeral 4.3; RADIOLOGÍA, GINECOBSTETRICIA, LABORATORIO CLÍNICO Y GASTROENTEROLOGÍA.
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento y se evidencia mediante el numeral 4.3 del presente informe, inventario actualizado de los servicios intervenidos revisando estado y funcionalidad de cada equipo.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento mediante la disposición de tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal,	Se da cumplimiento.

restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la programación de turnos y el buen uso de la información institucionales en redes sociales	
Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025*

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**97%**	**99,8 %**	**100 %**	**96,5 %**	**98,2 %**	**99,1 %**	**98,4 %**	**99,0 %**	**100 %**	**0%**	**0%**	**0%**	**74%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	254	389	112	0	0	0	191
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	393	112	0	0	0	194

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{112}{112} = 100\%$$

ANÁLISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de SEPTIEMBRE nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 100%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de SEPTIEMBRE se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- RADIOLOGÍA
- GINECOBSTETRICIA
- LABORATORIO CLÍNICO
- GASTROENTEROLOGÍA

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de SEPTIEMBRE:

Imagen 1.



FORMATO CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMEDICO
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

FECHA: 08/04/2026
CODIGO: MAG-GIT-B-F-003
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 1

EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	N° ACTIVO	SEDE	UBICACIÓN	SERVICIO	CLASIFICACION (DX, TRATAMIENTO, REHABILITACION...E TC)	CLASIFICACION DE RIESGO	MODALIDAD	REGISTRO INVIMA N..	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE GARANTIA	VIGENCIA	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD DE MTTO	ENERO	EJECUCIÓN	FEBRERO	EJECUCIÓN	MARZO	EJECUCIÓN	ABRIL	EJECUCIÓN	MAYO	EJECUCIÓN	JUNIO	EJECUCIÓN	JULIO	EJECUCIÓN	AGOSTO	EJECUCIÓN	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN	OCTUBRE	EJECUCIÓN	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN	DICIEMBRE	EJECUCIÓN

Tabla 1.

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS RADIOLOGÍA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
ARCO EN C	GENERAL ELECTRIC	BRIVO 785	B3SS1800256	V105763	QUIRÓFANO 2 - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE LLANTAS
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VERSANA PREMIER	6141521WX0	N/R	CONSULTORIO 9 - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, EL EQUIPO PRESENTA FRACTURA EN CABLE DE TRANSDUCTOR RECTO, NO AFECTA SU FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL	GENERAL ELECTRIC	OPTIMA RX220	SB2201800074WK	V105764	RAYOS X - RAYOS X	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN SISTEMA DE CARGA DE BATERÍAS, SE RETIRAN BATERÍAS POR SOLICITUD DEL CLIENTE
RAYOS X PORTÁTIL	SHIMADZU	MOBILE DART EVOLUTION	MQ00005A7005	V106150	UCI - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO

Nota: al estar en modalidad de alquiler el tubo de rayos x instalado en el equipo de RX fijo de marca RST-HF modelo RAD SERIES y serie 170/21470, no se ingresa en el listado de equipos ni se realiza mantenimiento preventivo.

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS GINECOBSTETRICIA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099399	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE TAPA DE COMPARTIMENTO DE BATERÍAS
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000423	NR	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32695	V104923	HABITACION - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1516	V106061	HABITACION - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1476	V106061	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1515	V106062	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1582	V106063	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1488	V106064	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA GINECOLOGICA	MAFET	M-169	N/R	V105681	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
CUNA CALOR RADIANTE	DRAGER	RW82	DSSB-0011	N/R	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE AIRE MEDICINAL
CUNA CALOR RADIANTE	DAVID NINGBO	HKN-9010	22AHZA07004	V105667	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000479	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES PARA MODO DEA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770064	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CARGADOR
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560054-M21118200005	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIC F8 EXPERT	6004215WX0	V105765	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER ACTUALIZACION DE SOFTAWARE, PRESENTA DAÑO EN TRANSDUCTOR CONVEXO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	310017-M1411770030	V104900	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	100144V	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15785DM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15401KM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15351KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15370KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15312KM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15806DM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15817DM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	N/R	N/R	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CAMBIO MEMBRANA, NO CUENTA CON MEMBRANA MODO PEDIATRICO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO NO CUENTA CON ARO PEDIATRICO, PRESENTA DESGASTE EN MEMBRANA
LAMPARA CIELITICA	DRAGER	POLARIS 100	ASSE-0023	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	MAFET	ELECTRICA	N/R	V105682	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE EN CUELLO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEINBINGER	6534011	N/R	100919V	SALA PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MESA DE PARTO	MUBI	IXYS	99466	NR	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035175	V105950	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLES DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021329	V105408	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021330	V105406	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021328	V105511	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016005	V105292	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128144	V105994	MONITORIZACIÓN - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130297	V106010	PASILLO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130293	V106009	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130287	V106012	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130246	V106013	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130247	V106005	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128157	V106007	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG, PRESENTA FRACTURA EN BASES PARA FIJACION A SOPORTE DE PARED
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130296	V106011	SALA PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130291	V106021	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750004	N/R	MONITOREO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M21900520006	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN SENSOR TOCO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE ULTRASONIDO, PRESENTA DAÑO EN TARJETA DE TECLADO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22805490001	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO EN CABLES Y SENSOR TOCO TRANSDUCTOR Y ULTRASONIDO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19200980012	V105901	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR NEONATAL, REQUIERE BATERIAS
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600015	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870045	V106431	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PACK DE BATERIAS RECARGABLES
RESUCITADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	RD900ASU	130321001067	V105691	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	.080600001694	484	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	THOMAS	1135	110300004074	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	BARIATRICO	715434	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CRISTAL, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE DE DOS VIAS
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	1248872	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	160803184017	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	160803190227	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	N/R	PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	NR	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS LABORATORIO CLÍNICO

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	010108-1407-0221	V105302	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WB7	1204-0039	99459V	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
CENTRIFUGA	ROTOFIX	1206-01	0012164-06	V106975	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	35002790593	362	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO FISICO, DAÑO SUJETADOR TAPA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGIA
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	4320052	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO FISICO, DAÑO SUJETADOR TAPA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION DE TECNOLOGIA
HORNO DE CULTIVOS	P-SELECTA	2000207	169366	363	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, CULMINACIÓN VIDA UTIL, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
MICROSCOPIO	CARL ZEISS	PRIMO STAR	3144054519	NR	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	99399V	LAB. BACKUP - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN OBJETIVOS Y SECCION DE PARTES MOVILES, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
PIPETA	BOECO	100-1000	OK105786	N/R	AREA TECNICA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, PRESENTA FRACTURA EN SOPORTE DE APOYO
PIPETA	BOECO	20-200	PC153534	N/R	CENTRO TRANSFUCIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN SU CARCAZA
PIPETA	BOECO	05-50	OK106937	N/R	CENTRO TRANSFUCIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN ENGRANES INTERNOS QUE NO PERMITE EL AJUSTE DE VOLÚMENES

PIPETA	BRAND	25-250	09G21619	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACION DE PUNTAS DEBIDO AL DESGASTE EN GUIAS
PIPETA	HUMAN	5-50	09F74991	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	100-1000	08D7174	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PUNTAS
PIPETA	BRAND	5-50	08R6064	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	100-1000	08D7177	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACION DE PUNTAS
PIPETA	BOECO	25	ME907366	N/R	MICROBIOLOGIA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	200	22B27364	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	BRAND	25-250	06U2752	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA MULTICANAL	HUMAN	30-300	02K21452	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-1	N/R	AREA TECNICA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-2	N/R	CENTRO TRANSFUSIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-10	N/R	MICROBIOLOGÍA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	NR	HTC-2	T-12	NR	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, ANEXADO A INVENTARIO DURANTE MANTENIMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NR	HTC-2	T-11	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	T-3	N/R	CENTRO TRANSFUSIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	T-9	N/R	CONG. PLASMA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	T-4	N/R	NEV. #1 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	T-5	N/R	NEV. #2 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	T-7	N/R	NEV. #3 - REFRIGERACION - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	T-6	N/R	NEV. #3 - CONGELADOR - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	T-8	N/R	NEV. #4 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS GASTROENTEROLOGÍA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-29096670	V106979	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES PARA MODO DEA
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	GS 777	901093	V106995	RECUPERACION - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE DE CONEXIÓN A ALIMENTACION DE VOLTAJE (USB A USB)
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	N/A	V106994	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCHA ALLYN	60813	N/A	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	iM50	360069-M24315390017	V106983	RECUPERACION - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	iM50	360069-M23c11200009	V106982	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	PRECALIBRADO	127799	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	140108	V106981	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT ADULTO	´210416101349	V106992	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGRÓMETRO	GENERICO	HTC-2	NR	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO

5. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025*

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0,4 %**	**0,1 %**	**0,6 %**	**1,0 %**	**0,4 %**	**0,4 %**	**1,4 %**	**0,3 %**	**0,4 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,4%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	3	11	2	3	0	0	0	3
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	766	0	0	0	455

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULT ADO DEL MES

$$\frac{3}{766} = 0,4\%$$

ANÁLISIS

En el mes de SEPTIEMBRE se presentaron 3 acciones correctivas; de las cuales 1 se presentaron en el servicio de CIRUGÍA, 1 en el servicio de AMBULANCIA y 1 en el servicio de UCI.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de SEPTIEMBRE, tiene como principal causa es el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron **3** ***acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, **1** ***entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes.

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870042	CIRUGÍA	SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA
MONTOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035146	AMBULANCIA	SE REALIZA AJUSTE A TARJETAS ELÉCTRICAS Y CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERNOS, SE REPARA Y AJUSTA CARCAZA PARTIDA DESPUÉS DE LA CAÍDA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF118	UCI	SE REALIZA CAMBIO DE LATIGUILLOS

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES* DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

N. de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados

ANÁLISIS

En el mes de SEPTIEMBRE no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Se cumple la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,1 %**	**0,6 %**	**0,9 %**	**0,8 %**	**0,9 %**	**0,8 %**	**0,9 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,4 %**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	1	5	7	6	7	6	7	0	0	0	3,3
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	766	0	0	0	583

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{7}{766} = \mathbf{0,9}\ \%$$

ANÁLISIS

La grafica 4 muestra que, para el mes de SEPTIEMBRE, hay 7 equipos fuera de servicio, teniendo un valor de 0,9 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los motivos de los equipos fuera de servicio se deben a:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	HOSPITALIZACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
LARINGOSCOPIO	LEIBINGER	65-34011	NR	CIRUGÍA	REQUIERE TAPA DE BATERIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA	REQUIERE TARJETA DE TECLADO

Nota: En la anterior tabla se muestran los equipos fuera de servicio incluidos en el anterior informe y que debido a no contar con los repuestos no han sido retornados al servicio.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	Total, de Incidentes reportados
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el mes de SEPTIEMBRE no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES* DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95 %	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	$\frac{0}{0} = 0\%$
ACEPTABLE	95%-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

La grafica 6 muestra una relación del 0%, ya que durante el mes de SEPTIEMBRE no hubo programación de personal para inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de ESTERILIZACIÓN en cuidado y manejo de AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA STERIS VPRO S2 e INCUBADORA DE BIOLÓGICOS programada para el mes de SEPTIEMBRE. Las listas de asistencia de estas capacitaciones se encuentran en archivadas en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

10. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$$

ANÁLISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, debido a que durante el mes de SEPTIEMBRE no hubo programación de personal para capacitación en inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de ESTERILIZACIÓN en cuidado y manejo de AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA STERIS VPRO S2 e INCUBADORA DE BIOLÓGICOS programada para el mes de SEPTIEMBRE. Las evaluaciones referentes al tema y contestadas por el personal se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACIÓN POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	2	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH-30 REF 5761 6V 30W	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA -CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGÍA
15	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
16	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
18	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	STOCK	NA	NA	NA	UCI
19	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	4	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
20	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA

21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE VACÍO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
23	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
24	FLUJÓMETRO SENCILLO	8	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
25	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
27	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK i1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK i1	4007036	UCI
28	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
29	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
30	CABLE TRONCAL ECG PARA MONITOR DRAGER VISTA 120 S	5	STOCK	NA	NA	NA	UCI URGENCIAS CIRUGIA
31	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
32	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI
33	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
34	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
35	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
36	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
37	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES.	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
38	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
39	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
40	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
41	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

42	TARJETA DE LAMPARA CIELITICA POLARIX 100 REF 4007036C TM005-086-01	1	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	100/200	ASML-0066	CIRUGÍA
43	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1108 S2SNF1119	URGENCIAS
44	CELDA DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUGÍA
45	MEMBRANA DE BOTONES (TECLADO)	1	ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	TERAPIA FÍSICA
46	PANTALLA TÁCTIL PARA MONITOR NIHON KOHDEN PVM 2701	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294 0130295	HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
47	PANTALLA PARA MONITOR MINDRAY IMEC 8	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS
48	CABLE DE PODER	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
49	MANGUERA DE 1,5 METROS PARA BALAS DE OXIGENO	4	STOCK	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
50	MANÓMETRO PRECALIBRADO PARA BALA DE OXIGENO	4	AMBULANCIAS	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
51	BATERÍA RECARGABLE PARA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	4	TODOS LOS SERVICIOS	EDAN	H100B	NA	TODOS LOS SERVICIOS
52	CABLE TRONCAL ECG COMPATIBLE CON NIHON KOHDEN MONITOR PVM2701	3	TODOS LOS SERVICIOS	NIHON KOHDEN	PVM 2701	NA	TODOS LOS SERVICIOS
53	BOMBILLO PARA OTOSCOPIO 03400	3	AMBULANCIAS STOCK	WELCH ALLYN	NA	NA	AMBULANCIAS STOCK
54	TARJETA DE TECLADO PARA MONITOR FETAL EDAN F3	1	GINECOBSTETRICIA	EDAN	F3	560034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA
55	JUNTA SILICONADA PARA PUERTA MATACHANA	1	STOCK	MATACHANA	SC500	E-30416	STOCK

12. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

13.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO

Imag. 2. Capacitación manejo y cuidado autoclave Steris Vpro S2

Imag. 3. Mantenimiento a equipos radiología

Imag. 4. Mantenimiento a equipos de laboratorio clínico

Imag. 5. Mantenimiento a equipos de ginecobstetricia

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el item 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
3	2025-04-11	Se cambian los denominadores de los indicadores 6 y 8.
REVISÓ: 2025-04-09 **JORGE ALBERTO CERTUCHE FIGUEROA** Cargo: Ing. Biomedico	REVISÓ: 2025-04-10 **ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Líder SGI	APROBÓ: 2025-04-11 **WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

La Plata (Huila), 4 de noviembre de 2025.

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
ESE Hospital San Antonio De Padua.

Asunto: Informe de la Gestión Tecnológica Hospitalaria OCTUBRE 2025

Como es su total conocimiento la Empresa encarga de la Gestión Tecnológica referente al Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la institución, **RESPALDO VITAL S.A.S** dentro de sus políticas internas, tiene como prioridad, la constante comunicación con las instituciones a las cuales presta sus servicios, esto edificado a partir de una rigurosidad evidencia de las actividades que orbitan alrededor de dicha gestión, es por ello que se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar en el mes de OCTUBRE; esto con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,



FIRMA
Jorge Certuche Figueroa
Ingeniero Biomédico
Respaldo Vital

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua contrato número 428 de 2025
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de octubre de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA	
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
Cumplir cabalmente el objeto del presente contrato	Se da cumplimiento.
Verificar que los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad social Integral	Actualmente se cumple, se cuenta con afiliaciones al día del personal de Biomedica y se evidencia mediante la entrega de la planilla N° 34913660
Verificar el pago de Impuestos estampillas y pólizas	El contrato cuenta con el pago de las estampillas y pólizas, se verifica en los registros de gestión comercial en la carpeta de contratos.
Cumplimiento del Objeto del Contrato: Prestación de Mantenimiento Preventivo de todos los equipos Biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.	Se cumple en los BIO-F-095 FORMATO INFORMES DE GESTIÓN CLIENTES entregados de manera mensual y en el cumplimiento BIO-F-092 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO BIOMEDICA; Para el mes de OCTUBRE, se realizan 87 mantenimientos preventivos en AMBULANCIAS de los 89 que se tenían programados; 53 en CONSULTA EXTERNA de los 53 mantenimientos programados; 105 en URGENCIAS de los 106 programados; 10 en las áreas de ALMACÉN, FARMACIA, VACUNACIÓN y SISTEMAS logrando alcanzar la totalidad de los programados para estos servicios.

Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte del hospital o la supervisión.	Se da cumplimiento mediante la entrega de la documentación referente al objeto contractual y con una continua comunicación con el cliente.
Realizar inspección inicial precisando el estado actual de los equipos y actualización del inventario	Se cumple y se evidencia en los reportes de servicio y cronograma aprobado por parte del cliente donde se evidencia los equipos existentes según inventario, se da sustentación mediante el numeral 4.3 del presente informe. En donde se describe los servicios intervenidos; para el mes de OCTUBRE fueron AMBULANCIAS, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, FARMACIA, ALMACÉN, VACUNACIÓN y SISTEMAS
Organizar el material repuestos y/o herramientas para la realización del mantenimiento	Se realiza un listado de repuestos y accesorios necesarios para los equipos intervenidos durante el mes, además de agregar los necesarios para poder contar con ellos en caso de necesitarlos de emergencia (numeral 11 del presente informe), de igual manera se realiza verificación de los repuestos que aún se encuentran en almacén en compañía del personal encargado (almacenista y auxiliar de almacén por parte del cliente), para identificar que repuestos o accesorios se requiere solicitar.
Programación de un mantenimiento predictivo	Se da cumplimiento mediante las rondas de inspección que se realizan de manera periódica en los servicios y para lo cual se tiene registro en físico de ellas formato **MAG-GIT-B-F-001** que se archivan en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos; para el mes de OCTUBRE se realizan 2 rondas de seguridad por todos los servicios del hospital
Cumplir con los protocolos de mantenimiento para cada uno de los equipos médicos instalados en la institución.	Se cuenta con todos los protocolos al día y se da evidencia de ellos en el formato de **Reporte De Servicio.**
Elaboración de Cronograma de Mantenimiento preventivo, diseñado para cada equipo médico adjuntando su cronograma anual de visitas.	Se da cumplimiento al cronograma del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003** (**Imagen 1**.) e interno de la empresa.
Elaborar reportes de servicios técnicos donde estén consignados todas las actividades que se realizaron al equipo biomédico.	Se realiza cumplimiento mensual, se tiene registros de todos los mantenimientos en los reportes de servicio.
Elaborar Programas de seguridad y Manuales técnicos	Se realizan rondas según el numeral **8.2.5** de la **Política De La Gestión De Tecnología Biomédica** del cliente; se deja evidencia en el formato **MAG-GIT-B-F-004 FORMATO DE ALISTAMIENTO DE SALAS DE CIRUGÍA** los cuales se

	encuentran archivados en la carpeta **Rondas** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de OCTUBRE se realizan 22 de estas rondas de seguridad.
Brindar capacitación de equipos biomédicos a los funcionarios y/o contratistas que tengan a cargo su manejo mediante cronograma y entregar soporte de la capacitación mediante firma de los funcionarios y/o contratistas capacitados.	Se da cumplimiento y se cuentan con registros de las listas de asistencias de dichas capacitaciones y evaluaciones de los meses en los que se ha programado al personal para recibir la capacitación, esta información se encuentra archivada en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos. Para el mes de OCTUBRE se realiza la capacitación programada en el servicio de AMBULANCIAS al personal encargado del manejo de ventiladores de transporte, monitor de signos vitales y desfibrilador.
Dar concepto acerca de la prolongación de la vida útil de los equipos biomédicos.	Se da cumplimiento dando concepto técnico al personal de activos fijos cuando sean solicitados, en el mes de OCTUBRE no se dieron conceptos debido a la no solicitud desde activos fijos. Sin embargo, se realiza acompañamiento en al personal de activos fijos en la verificación de inventarios en diferentes servicios.
Asesorar en la gestión administrativa y de gestión de equipamiento biomédico (Adquisición, mantenimiento, baja reposición y traslado):	Para el mes de OCTUBRE se da asesoría y apoyo para la instalación de un nuevo equipo esterilizador a vapor, adquirido por la institución.
Administración de garantías	Se realiza verificación de los equipos que tienen garantía y se actúa de acuerdo al lineamiento de las políticas de garantías donde no se debe intervenir un equipo durante el periodo que dure esta; para el mes de OCTUBRE no se lleva a cabo ninguna actividad referente a garantías debido a no ser necesarias.
Verificación de los procesos de Metrología Biomedica	Durante el mes de OCTUBRE no se informa por parte del cliente sobre procesos pendientes ni contratos de metrología Biomedica AMBULANCIAS, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, FARMACIA, ALMACÉN, VACUNACIÓN y SISTEMAS
Elaborar Guías de evaluación técnica estandarizada para equipos Biomédicos	Se cuenta con las guías de evaluación en el formato de evaluación estandarizado y normalizado por la ESE, se encuentran en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos y de forma digital
Colaborar con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2025.	Se cuenta y cumple mediante la ejecución del cronograma de mantenimiento del cliente formato **MAG-GIT-B-F-003 (Imagen 1).**
Asesorar el programa de Tecnovigilancia en relación a los equipos Biomédicos	Se da cumplimiento brindando la información oportuna referente a los equipos biomédicos y apoyando en las acciones de mejora frente a eventos e incidentes adversos. Para el mes de OCTUBRE no se reportan eventos o incidentes asociados a equipos biomédicos pertenecientes a la institución (numeral **6** y **8** del presente informe).

Realizar e implementar las guías rápidas de operación de todos los equipos Biomédicos	Se cumple mediante la actualización y elaboración de estas. Dichas guías encuentran en el formato de respaldo vital y de manera digital. Se cuenta con 45 guías rápidas y 31 guías rápidas en formato institucional del cliente.
Realizar la actualización de las hojas de vida de todos los equipos de la entidad en los formatos establecidos en la ESE.	Se cuenta con las hojas de vida de los equipos de la ESE de forma física en los formatos de las anteriores administraciones y se encuentran en formato físico disponibles en la oficina de biomédicos; para el mes de OCTUBRE se entregan 40 hojas de vida de forma física y en el formato de hoja de vida actualizado, según los acuerdos fijados con anterioridad con el cliente.
Las de más Inherentes al mantenimiento preventivo	Se da cumplimiento en actividades extras, donde se lleve a cabo la manipulación de equipos. Ejemplo traslado, instalación, reubicación.
Garantizar de manera presencial los servicios de 2 ingenieros Biomédicos y/o electrónicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se tienen las hojas de vida de los 2 ing. Biomédicos como evidencia de cumplimiento a lo solicitado
Mantener actualizada la matriz de obsolescencia de equipos médicos	Para el mes de OCTUBRE se agrega el inventario actualizado de los servicios intervenidos y descritos en el numeral 4.3;
Actualizar el inventario de los equipos biomédicos por unidad funcional	Se da cumplimiento y se evidencia mediante el numeral 4.3 del presente informe, inventario actualizado de los servicios intervenidos revisando estado y funcionalidad de cada equipo.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se da cumplimiento mediante la disposición de tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el hospital departamental San Antonio de Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE.
Dar cumplimiento a las buenas prácticas en salud establecidas en el código de ética del hospital departamental San Antonio de Padua, adecuado uso de las prendas y uniformes, el uso de los elementos de protección personal, y Bioseguridad, el reporte de Carnet, aseo, presentación personal, restricción del uso de celulares durante el proceso de atención en salud, el cumplimiento de la	Se da cumplimiento.

programación de turnos y el buen uso de la información institucionales en redes sociales	
Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

RESPALDO VITAL S.A.S. cuenta con un consolidado de la Tecnología Biomédica actualizado a la fecha según el servicio asignado con su respectivo detalle e identificación.

Dicho documento se encuentra anexado a este informe, de igual manera está sujeto a las actualizaciones que se vayan generando en el transcurso del cronograma planteado.

4. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2025*

Grafico 1. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**97%**	**99, 8%**	**100 %**	**96, 5%**	**98, 2%**	**99,1 %**	**98,4 %**	**99,0 %**	**99,1 %**	**98, 8%**	**0%**	**0%**	**82%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	254	389	111	255	0	0	212
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	393	112	258	0	0	215

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{255}{258} = 98,8\%$$

ANÁLISIS

El gráfico 1 ilustra el resultado del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos; en el mes de OCTUBRE nos encontramos con un indicador sobresaliente con un promedio del 99,1%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta.

4.1 Durante el mes de OCTUBRE se llevó a cabo la visita de mantenimiento preventivo y correctivo programado según cronograma establecido. Realizando el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- AMBULANCIAS
- CONSULTA EXTERNA
- URGENCIAS
- FARMACIA
- VACUNACION
- ALMACEN
- SISTEMAS

4.2 El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital, se planteó un cronograma de mantenimientos en el cual se incluyen todos los servicios al alcance del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de OCTUBRE:



FORMATO CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMEDICO
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

FECHA: 08/04/2026
CODIGO: MAG-GIT-B-F-003
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 1

EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	N° ACTIVO	SEDE	UBICACIÓN	SERVICIO	CLASIFICACION (DX, TRATAMIENTO, REHABILITACION...E TC)	CLASIFICACION DE RIESGO	MODALIDAD	REGISTRO INVIMA N..	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE GARANTIA	VIGENCIA	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD DE MTTO	ENERO	EJECUCIÓN	FEBRERO	EJECUCIÓN	MARZO	EJECUCIÓN	ABRIL	EJECUCIÓN	MAYO	EJECUCIÓN	JUNIO	EJECUCIÓN	JULIO	EJECUCIÓN	AGOSTO	EJECUCIÓN	SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN	OCTUBRE	EJECUCIÓN	NOVIEMBRE	EJECUCIÓN	DICIEMBRE	EJECUCIÓN

Tabla 1.

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
				FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. Listado de equipos a los cuales se realizó el mantenimiento preventivo:

Tabla 2 – INVENTARIO EQUIPOS AMBULANCIAS

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BOMBA DE INFUSION	UNITED PHARMA	SK-600II	31100502	NR	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, NO CUENTA CON BATERIA, PRESENTA DESGASTE EN CARCASA
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000355	V104856	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO PEDIATRICO, REQUIERE BATERIA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-96021558	V105934	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE ADULTO PEDIATRICO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73750000497	V105281	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA ERROR EN TARJETA
DESFIBRILADOR	LIFEGAIN	CU-HD1	M4R3GE022	NR	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO Y PEDIATRICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	00906	V105775	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES ADULTO Y PEDIATRICO
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ESS1709	V104427	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE PEDIATRICO Y ADULTO
DESFIBRILADOR DEA	NIHON KOHDEN	AED-3100	12942	NR	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES TIPO ADULTO Y PEDIATRICO, REQUIERE BATERIA YA QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN UN 25 %
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ESS1801	V104096	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA, REQUIERE PARCHES PEDIATRICOS Y ADULTO

DOPPLER FETAL	HUNTLEIHG	FD1	FD1PX1359211-13	V104716	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DAÑO EN CARCAZA, PRESENTA FRACTURA EN TAPA DE BATERIA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770061	N/R	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M19710830018	NR	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	M22609770067	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	V105300	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	V104601	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	REQUIERE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO 3400, MANGO Y CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO EN BUEN ESTADO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE TRASLADA A LA AMBULANCIA OPP065
EQUIPO DE ORGANOS	GMD DIAGNOSTIC	PORTATIL	NR	NR	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	MARTINS	OX	NR	NR	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMAO15345KM	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OXYGEN	15 LPM	14H0424	NR	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN ACRILICO
FLUJOMETRO	MARTINS	15LPM	NR	NR	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN ACRILICO
FLUJOMETRO	AMVEX	L2011	FMA007253GL	NR	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	15LPM	1360463	NR	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/A	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	2 SERVICIOS	N/R	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/R	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIATRICO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	MCO	ADULTO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	RAPPAPORT	NR	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO GRIS	PEDIATRICO	NR	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	N/A	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	PEDIATRICO	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	36130102028	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN SU CONTROLADOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DETERIORO FISICO, REQUIERE MANGAS
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	A36BAAA09001	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO CON ERROR EN SU CONTROL DE TEMPERATURA, PRESENTA DAÑOS EN SEGUROS DE CUPULA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE VALVAS MAC 0 - 1
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	FIBRA	N/R	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	ADC	ESTANDAR	N/A	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE TRASLADA A LA AMBULANCIA OPP065
LARINGOSCOPIO	ADC	ADULTO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	ADC	PEDIATRICO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	V104714	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021400	V105407	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTE DETERIORO FISICO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA

MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018706	N/R	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CRISTAL DE PANTALLA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035146	V105944	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE GENERAL, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018703	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DETERIORO DE CARCAZA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M21B14600101	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA DEBIDO AL DESGASTE GENERAL QUE PRESENTA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M20406680109	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA , NO TIENE TAPA LATERAL, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA DEBIDO AL DESGASTE GENERAL QUE SE ENCUENTRA
OXIMETRO	CHOICE MED	MD300C52	222006301396	NR	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	125773	NR	AMBULANCIAS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CRISTAL DE MANOMETRO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124714	NR	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE GNERAL
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15LPM	125657	NR	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE GENERAL
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50PSI	124639	NR	OPP 0 23 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE GENERAL
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50 PSI	1630393	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO EN MAL ESTADO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50PSI	1630498	NR	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO EN MAL ESTADO
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15 LPM	NR	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	NR	50 PSI	128650	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	21200000832	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131538	V106145	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131540	V106144	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN SU CARCAZA
SUCCIONADOR	SPARMAX	12V	421381	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
SUCCIONADOR	NR	NR	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
SUCCIONADOR	FOLEE	H003-C	210729706030081	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	FOLEE	H003C	MO221130080020	NR	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	140211083023	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	131118091453	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	140211085434	N/A	OPP 039 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	942624	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPHYGMOMANOMETER	ADULTO	N/R	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	943792	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	24381	N/A	OPP 049 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE DE 2 VIAS
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	978670	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	MCO	ADULTO	NR	N/A	OPP 060 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	718728	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	059922	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPHYGNOMANOMETER	ADULTO	NR	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	001026	N/A	OPP 067 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	NR	NR	NR	N/A	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/A	OPP 065 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TORNIQUETE DE PRESION	RIESTER	NR	161280012	N/A	OPP 023 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TORNIQUETE DE PRESION	RIESTER	NR	161280013	N/A	OPP 048 - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO

VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12432	V106117	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA, PRESENTA FISURA EN LA CARCAZA, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO COMPLETO URGENTE Y BATERIA
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12427	V106120	CUARTO DE EQUIPOS - AMBULANCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE BATERIA, PRESENTA DETERIORO FISICO , REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO COMPLETO URGENTE

Tabla 3 – INVENTARIO EQUIPOS CONSULTA EXTERNA

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038354	V104725	CONSULTORIO 1 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038302	V104795	CONSULTORIO 11 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078093	V104797	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038364	V104798	CONSULTORIO 4 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038445	V104796	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, BOTONES EN MAL ESTADO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076769	N/R	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	813	8813265151160	V106219	CONSULTORIO 6 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA VARIACION EN SUS PESO CON 1 KILOGRAMO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038301	V104795	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076770	V106591	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004115	V105886	CONSULTORIO 1 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
BASCULA PEDIATRICA	SECA	354	8354303210649	V105388	CONSULTORIO 11 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000390	V107007	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1522 K	1522010960	V104799	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000384	V107008	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
COLPOSCOPIO	WALLACH	COLPOSTAR	AWC-W.26	1689	CONSULTORIO 1 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0359210-13	V104718	CONSULTORIO 9 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
ECOGRAFO	MINDRAY	DP-9900 PULS	ME7C0799	1747	CONSULTORIO 4 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA, PRESENTA DAÑO EN CABLE DE TRANSDUCTOR CONVEXO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101115	V106194	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	V104599	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE TAPA DE MANGO OFTALMOSCOPIO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	101749V	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	V104729	CONSULTORIO 6 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	100156V	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO

EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/R	101746V	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07264GL	NR	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	PEDIATRICO	N/R	N/R	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	ADULTO	N/R	NR	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE OLIVAS
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	N/R	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	N/R	V104605	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE CAMPANA PEDIATRICA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	N/A	N/A	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA DE TIPO ADULTO
FONENDOSCOPIO	SPRIT	ADULTO	07110092	103818V	CONSULTORIO 4 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	NR	NR	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	103818V	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE MEMBRANA PEDIATRICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	V106594	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	N/R	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN UNION DE CUELLO Y REFLECTOR
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELECTRICA	N/R	V106595	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021401	V105405	CONSULTORIO 6 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125449	V105773	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M229117550015	V106407	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	HUNTLEIGH	BD 4000 XS	714DX0204230-14	V104896	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN TOCO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
NEGATOSCOPIO	KRAMER	UN CUERPO	NR	1671	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	893147	V104613	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPYGMONOMETER	ADULTO	NR	NR	CONSULTA EXTERNA - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	070413135864	V104733	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	050812093654	N/R	CONSULTORIO 1 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804643	N/R	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	120484	N/R	CONSULTORIO 4 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	974124	NR	CONSULTORIO 7 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	200807224637	NR	CONSULTORIO 10 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	352364	NR	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	SPYGMONOMETER	PEDIATRICO	NR	NR	CONSULTORIO 8 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	LORD	NR	869931	NR	CONSULTORIO 5 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	710120	N/R	CONSULTORIO 12 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO
VIDEO COLPOSCOPIO	EDAN	C6-A	860004-M22302580001	N/R	CONSULTORIO 2 - CONSULTA EXTERNA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4 – INVENTARIO EQUIPOS URGENCIAS

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078058	N/R	CONSULTORIO 3 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099397	N/R	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000382	NR	CONSULTORIO 4 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000380	NR	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	524KL	5240005492	N/R	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA VARIACION EN SUS PESOS, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE MANTENIMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415689	V106028	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	REQUIERE BATERIA
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8694	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8695	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8691	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8698	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MB	NR	CC-8697	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32681	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32678	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO DE BARANDAS
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32683	V104941	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32686	V104944	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32677	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32685	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO
CAMA CUNA	DOMETAL	135-13/02	32680	V104938	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	135-13/02	32688	NR	OBSERCACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MOTOR DE PIERNERAS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	135-13/02	32700	NR	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN BARANDA DE PIERNERA IZQUIERDO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1511	NR	AISLAMIENTO - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1480	V106059	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1517	V106053	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1503	V106054	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1500	V106056	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	905	V105774	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN CARCAZA
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118139	V105777	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA QUE NO PERMITE LA VISUALIZACION DE LAS CURVAS, ADEMAS PRESENTA MULTIPLES FRACTURAS EN SU CARCAZA, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT1	19081468	V105318	CONSULTORIO 4 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	104087V	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/A	104087V	CONSULTORIO 1 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000

EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	N/A	V105299	CONSULTORIO 3 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	777 SERIES	N/R	V105887	CONSULTORIO 2 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 03000
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767 SERIES	F06181	V104601	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CARCASA DE OFTALMOSCOPIO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07346GL	NR	PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007266GL	NR	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007351GL	NR	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007352GL	NR	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	NR	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	NR	PEIDATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	N/A	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NR	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	N/A	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
GRAMERA	WEIHENG	WH-BOQ	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NACIONAL	ELECTRICA	N/R	N/A	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	N/R	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/A	103771V	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 0600
LARINGOSCOPIO	RIESTER	ADULTO-PEDIATRICO	N/R	N/R	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
LOCALIZADOR DE VENAS	SHENZHEN BESTMAN	BVF 263	20002068	NR	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035132	V105949	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, NO TIENE PERILA DE MANDO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035097	V105945	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035164	V105952	OBSERVACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035272	V105943	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035213	V105948	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO REQUIERE SENSORES PEDIATRICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3745	V106227	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1124	V106102	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1106	V106109	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1126	V106101	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO , SENSOR DE ECG EN MAL ESTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1127	V106092	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1120	V106111	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1121	V106107	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1125	V106096	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1114	V106110	OBSERVACION MUJERES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSOR DE ECG

MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1109	V106095	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SENSORES PEDIATRICOS, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1116	V106103	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA INSTALACION DE CABLE DE ECG Y REINSTALACION DE SOFTWARE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	V106106	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN TARJETA DE MODULO NIBP, NO CUENTA CON SEGURO DE SOCKET DE SENSOR DE SPO2, REQUIERE TAPA DE PERILLA SELECTORA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1128	V106108	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, SENSOR DE SPO2 DETERIORADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1111	V106093	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	V106094	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, PRESENTA DAÑO EN SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-44129115	V104909	CONSULTORIO 1 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN PROTECTOR DE INDICACION LUMINICA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010141	V104903	CONSULTORIO 2 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-19119633	104347V	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERIA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, NO CUENTA CON ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128155	V105995	CONSULTORIO 3 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125443	V105769	CONSULTORIO 4 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125533	V105770	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128131	V105996	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130302	V105941	OBSERVACION HOMBRES - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125522	V105768	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130284	V106016	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON SENSOR DE ECG
PESA PAÑAL	CAMRY	NEK4150	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO EN MANTENIMIENTO, REQUIERE AJUSTE DE CONTRASTE EN DISPLAY
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16908650020	V105659	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, BATERIA EN MAL ESTADO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870050	V105966	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN SEGURO DE TAPA BATERIA
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	15 LPM	156583	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C343	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C318	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN PERILLA DE REGULACION
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	5 LPM	13345C366	NR	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C302	NR	AISLAMIENTO - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C308	NR	AISLAMIENTO - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470254	NR	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470253	NR	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131582	NR	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA FRACTURAS EN CARCASA
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131584	NR	PROCEDIMIENTOS - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO HIDROFOBICO, PRESENTA FISURA EN CARCAZA
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001185	1284	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE FILTRO HIDROFOBICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA

TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	977357	N/A	CONSULTORIO 4 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	710160	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	804751	N/A	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	365053	N/A	ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804759	N/A	SALA IRA - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804808	N/A	TRIAGE - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIOMETRO	RESIDENT	ADULTO	321381	99042	CONSULTORIO 2 - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	130227102214	N/A	URGENCIAS - URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/A	CARRO DE PARO - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12431	V106118	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INDICADORES LED , REQUIERE CELDA DE O2 Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO, PRESENTA DESGASTE EN JUNTA DE SENSOR DE FLUJO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12425	V106121	REANIMACION - URGENCIAS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN INDICADORES LED , REQUIERE CELDA DE O2 Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO, PRESENTA DESGASTE EN JUNTA DE SENSOR DE FLUJO

Tabla 5 – INVENTARIO EQUIPOS ALMACÉN, FARMACIA, SISTEMAS Y VACUNACIÓN

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
TERMOHIGROMETRO	EBC	ETP101	N/R	361	ESTANTE SUMINISTROS - ALMACÉN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	N/R	N/R	RECEPCION CADENA DE FRIO - ALMACÉN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	NR	HTC - 2	N/R	NR	ESTANTE SUMINISTROS - ALMACÉN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	ESTANTE MEDICAMENTOS - FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	292	ESTANTE BODEGA - FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	DIGITAL	N/R	N/R	NEVERA - FARMACIA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	OFICINA SISTEMAS - SISTEMAS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	AREA REFRIGERADORES - VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	N/R	N/R	REFRIGERADOR - VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	N/R	N/R	VACUNACIÓN - VACUNACIÓN	EQUIPO OPERATIVO

5. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2025

Grafico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0,4 %**	**0,1 %**	**0,6 %**	**1,0 %**	**0,4 %**	**0,4 %**	**1,4 %**	**0,3 %**	**0,4 %**	**1,4 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,6%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	3	11	2	3	11	0	0	4
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	766	766	0	0	647

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULT ADO DEL MES

$$\frac{11}{766} = 1,4\%$$

ANÁLISIS

En el mes de OCTUBRE se presentaron 11 acciones correctivas; de las cuales 2 se presentaron en el servicio de CIRUGÍA, 5 en el servicio de HOSPITALIZACION, 3 en el servicio de UCI.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de OCTUBRE, tiene como principal causa es el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron **3 *acciones correctivas*** que involucran equipos de toda la institución, 8 ***entregas e instalaciones*** en los servicios que requirieron el cambio ya sea por uso o por daño del mismo o ampliación del servicio, se referencian algunos de los cuales se consideran más importantes.

Tabla N.8 – **RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
TENSIOMETRO	ALPK2	NR	732963	HOSPITALIZACION	SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNA TALLA MAS PEQUEÑA
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	QUAXAR	32694	HOSPITALIZACION	SE REALIZA INSTALACION DE TRES BARANDAS
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	QUAXAR	32704	HOSPITALIZACION	SE REALIZA INSTALACION DE DOS BARANDAS
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	QUAXAR	32704	HOSPITALIZACION	SE REALIZA INTERCAMBIO DE BARANDA INFERIOR A BARANDA SUPERIOR
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	QUAXAR	32694	HOSPITALIZACION	SE REALIZA INTERCAMBIO DE BARANDA SUPERIROR DEBIDO A FRACTURA POR UNA DE BARANDA SUPERIOR
TENSIOMETRO	ALPK2	NR	732963	HOSPITALIZACION	SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE
CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISYSTEM	FAE-34660	CIRUGIA	SE REALIZA CAMBIO DE PULSADORES DE AJUSTE DE TEIMPO Y ALARMAS
LAMPARA CIELITICA	DRAGER	POLARIS 100/200	ASML-0066	CIRUGIA	SE REALIZA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN UNO DE LOS SATELITES
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT 04515	UCI	SE REALIZA CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT 04663	UCI	SE REALIZA CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT 04669	UCI	SE REALIZA CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO

6. *TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES* DE OCTUBRE DEL 2025

Grafico 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

N. de eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
Total, de eventos de Tecnovigilancia reportados

ANÁLISIS

En el mes de OCTUBRE no se registraron eventos adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Se cumple la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2025

Grafico 4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS FUERA DE SERVICIO MAYOR A 1 DÍA



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,1 %**	**0,6 %**	**0,9 %**	**0,8 %**	**0,9 %**	**0,8 %**	**0,9 %**	**0,9 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,5 %**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Total equipos fuera de servicio mayor a 1 día	0	0	1	5	7	6	7	6	7	7	0	0	3,8
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	766	766	0	0	647

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	<2%
ACEPTABLE	2,1-3,9%
INSATISFECHO	≥4%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{7}{766} = \mathbf{0,9}\ \%$$

ANÁLISIS

La grafica 4 muestra que, para el mes de OCTUBRE, hay 7 equipos fuera de servicio, teniendo un valor de 0,9 % para este indicador

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

Los motivos de los equipos fuera de servicio se deben a:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	HOSPITALIZACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE SISTEMA DE NIBP
LARINGOSCOPIO	LEIBINGER	65-34011	NR	CIRUGÍA	REQUIERE TAPA DE BATERIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	CIRUGÍA	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA	REQUIERE TARJETA DE TECLADO

Nota: En la anterior tabla se muestran los equipos fuera de servicio incluidos en el anterior informe y que debido a no contar con los repuestos no han sido retornados al servicio.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta del indicador.

8. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025

Grafico 5. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE INCIDENTES ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	N. de Incidentes asociados al uso de equipos biomédicos X 100 = **0,0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	Total, de Incidentes reportados
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el mes de OCTUBRE no se registraron incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicar de 0,0%.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta.

9. *TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES* DE OCTUBRE DEL 2025

Grafico 6. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95 %	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{0}{0} = 0\%$$

ANÁLISIS

La grafica 6 muestra una relación del 0%, ya que durante el mes de OCTUBRE no hubo programación de personal para inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de AMBULANCIAS en manejo y cuidado de ventiladores de transporte, monitores de signos vitales y desfibrilador. Las listas de asistencia de estas capacitaciones se encuentran en archivadas en la carpeta **CAPACITACIONES** disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

10. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2025

Grafico 7. TENDENCIA DE PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN - 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
N. de personal asistencial aprobados con nota mayor a 3.5 en la evaluación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Personal asistencial capacitada en Inducción	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

META DEL INDICADOR	
SOBRESALIENTE	>95%
ACEPTABLE	95%-85%
INSATISFECHO	<85%

RESULTADO DEL MES

$$\frac{0}{0} x\ 100 = 0\%$$

ANÁLISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, debido a que durante el mes de OCTUBRE no hubo programación de personal para capacitación en inducción. Sin embargo, se realizó la capacitación al personal de AMBULANCIAS en manejo y cuidado de ventiladores de transporte, monitores de signos vitales y desfibrilador; programada para el mes de OCTUBRE. Las evaluaciones referentes al tema y contestadas por el personal se encuentran en archivadas en la carpeta capacitaciones disponible en la oficina de biomédicos.

MOTIVOS DE LA DESVIACIÓN

No aplica.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica.

11. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	NOMBRE REPUESTO	CANT	DISCRIMINACIÓN POR EQUIPO				
			EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC MODELO MCGRATH	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI
3	BOMBILLO BI-PIN 24 V-150W REF: 64640 MARCA: OSRAM	2	STOCK	NA	NA	NA	RAYOS X
4	BOMBILLO MICROSCOPIO OLYMPUS CH-30 REF 5761 6V 30W	1	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	LABORATORIO
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 03000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06000	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 06100	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
13	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CARGADOR DE MESA DE CIRUGÍA -CARGADOR MARCA MASCOT REF 24V LEAD-ASIDE	1	MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	CIRUGÍA
15	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
16	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
17	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
18	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	3	STOCK	NA	NA	NA	UCI
19	ELECTRO IMÁN PARA RIEL DE RX REF: LEM-35P Pn3.2W Vn 24VCC	4	EQUIPO DE RX FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X
20	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE AIRE	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA

21	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE OXIGENO	6	PARA INSTALACIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
22	ESCUDOS TIPO CHEMETRON PARA LÍNEA DE VACÍO	2	QX 1 Y 2	NA	NA	NA	CIRUGÍA
23	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2 COMPATIBLE CON MIDRAY 7 PINES	6	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
24	FLUJÓMETRO SENCILLO	8	SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	NA	NA	NA	URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN
25	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS NIHON KODEN	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
26	LATIGUILLOS DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGUER VISTA 120S	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
27	MEMBRANA DE BOTONES DE BOMBA DE INFUSIÓN MARCA HAWKMED MODELO HAWK i1	1	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK i1	4007036	UCI
28	MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
29	MOTOVENTILADOR DE 120 VOLTIOS	1	STOCK	NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN
30	CABLE TRONCAL ECG PARA MONITOR DRAGER VISTA 120 S	5	STOCK	NA	NA	NA	UCI URGENCIAS CIRUGIA
31	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO ALPK2	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
32	PANTALLA DE BASCULA SECA	1	BASCULA DIGITAL	SECA	813	8813265151153	UCI
33	PARCHE ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
34	PARCHE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY	3	DESFIBRILADOR	MINDRAY	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
35	PARCHES ADULTOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
36	PARCHES PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110XE	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
37	SENSOR DE SpO2 PEDIÁTRICO PINZA, COMPATIBLE CON BIOLIGHT Q5, 9 PINES.	2	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
38	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN ADULTO	10	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
39	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NELLCOR 7 PINES MINDRAY/EDAN PEDIÁTRICO	8	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
40	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN ADULTO	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
41	SENSOR SPO2 COMPATIBLE PARA EXTENSIÓN DE NIHON KODEN PEDIÁTRICO	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
42	TARJETA PARA MODULO NIBP PARA MONITOR DRAGUER VISTA 120S	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1108 S2SNF1119	URGENCIAS

43	CELDA DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	ER-42002202	CIRUGÍA
44	MEMBRANA DE BOTONES (TECLADO)	1	ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	TERAPIA FÍSICA
45	PANTALLA TÁCTIL PARA MONITOR NIHON KOHDEN PVM 2701	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294 0130295	HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
46	PANTALLA PARA MONITOR MINDRAY IMEC 8	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	NR	AMBULANCIAS
47	CABLE DE PODER	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS LOS SERVICIOS
48	MANGUERA DE 1,5 METROS PARA BALAS DE OXIGENO	4	STOCK	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
49	MANÓMETRO PRECALIBRADO PARA BALA DE OXIGENO	4	AMBULANCIAS	NA	NA	NA	AMBULANCIAS
50	BATERÍA RECARGABLE PARA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B	4	TODOS LOS SERVICIOS	EDAN	H100B	NA	TODOS LOS SERVICIOS
51	CABLE TRONCAL ECG COMPATIBLE CON NIHON KOHDEN MONITOR PVM2701	3	TODOS LOS SERVICIOS	NIHON KOHDEN	PVM 2701	NA	TODOS LOS SERVICIOS
52	BOMBILLO PARA OTOSCOPIO 03400	3	AMBULANCIAS STOCK	WELCH ALLYN	NA	NA	AMBULANCIAS STOCK
53	TARJETA DE TECLADO PARA MONITOR FETAL EDAN F3	1	GINECOBSTETRICIA	EDAN	F3	560034-M18504350011	GINECOBSTETRICIA
54	JUNTA SILICONADA PARA PUERTA MATACHANA	1	STOCK	MATACHANA	SC500	E-30416	STOCK

12. Se presentaron visitas externas (Detallar información). En caso de no presentarse colocar NA.

NA

13.REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO

Imag. 2. cambio de celda de oxigeno ventilador vela

Imag. 3. cambio barandas cama hospitalaria

Imag. 4. capacitación ventiladores, monitor de signos vitales y desfibrilador personal de ambulancia



Imag. 5. instalación panel de control a lámpara cielitica drager

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2023-01-06	Creación del documento
2	2024-04-01	Se coloca el item 12 donde menciona si se presentaron visitas externas.
3	2025-04-11	Se cambian los denominadores de los indicadores 6 y 8.
REVISÓ: 2025-04-09 **JORGE ALBERTO CERTUCHE FIGUEROA** Cargo: Ing. Biomedico	REVISÓ: 2025-04-10 **ADRIANA RUBIANO VALDERRAMA** Cargo: Líder SGI	APROBÓ: 2025-04-11 **WILMER GONZALEZ GARCIA** Cargo: Gerente y Representante Legal

NIT. 901.841.827-0

La Plata, 26 de noviembre de 2025

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

Asunto: Informe de Ejecución de Actividades Contrato No. 467-2025, Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los Equipos Biomédicos

Cordial saludo.

Como es de su total conocimiento la empresa **DISCONMED SAS**, Representada Legalmente por **JULY ALEXANDRA VÁSQUEZ CABRERA**, mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.220.580 expedida en la ciudad de Neiva, me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia que tiene como objeto: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA, QUE GARANTICE LAS CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS; para ello se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del año en curso con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

JULY ALEXANDRA VASQUEZ CABRERA
Representante legal.
DISCONMED SAS.

Calle 8 No 81 - 02 Oficina A34 Bosques de Cantabria - Neiva – Colombia.
Teléfono: 8667704 - Cel. 316 7424262
E-mail: disconmed@gmail.com

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de los mismos.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de noviembre del 2025

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO 467-2025	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
El contratista se compromete a tener disponibilidad de atención de acuerdo a la funcionalidad de la ESE, la disponibilidad presencial del personal en el horario pertinente es de lunes a viernes de 07:30 am a 6:00 pm, para el caso del horario nocturno y festivo se dará soporte telefónico en el momento que se requiera y soporte técnico presencial dentro de 1 hora siguiente al llamado, este debe ser brindado por personal técnico cualificado y habilitado con certificado de recurso humano ante el invima (art. 39 decreto 4725/2005). el servicio de la visita técnica, diagnóstico, configuración y mano de obra correctiva deberá brindarse las veces necesarias durante la ejecución del contrato sin costo adicional. el anterior horario no aplica para el encargado de alistamiento de salas de cirugía quien deberá iniciar la verificación de los equipos biomédicos a las 7:00 am	Damos cumplimiento a todos los requerimientos de disponibilidad, cumpliendo los horarios establecidos en el contrato. 1. Disponibilidad y Horarios Hemos organizado internamente el cronograma de disponibilidad para garantizar la cobertura total: Horario General Presencial (lunes a viernes, 07:30 a 18:00): Se garantiza la presencia del personal cualificado en el Taller Biomédico y áreas designadas. Horario de Alistamiento de Salas de Cirugía: Se ha asignado al personal responsable para iniciar la verificación de los equipos biomédicos en las salas de cirugía a las 7:00 am, cumpliendo con la excepción contractual.

El contratista deberá entregar un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio, el cual tendrá que ser archivado y organizado en las carpetas y hojas de vida que se tenga para dicho control	Se da cumplimiento con los reportes de mantenimiento preventivo biomédico; con un total de 397 reportes organizados de la siguiente manera:; ESTERILIZACIÓN: 6, PEDIATRÍA: 57, TERAPIA FÍSICA: 11, CIRUGÍA: 81, UCI: 154, HOSPITALIZACIÓN: 87, entregados en todos los servicios. Se realizaron 11 mantenimientos correctivos durante el mes de noviembre
Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objetos del contrato, de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por el ese hospital departamental San Antonio De Padua, de presentarse alguna eventualidad se dele presentar la justificación	Se da cumplimiento al cronograma empleado del mes de noviembre se realizólos siguientes servicios: CIRUGÍA - ESTERILIZACIÓN PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA- UCI-HOSPITALIZACIÓN
Colocar un sticker de control de intervenciones de mantenimiento preventivo en cada equipo, este debe tener como mínimo la siguiente información: fecha de realización de la intervención, logo de la empresa, responsable del mantenimiento. en un material que debe ser resistente a los procesos de limpieza y desinfección	Se da cumplimiento en cada uno de los mantenimientos preventivos que se realizan, se evidencia la fecha y el mantenimiento y la firma del ingeniero que lo realiza.
Presentar informes mensuales de actividades realizadas con indicadores de cumplimiento según los lineamientos de la institución, discriminando servicio, equipo, marca, modelo, serie y placa de inventario, así como los reportes de servicio totalmente diligenciados, y archivados y entregados con el recibido totalmente diligenciadas, y archivadas y entregados con el recibido satisfacción del ingeniero biomédico de la ESE, este informe se debe presentar los cincos primeros días del mes siguiente a la ejecución esto como soporte previo obligatorio para el trámite de facturación	Se presenta el informe mensual de las actividades realizadas con los indicadores de cumplimiento según los lineamientos de la institución, discriminando servicio, equipo, marca, modelo, serie y placa de inventario, así como los reportes de servicio totalmente diligenciados. El listado detallado de los equipos que recibieron mantenimiento preventivo se encuentra adjunto en el anexo de este informe con los indicadores de mantenimiento preventivo, correctivo.

La ESE. Hospital Departamental San Antonio De Padua, por las dinámicas propias de su labor podrá incluir/excluir, aumentar/disminuir equipos, elementos o accesorios o repuestos, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello el contratista deberá asumir en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.	Se da cumplimiento a esta obligación Este informe documenta las fallas recurrentes del equipo, lo que permite evaluar su desempeño y determinar la necesidad de una actualización o reemplazo de la tecnología. La toma de decisiones para estas evaluaciones y posibles sustituciones tecnológicas se alinea y ajusta a los hallazgos identificados durante la ejecución del Cronograma de Mantenimiento Preventivo establecido, asegurando una gestión proactiva del ciclo de vida de los equipos.
Obrar con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.	Nuestro compromiso es garantizar la excelencia en cada fase del proyecto. Actuamos con transparencia y buena fe, optimizando los procesos para asegurar el cumplimiento de los plazos y evitar retrasos innecesarios en la ejecución
Cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial en las cantidades, condiciones tiempo y lugar que considere la Ese Hospital Departamental San Antonio De Padua sin costo adicional y de acuerdo con el cronograma de capacitaciones vigente por la ESE	Se realiza la capacitación en el Área de Cirugía y Partos con el equipo Biomédico Mindray Benehearth D6 y el Primedic XD110XE, en su funcionamiento y desinfección
Anexar hojas de vida al personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral cursos. registro Invima), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas	Se da cumplimiento; las hojas de vida de los dos (2) ingenieros de mantenimiento Biomédicos, como evidencia de cumplimiento a lo solicitado

El personal que realiza los mantenimientos deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales	Se da cumplimiento las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente.
El proveedor deber adherirse, participar y cumplir la normatividad vigente del decreto 4725/2005.	Se da cumplimiento. DISCONMED se adhiere a participar de la normatividad 4725/2005, teniendo en cuenta las disposiciones de la ESE ya aplicadas en pro de la norma.
El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según el decreto 4816/2008, para gestión y trámite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente contrato, de igual forma deberá cumplir con el programa institucional de tecnovigilancia	Se da cumplimiento, DISCONMED se adhiere a participar y cumplir los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia.
El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos normativos vigentes según la res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.	Se da cumplimiento, DISCONMED se adhiera a participar y cumplir los requerimientos de la res. 3100/2019 y normatividad vigente
El contratista se compromete a realizar conceptos técnicos de equipos por daño irreparable se encuentren en el servicio o en las bodegas que sirvan como soporte técnico al proceso y al formato institucional.	Se da cumplimiento y seguimiento de los equipos de la ESE Hospital Departamental San Antonio Padua, según criterio y solicitud del contratante.
En caso de presentar cambio de personal avalado en la convocatoria, este debe ser evaluado previamente por el apoyo técnico del contrato; la persona nueva deberá presentar la hoja de vida con sus respectivos soportes y cumplir con las mismas condiciones o mejores del requerimiento inicial	DISCONMED informara en su momento si se llegue a cambiar a algún funcionario de la empresa, para ser evaluado.

El contratista se compromete a apoyar las labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida. archivo, capacitación y entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad, rondas de verificación de funcionamiento y rondas de alistamiento en salas de cirugía	Se da cumplimiento, se realizó el archivo técnico correspondiente a los reportes de servicio y el certificado de calibración, en las siguientes hojas de vida: URGENCIAS: 208; FARMACIA: 6; ALMACÉN: 4; SISTEMAS: 2; VACUNACIÓN: 6; AMBULANCIAS: 177; CONSULTA EXTERNA: 101; Para un TOTAL de 504 De octubre, CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, Urgencias: 58, Farmacia: 3 Almacén: 1. Sistemas: 1, Vacunación: 3, Ambulancias: 46, Cirugía: 44, Consulta Externa: 29, Gastroenterología: 6, Ginecobstetricia y Partos: 47, Hospitalización: 43, Pediatría: 25, Terapia Física: 3, UCI: 83, TOTAL: 392 Se realizó la actualización de 40 Hojas de vida de equipos de la UCI
Garantizar que el personal del proveedor se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL. estar al día con el pago de la seguridad social y parafiscales según normatividad vigente aplicable.	Se da cumplimiento, DISCONMED cuenta con todo el personal afiliado a riesgos laborales también en la seguridad social y al día en todo. La planilla N_9495471154
Brindar apoyo al ingeniero biomédico de la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua en las actividades relacionadas con el área biomédica que este le asigne.	Se da cumplimiento en el apoyo al ingeniero de la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.
Una vez ejecutados todos los mantenimientos preventivos del mes enviar estos de forma digital al ingeniero biomédico de la ESE	Se da cumplimiento a esta obligación, haciendo la entrega al ingeniero biomédico de la ESE de todos los mantenimientos preventivos del mes de noviembre
Apoyo y verificación de los procesos de metrología biomédica, archivar cada certificado de metrología en la hoja de vida de cada equipo biomédico	Se verificaron todos los procesos de metrología biomédica, archivando cada certificado de metrología en la hoja de vida del equipo biomédico correspondiente.

Garantizar de manera presencial los servicios de dos ingenieros biomédicos con experiencia para la ejecución del contrato	Se da cumplimiento a esta obligación. En el taller de Biomedicina reposan las hojas de vida de los dos (2) Ingenieros de mantenimiento biomédico como evidencia.
Elaborar guías de manejo rápido para cada equipo biomédico de la ESE	Para el mes de noviembre no se programaron estas guías de manejo
Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato	Se da cumplimiento. DISCONMED ejecutará lo pactado en el contrato de Prestación de Servicio No.467-2025 convenido con la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Antonio De Padua de La Plata Huila.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	se da cumplimiento mediante la disposición de los tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas
Cumplir con todas las políticas institucionales establecidas en el Hospital Departamental San Antonio De Padua.	Se da cumplimiento siguiendo las políticas establecidas por la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua de La Plata Huila.
El contratista debe cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según la normatividad vigente	Se da cumplimiento con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital	Se da cumplimiento a esta obligación en virtud del objeto del presente contrato.

3. **INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS**

Se recibe el consolidado de la tecnología biomédica entregado por la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua a la empresa DISCONMED, la cual se adjunta al presente informe. Dicho registro incluye las actualizaciones realizadas a la fecha, con el detalle e identificación de cada servicio y estará sujeto a las modificaciones que surjan en el transcurso del cronograma establecido.

4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Grafico1.
TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AÑO 2025



MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
HSDP	97%	99,80%	100%	96,50%	98,20%	99,10%	98,40%	97,40%	100%	95%	98%	0%	97%

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	254	389	112	269	389	0	2945
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	393	112	260	394	0	2976

METAS DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	389/394= 0,98*100%=98%
ACEPTABLE	95%-85%	
INSASTIFECHO	<85%	

ANÁLISIS

El Gráfico 1 ilustra los resultados del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre se logró el 98% de los mantenimientos programados en los servicios de noviembre. Como resultado, el indicador para el mes de noviembre de 2025 alcanzó un promedio

sobresaliente del 99,0%. Cabe aclarar que la información anterior de los meses de enero a octubre, fue suministrada por el jefe del taller Biomédico.

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanza la meta.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanza la meta

4.1. Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo programado según el cronograma establecido. Se realizó el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

- CIRUGÍA
- ESTERILIZACIÓN
- PEDIATRÍA
- TERAPIA FÍSICA
- UCI
- HOSPITALIZACIÓN

4.2. El Área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital; se realizó seguimiento al cronograma de mantenimiento en el cual se incluyen todos los servicios al alcancé del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de noviembre.

FORMATO CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMEDICO
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

FECHA: 08/04/2025
CODIGO: MAC-GIT-8-F-003
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 1

EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	N° ACTIVO	SEDE	UBICACIÓN	SERVICIO	CLASIFICACION (DX, TRATAMIENTO, REHABILITACION...ETC)	CLASIFICACION DE RIESGO	MODALIDAD	REGISTRO INVIMA N..	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE GARANTIA	VIGENCIA	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD DE MTTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
																		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3. LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Tabla 2 **– INVENTARIO DE EQUIPOS DE CIRUGÍA.**

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	160 KG	1600006475	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	524 KL	5240005365	N/R	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34660	1255/100588V	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN CONTROL DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34659	1438	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN CONTROL DE TEMPERATURA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008067	V104897	CARRO DE PARO - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	460376-M16909000058	N/R	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURÍ	WEM	SS-501SX	CAE0007697	V107206	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURÍ	BOVIE	IDS-310	BU1622012	V106764	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTROBISTURÍ	WEM	SS-501SX	CAC0002857	N/R	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO EN TALLER DE BIOMEDICA
ELECTROBISTURÍ	WEM	SS-501SX	CAC0002862	N/R	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO EN TALLER DE BIOMEDICA
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA CAMBIO DE BATERÍAS DOBLE A DE MANERA CONSTANTE

ESTIMULADOR NERVIO PERIFÉRICO	BRAUN	HNS	OO.0083	V105929	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015 814DM	NR	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO157 88DM	NR	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO157 87DM	NR	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015 813DM	NR	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO157 98DM	NR	SALA 3 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO157 97DM	NR	SALA 3 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	103645V	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	GENÉRICO	PEDIÁTRICO	N/R	104139V	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO REQUIERE MEMBRANA, Y PRESENTA DESGASTE FÍSICO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	104724V	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	104722V	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	104723V	CARRO DE PARO - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX 2.0	N/R	104722V	SALA 3 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
LÁMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 200/200	ASLH-0261	V105781	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, EN SU MECÁNICA Y CONTROLES A DISTANCIA.
LÁMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 200/200	ASLH-0260	V105780	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, EN SU MECÁNICA Y CONTROLES A DISTANCIA.
LÁMPARA CIELITICA	DRAEGER	POLARIS 100/200	ASML-0066	V105927	SALA 3 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, EN SU MECÁNICA Y CONTROLES A DISTANCIA.
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELÉCTRICA	N/R	N/R	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CABEZAL DE PORTA BOMBILLO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	NACIONAL	ELÉCTRICA	N/R	N/R	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CABEZAL DE PORTA BOMBILLO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	N/R	CARRO DE PARO - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZO CAMBIO DE SOCKET Y BOMBILLO 6000
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	V105362	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	103905V	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE ALGUNAS VALVAS. CAMBIO CONSTANTE DE BATERÍAS Y MANTENER EN EL SERVICIO DISPONIBLES.
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	STAINLESS	N/R	V105363	SALA 3 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	N/R	V105689	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEINBINGER	65-34011	N/R	V105367	SALA 1 - CIRUGIA	EQUIPO OPERATIVO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0249	V105778	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0250	NR	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	ER-42002202	V104905	SALA 3 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, ALMACENADO POR BACKUP, REQUIERE CELDA DE OXIGENO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAEGER	FABIUS PLUS XL	ASMJ-0128	V105926	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC30/L	OOO51336	V105782	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS POR DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS, EQUIPO TRABAJANDO DE FORMA MANUAL
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE-6100	G9-51004032	V105291	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS POR DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS.

MESA DE CIRUGÍA	MAQUET	N/R	00160	N/R	SALA 3 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS POR DESGASTE EN CONTROL DE MOVIMIENTOS.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S25MM0196	V105928	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010142	V104904	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BRAZALETE DE 1 VIA.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IPM10	EF43011743	V104908	CARRO DE PARO - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN LA CARCAZA.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130306	V106000	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130305	V106004	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS DE ECG DE NIHON KOHDEN.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130304	V105998	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BRAZALETE DE 1 VÍA.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	V106003	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO FUERA DEL SERVICIO, PRESENTA DAÑO EN PANTALLA TÁCTIL.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130288	V106002	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130248	V106001	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130245	V105997	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS DE ECG DE NIHON KOHDEN.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128147	V105999	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS DE ECG DE NIHON KOHDEN.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130309	V106018	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562 K	17001	V105766	SALA 3 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870042	V105968	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600164	V105660	RECUPERACIÓN - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C307	NR	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	SALA 1 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	SALA 2 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	SALA 3 - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25481	V105931	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25484	V105932	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L8.20.131	V106196	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MANÓMETRO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001180	100636V	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN MANÓMETRO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	120600002844	1289	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001182	1688	CIRUGÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	7111947	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, DAÑO EN EL VIDRIO DEL MANÓMETRO.
TENSIÓMETRO	LORD	PEDIÁTRICO	10611587	103661V	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	130227102214	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PERA POR DESGASTE.
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS ADULTO	07686841	99024V	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMO HIGRÓMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	CARRO DE PARO - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMO HIGRÓMETRO	GEC	TA312	N/R	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMO HIGRÓMETRO	ALLA FRANCE	BIOTEMP	N/R	N/R	BODEGA - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMÓMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE-FREEZER	NR	N/R	CADENA DE FRIO - CIRUGÍA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 3- **Inventarios de equipos ESTERILIZACIÓN**

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
AUTOCLAVE	MATACHANA	SC500/S1000	E-30416	N/R	ESTERILIZACIÓN - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, SE RECOMIENDA REVISIÓN POR PARTE DE LA MARCA PARA EL CHEQUEO DE LA ALARMA E23.
ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA	STERIS	V- PRO S2	033262363	NR	ESTERILIZACIÓN - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO EN GARANTÍA, NO CUENTA CON PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AUTOCLAVE	**STERICLINIC**					
TERMO HIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	ÁREA ROJA - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMO HIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	ÁREA VERDE - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
TERMO HIGRÓMETRO	GENÉRICO	HTC-2	N/R	N/R	ÁREA AZUL - ESTERILIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 4- **Inventario de equipos PEDIATRÍA**

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074173	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	CHARDER	MS3500	C22006905	N/R	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004066	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA CAMBIO DE TECNOLOGÍA
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32688	104940	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8696	NR	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8695	106725	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32679	V104937	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60892	V105786	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60891	V105785	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60890	V105784	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	60889	V105783	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135-13/07	32684	104942	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA CUNA	MUEBLES HOSPITALARIOS	MB	CC-8693	NR	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32705	V104931	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32699	V104925	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, FALLA EN FRENO Y CONTROL
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32687	V104915	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60926	V105794	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073422	V105955	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1523	V106066	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1626	V106067	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1486	V106068	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO

CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1497	V106065	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1602	V106060	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007316GL	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, ENCUENTRA FISURA EN EL CRISTAL
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015311KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015295KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015799DM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIÁTRICO	N/R	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO
FONENDOSCOPIO	GENÉRICO	ADULTO	N/R	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	N/R	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO
INCUBADORA	ATOM INFANT	V-80	3010824	100380V	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON BATERÍAS, NO TIENE SENSOR, DE TEMPERATURAS, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN TECNOLOGÍA
INCUBADORA	FANEM	1186C	CN 3413	V104630	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TECNOLOGÍA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELÉCTRICA	N/R	N/R	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TECNOLOGÍA
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	437-06	V104625	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON BOTÓN DE REINICIO CONTADOR DE TIEMPO DAÑADO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	433-06	101753V	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, TIMER MALO
LARINGOSCOPIO	LEIBENGER B	PEDIÁTRICO	N/R	V105368	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
LOCALIZADOR DE VENAS	SHENZHEN BESTMAN	BVF 263	20002070	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016002	V105295	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130249	V106006	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, CABLE SG MAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130301	V105942	NEONATOS - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130286	V105941	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
PESA PAÑAL	GENÉRICO	5 KG	N/R	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN TAPA DE BATERÍAS, REQUIERE SENSORES PEDIÁTRICO, NEONATAL
PULSOXIMETRO	BEIJING CHOICE	MD300C52	192756300925	N/R	PEDIATRÍA - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870036	V105965	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO

PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870048	V105967	NEONATOS - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO, TAPA DE BATERÍA MAL ESTADO, FUNCIONA CON BATERÍAS AA
REGULADOR DE OXIGENO	MCARE	0 - 15 LPM	200901893	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15LPM	09225C147	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	NO SE ENCUENTRA EQUIPO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131583	V106147	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	732529	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NEONATAL	364907	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	HONSUN	PEDIÁTRICO	128439	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMO HIGRÓMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - PEDIATRÍA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 5- **Inventario de equipos TERAPIA FÍSICA**

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BICICLETA ESTÁTICA	SPORT FITNESS	NEW CASTLE	FIT8718I-139	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO SIN CARGADOR O FUENTE DE PODER
ELECTRO ESTIMULADOR	INTELTEC	2332	B660752	1541	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO UNO DE SUS CANALES
ELECTRO ESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO CANAL 4, REQUIERE CAMBIO DE MEMBRANA DE BOTONES
ELECTRO ESTIMULADOR	INGELSAD	NEURODIN L4	133008/1541	1541	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO UNO DE SUS CANALES
ELECTRO ESTIMULADOR	SKYLARK	610D PLUS	09611	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO
ELECTRO ESTIMULADOR	SKYLARK	SUPERSTIM	130998284	NR	- TERAPIA FÍSICA	
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HJTHP	NR	NR	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HJTHP	NR	NR	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑO EN CARCAZA Y SONIDO FRECUENTE, SE RECOMIENDA CAMBIO DE TECNOLOGÍA
TANQUE PAQUETE CALIENTE	INTERFÍSICA	COMBO 8 PAQ.	N/R	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
ULTRASONIDO	IMC	PORTÁTIL US 1000	70800419	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	124733	N/R	- TERAPIA FÍSICA	EQUIPO OPERATIVO

Tabla 6 -**Inventario de equipos de UCI.**

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	2613	1600012753	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00415709	V106043	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415680	V106039	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415627	V106038	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413771	V106026	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO

BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4006612	V105978	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4006642	V105979	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413765	V106041	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415646	V106035	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00415710	V106044	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413732	V106040	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE DE PODER DEBIDO A QUE EL CABLE SE ENCUENTRA EN DETERIORO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415644	V106037	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415648	V106031	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413773	V106042	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413779	V106033	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415641	V106025	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415718	V106030	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00415721	V106036	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413767	V106027	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413777	V106034	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413725	V106045	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413736	V106029	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO DAÑADO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413733	V106048	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00415716	V106047	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	Sk00413686	V106032	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	SK00413704	V106024	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	BENEFUSION VP3	sk00413728	V106046	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007099	V105974	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007141	V105975	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007188	V105976	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007202	V105977	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4006846	V105980	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4006892	V105981	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007028	V105972	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK i1	4007036	V105973	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO, DAÑO DE BOTONES Y FRENTE NO SE SOSTIENE
CAMA ELECTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073418	V105954	CUBICULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600006	V106128	CUBÍCULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600007	V106129	CUBÍCULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600005	V106127	CUBÍCULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600002	V106124	CUBÍCULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600004	V106126	CUBÍCULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600009	V106131	CUBÍCULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600001	V106123	CUBÍCULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600010	V106132	CUBÍCULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600008	V106130	CUBÍCULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	STRYKER	SV2 COMPLETE	5176100018600003	V106125	CUBÍCULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CAPNOGRAFO	MASIMO	EMMA	249879	V105953	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO

CPAP	BMC	RESMART	Y2C20310016	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20314383	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008069	V106134	CARRO DE PARO - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHE DE ADULTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	V2	611766WX0	V106218	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101113	V106195	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	ABBOT	ISTAT ALINITY	802319	V106213	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322342	NR	CUBÍCULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322536	NR	CUBÍCULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322647	NR	CUBÍCULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322387	NR	CUBÍCULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322888	NR	CUBÍCULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322269	NR	CUBÍCULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322651	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322347	NR	CUBÍCULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322563	NR	CUBÍCULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	CUBÍCULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	CUBÍCULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	CUBÍCULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	SENCILLO	FMA006492GL	NR	CUBÍCULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	ASSIST	SENCILLO	61K20050258/188	NR	CUBÍCULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/118	NR	CUBÍCULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	H2012	QALL01525	NR	CUBÍCULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/058	NR	CUBÍCULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/117	NR	CUBÍCULO - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/116	NR	CUBÍCULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/096	NR	CUBÍCULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/122	NR	CUBÍCULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/068	NR	CUBÍCULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107212	CUBÍCULO 6 CUBÍCULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107213	CUBÍCULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107214	CUBÍCULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107215	CUBÍCULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107216	CUBÍCULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NR	ADULTO	V107217	CUBÍCULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	NR	PEDIÁTRICO	VINOTINTO	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	N/R	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN MUELLE
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBÍCULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBÍCULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBÍCULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBÍCULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	N/R	N/R	CUBÍCULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	210118538025	V106201	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	210118538026	V106202	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430219	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA,

						MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430219	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430320	NR	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430320	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
INFUSOR DE PRESIÓN	SPHYAMOM ANOMETER	2430219	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO NO OPERATIVO, REQUIERE PERA, PRESENTA DETERIORO FÍSICO EN CARCASA, MANÓMETRO MAL ESTADO
LARINGOSCOPIO	RIESTER	ADULTO-PEDIÁTRICO	N/R	N/R	CARRO DE PARO - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3747	V106221	CUBÍCULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE LATIGUILLOS PARA ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1115	V106104	CUBÍCULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1113	V106100	CUBÍCULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1122	V106105	CUBÍCULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN SENSOR DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1107	V106099	CUBÍCULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1110	V106098	CUBÍCULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3772	V106223	CUBÍCULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE DE SPO2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3769	V106224	CUBÍCULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3743	V106222	CUBÍCULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE SPO2 Y LATIGUILLOS PARA ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1118	V106097	CUBÍCULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO PRESENTA DESGASTE EN SENSOR DE SPO2 Y LATIGUILLOS PARA ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3732	V106225	CUBÍCULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3740	V106226	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	36D101-M19B10870046	V105964	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	13179C289	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 1 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 10 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 11 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 2 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 3 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 4 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 5 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 6 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 7 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 8 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE SUCCIÓN	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CUBÍCULO 9 - UCI	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L8.20.134	V106200	CARRO DE PARO - UCI	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L.12.20.257	V106197	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L12.20.215	V106198	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L12.20.241	V106199	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	SPHYAMOM ANOMETER	ANEROIDE	NR	NR	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DURA SHOCK	160803185007	104132V	EQUIPO NO ENCONTRADO - UCI	EQUIPO NO ENCONTRADO
TERMO HIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	NR	CARRO DE PARO - UCI	EQUIPO OPERATIVO
TERMO HIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	NR	NEVERA - UCI	EQUIPO OPERATIVO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12448	V106115	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SOCKET DE SENSOR DE FLUJO, REQUIERE BATERÍA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12450	V106114	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12459	V106113	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE SOCKET DE SENSOR DE FLUJO, REQUIERE BATERÍA, PRESENTA FISURA EN CARCAZA, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04615	V105987	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04515	V105989	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04185	V105992	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04815	V105993	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO

VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04669	V105988	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04617	V105985	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03210	V105984	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04663	V105986	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03290	V105990	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04652	V105991	UCI - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452	V106192	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391975	V106193	CUARTO DE EQUIPOS - UCI	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA

Tabla 7 -**Inventario de equipos de HOSPITALIZACIÓN**

EQUIPO/ INSTRUMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074172	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099400	V105882	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIÁTRICA	HEALTH O METER	522KL	5220008998	V106593	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1503	NR	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACION 204, CONTROL CON DETERIORO, MOTOR DE PIES PENDIENTE DE VERIFICACION POR CONTROL.
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1501	V106051	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 202, SIN CONTROL Y SIN CABLE DE RED ELÉCTRICA
CAMA ELÉCTRICA	MB	MB-10-2	CC-8690	V106734	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, UBICADO EN LA HABITACIÓN 207A
CAMA ELÉCTRICA	MB	MB-10-2	CC-8689	V106733	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, UBICADO EN LA HABITACIÓN, 210B
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32690	V104918	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 210A, CONTROL CON DETERIORO FRENOS Y BARRANDA CON AFECTACIONES MECANICAS.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60928	V105796	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 210C, CONTROL CON DETERIORO.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32697	V104925	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 211A, CONTROL CON DETERIORO. REQUIERE PINTURA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32694	V104922	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 214A, SIN CONTROL. REQUIERE PINTURA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32693	V104921	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 212 B, SIN CONTROL. REQUIERE PINTURA Y VERIFICACIÓN DE LLANTAS POR FRENOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60922	V105790	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 209A, CONTROL CON DETERIORO PARA VERIFICACIÓN DE MOTOR EN LA BASE. REQUIERE PINTURA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32688	V104916	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32704	V104930	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 209B, CONTROL CON DETERIORO Y FALLO EN MOTOR DE LA ESPALDA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32698	V104932	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 211B.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60921	V105789	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 212 B, SIN CONTROL. REQUIERE PINTURA Y VERIFICACIÓN DE LLANTAS POR FRENOS
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32691	V104929	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 209A,

						CONTROL CON DETERIORO PARA VERIFICACIÓN DE MOTOR DE SUBIR Y BAJAR. REQUIERE PINTURA.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32706	V104926	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 212C, CONTROL CON DETERIORO. REQUIERE PINTURA.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60925	V105793	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, UBICADO EN LA HABITACIÓN 211C. REQUIERE PINTURA Y VERIFICACIÓN DE LLANTAS POR FRENOS.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60927	V105795	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 205, SIN CONTROL Y SIN CABLE DE RED ELÉCTRICA.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60929	V105797	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 209C, CONTROL CON DETERIORO. REQUIERE PINTURA. PRESENTA DAÑO EN LLANTAS.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	131-70/01	60923	V105791	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 201.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32689	V104917	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32702	V104928	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 213C.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32703	V104927	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 213C, NO TIENE CONTROL, MANDO DE MOTORES FUNCIONANDO.
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32700	V104919	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 212A, REQUIERE PINTURA
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32696	V104924	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 213B, REQUIERE PINTURA, MANDO DE ESPALDA
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	73418	NR	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073422	NR	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, UBICADO EN LA HABITACIÓN 214C
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073421	V105954	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	MUBI	QUAXAR	0000073417	V105956	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO UBICADO EN LA HABITACIÓN 215C, CONTROL CON DETERIORO, MANDO DE MOTORES VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SUBIR Y BAJAR.
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOT RAUMA	BED 2000	19-1499	V106049	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOT RAUMA	BED 2000	19-1525	V106055	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, UBICADO EN LA HABITACIÓN 203A. CONTROL CON DETERIORO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOT RAUMA	BED 2000	19-1519	V106052	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000480	V105281	CARRO DE PARO - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO. REQUIERE BATERÍA, Y PARCHES ADULTO.
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118138	V105776	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO NO ESTA EN EL SERVICIO SE REALIZO TRASLADO A URGENCIAS
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/A	100156V	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BOMBILLO 3400 Y TENER EN SERVICIO DISPONIBILIDAD DE BATERÍAS DOBLE A
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15815DM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07368GL	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMO07405GL	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07392GL	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15804DM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15803DM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15363KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15365KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15378KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO115356KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15332KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO

FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO152 92KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 42KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 76KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 06KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 00KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 30KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 73KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 62KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO152 97KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO152 90KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 10KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 72KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO153 28KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO152 81KM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO158 16DM	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO POR USO EN LA CAMPANA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/A	N/A	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FÍSICO POR USO EN LA CAMPANA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	ELÉCTRICA	N/R	V104456	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO CON DETERIORO POR USO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	101086V	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	103631V	CARRO DE PARO - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/R	103772V	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035 247	V105946	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035 178	V105947	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-54016007	V105296	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO REQUIERE SENSOR SPO2 Y CABLE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130289	V106020	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, TIENE GOLPE EN CARCAZA, Y REQUIERE BATERÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130290	V106014	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125473	V105772	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125465	V105771	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	V106017	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO, FUERA DEL SERVICIO, PROBLEMA EN PANTALLA TÁCTIL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130308	V106023	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128145	V106022	HOSPITALIZACIÓN - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M2291175 0003	V106471	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B1087 0028	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍAS RECARGABLES
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M2190053 0062	NR	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE BATERÍAS RECARGABLES
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131515	V106140	CARRO DE PARO - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE RED ELÉCTRICA.
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	732963	N/R	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
TERMO HIGRÓMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	CARRO DE PARO - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA
TERMÓMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	NR	NR	NR	NEVERA - HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA

5. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Gráfico 2. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS -2025



MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
HDSP	0,40%	0,10%	0,60%	0%	0,40%	0,40%	1,40%	0,30%	0,40%	0%	1,38%	0%	0,40%

M ES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
N umero de mantenimiento o correctivo s de equipo s	3	1	5	8	3	3	11	2	3	0	11	0	3
Total de equipos biomédico s existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	766	803	797	796	803

METAS DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	11/797=0,013 %
ACEPTABLE	2.1-3.9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el mes de noviembre se presentaron 11 acciones correctivas relacionadas a continuación: 1 Ambulancias, 2 Urgencia, 2 Pediatría, 2 Hospitalización, 2 Cirugía, 1 Uci, 1 Terapia Física

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

Los mantenimientos correctivos surgidos durante el mes de noviembre tienen como principal causa el desgaste normal por el uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos

5.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron 11 acciones correctivas que involucran equipos de toda la institución, 6 entregas e instalaciones en los servicios que requieren el cambio ya sea por uso o daño del mismo o ampliación del servicio; se referencian algunos de los cuales se consideran más importante

TABLA 8 – RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIONES DE EQUIPOS.

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870042	CIRUGÍA	SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA, EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	CIRUGÍA	SE REALIZA CAMBIA BOMBILLO 6000, EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	UCI	SE REALIZA CAMBIO DE SOCKET, EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130290	HOSPITALIZACIÓN	SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA SPO2, , EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130301	PEDIATRÍA	SE REALIZA REVISIÓN DE TARJETA SPO2, EQUIPO OPERATIVO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130286	PEDIATRÍA	SE REALIZA REVISIÓN DE TARJETA SPO2
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12432	AMBULANCIA	SE REALIZA CAMBIO DE LA CELDA DE OXIGENO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870048	HOSPITALIZACIÓN	SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍAS
TANQUE PAQUETE CALIENTE	INTERFÍSICA	COMBO 8 PAQ.	N/R	TERAPIA FÍSICA	SE REALIZA CAMBIO DE PARTE ELÉCTRICA DEL TANQUE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12431	URGENCIAS	SE REALIZA CAMBIO DE LA CELDA DE OXIGENO
PESA PAÑAL	CAMRY	NEK4150	N/R	URGENCIAS	SE REALIZA REVISIÓN DE PESA

6. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

GRAFICA 3. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMÉDICOS - 2025



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	N de incidentes asociados al uso de equipos biomédicos / total, de incidentes reportados x 100 =0%
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el mes de noviembre no se registran incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicador de 0,0%

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

GRAFICO 4 TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	8%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,166666667

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	2/2 =100%
ACEPTABLE	95-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

La grafica 6 muestra una relación del 100%, ya que durante el mes de noviembre se programaron 2 capacitaciones en los servicios de cirugía y gineco-obstetricia al personal asistencial.

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

DISCONMED
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MÉDICAS

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

ANÁLISIS

La grafica 7 muestra una relación del 0%, ya que durante el mes de noviembre no hubo programación del personal para inducción. Las listas de asistencias de estas capacitaciones se encuentran en archivadas en la carpeta CAPACITACIONES

9. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
1	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BATERÍA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC	2	VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI

DISCONMED
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MÉDICAS

3	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 3000	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
4	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 6000	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
5	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 6100	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO	1	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	1	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
11	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
12	BRAZO METALICO	1	MESA DE CIRUGÍA	N/A	N/A	N/A	CIRUGÍA
13	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER MODELO 349KLX	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
14	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIAS URGENCIAS UCI STOCK
15	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	5	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
16	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	4	STOCK	NA	NA	NA	UCI
17	SENSOR DE SATURACION DRAGER, NIHON KONDHEN, MINDRAY	12	STOCK	NA	NA	NA	UCI CIRUGIA HOSPITALIZACION URGENCIA
18	BOMBILLO DE WELCH ALLYN 3000 - 3100	2	STOCK	N/A	N/A	N/A	PEDIATRIA

10. SE PRESENTARON VISITAS EXTERNAS (DETALLAR INFORMACIÓN). EN CASO DE NO PRESENTARSE COLOCAR NA.

Para el mes de noviembre no se presentaron visitas externas.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE MANTENIMIENTO



Imagen. 1. Verificación de sensor SPO2, cambio de cal sodada de cirugía y control de auto test de máquinas de anestesia

Imagen. 2 . Verificación de Pulsioxímetros, camas controles y Apoyo a esteriliz

Calle 8 No 81 - 02 Oficina A34 Bosques de Cantabria - Neiva – Colombia.
Teléfono: 8667704 - Cel. 316 7424262
E-mail: disconmed@gmail.com

NIT. 901.841.827-0

La Plata, 17 de diciembre de 2025

Doctor(a):
CESAR GONZALES
Sub-Gerente
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

Asunto: Informe de Ejecución de Actividades Contrato No. 477-2025, Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los Equipos Biomédicos

Cordial saludo.

Como es de su total conocimiento la empresa **DISCONMED SAS**, Representada Legalmente por **JULY ALEXANDRA VÁSQUEZ CABRERA**, mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.220.580 expedida en la ciudad de Neiva, me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia que tiene como objeto: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA, QUE GARANTICE LAS CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS; para ello se anexa un informe técnico-cualitativo de las actividades particulares y relevantes que tuvieron lugar durante el periodo del 1 al 31 de diciembre del año en curso con el fin de que la institución conozca el estado actual funcional de su tecnología biomédica.

Cordialmente,

JULY ALEXANDRA VASQUEZ CABRERA
Representante legal.
DISCONMED SAS.

Calle 8 No 81 - 02 Oficina A34 Bosques de Cantabria - Neiva – Colombia.
Teléfono: 8667704 - Cel. 316 7424262
E-mail: disconmed@gmail.com

1. INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, que garantice las condiciones normales de funcionamiento de estos.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre del 2025

2. INFORMACION DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO 477-2025	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL INFORME
El contratista se compromete a tener disponibilidad de atención de acuerdo a la funcionalidad de la ESE, la disponibilidad presencial del personal en el horario pertinente es de lunes a viernes de 07:30 am a 6:00 pm, para el caso del horario nocturno y festivo se dará soporte telefónico en el momento que se requiera y soporte técnico presencial dentro de 1 hora siguiente al llamado, este debe ser brindado por personal técnico cualificado y habilitado con certificado de recurso humano ante el Invima (art. 39 decreto 4725/2005). el servicio de la visita técnica, diagnóstico, configuración y mano de obra correctiva deberá brindarse las veces necesarias durante la ejecución del contrato sin costo adicional, el anterior horario no aplica para el encargado de alistamiento de salas de cirugía quien deberá iniciar la verificación de los equipos biomédicos a las 7:00 am.	Se da cumplimiento a todos los requerimientos de disponibilidad, cumpliendo los horarios establecidos en el contrato. -Disponibilidad y Horarios Se realiza cronograma de disponibilidad interno para garantizar la cobertura total: -Horario General Presencial (lunes a viernes, 07:30 a 18:00): Se garantiza la presencia del personal cualificado en el Taller Biomédico y las diferentes áreas de la institución. Así mismo, durante la ejecución del contrato se prestan los servicios de visita técnica, diagnóstico, configuración y mano de obra correctiva sin costo adicional. -Horario de Alistamiento de Salas de Cirugía: Se ha asignado al personal responsable para iniciar la verificación de los equipos biomédicos en las salas de cirugía a las 7:00 am, cumpliendo con la excepción contractual. -Horario nocturno y festivo: La persona encargada prestará su servicio ya sea de forma remota o presencial dentro del tiempo de respuesta estimado.
El contratista deberá entregar un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada	Se entrega 15 reportes de mantenimiento correctivo realizados

uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio, el cual tendrá que ser archivado y organizado en las carpetas y hojas de vida que se tenga para dicho control.	durante el mes de diciembre en los diferentes servicios del hospital, los cuales son organizados en las carpetas correspondientes.
Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objetos del contrato, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la E.S.E Hospital Departamental San Antonio De Padua, de presentarse alguna eventualidad se dele presentar la justificación.	Se da cumplimiento con los reportes de mantenimiento preventivo de acuerdo con el cronograma establecido por la E.S.E Hospital Departamental San Antonio De Padua; con un total de 112 reportes organizados de la siguiente manera; RADIOLOGÍA: 5, GINECO-OBSTETRICIA: 66, LABORATORIO CLÍNICO: 32, GASTROENTEROLOGÍA: 10, los cuales fueron entregados en todos los servicios correspondientes.
Colocar un sticker de control de intervenciones de mantenimiento preventivo en cada equipo, este debe tener como mínimo la siguiente información: fecha de realización de la intervención, logo de la empresa, responsable del mantenimiento, en un material que debe ser resistente a los procesos de limpieza y desinfección.	Se da cumplimiento en cada uno de los mantenimientos preventivos que se deben realizar, se evidencia la fecha y el mantenimiento y la firma del ingeniero que lo realiza.
Presentar informes mensuales de actividades realizadas con indicadores de cumplimiento según los lineamientos de la institución, discriminando servicio, equipo, marca, modelo, serie y placa de inventario, así como los reportes de servicio totalmente diligenciados, archivadas y entregados con el recibido satisfacción del ingeniero biomédico de la ESE, este informe se debe presentar los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la ejecución esto como soporte previo obligatorio para el trámite de facturación.	Se presenta el informe mensual de las actividades realizadas con los indicadores de cumplimiento según los lineamientos de la institución, discriminando servicio, equipo, marca, modelo, serie y placa de inventario, así como los reportes de servicio totalmente diligenciados. El listado detallado de los equipos que recibieron mantenimiento preventivo se encuentra adjunto en el anexo de este informe con los indicadores de mantenimiento preventivo y correctivo.
La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Padua, por las dinámicas propias de su labor podrá incluir/excluir, aumentar/disminuir equipos, elementos o accesorios o repuestos, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello el contratista deberá asumir en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.	Se da cumplimiento a esta obligación Este informe documenta las fallas recurrentes del equipo, lo que permite evaluar su desempeño y determinar la necesidad de una actualización o reemplazo de la tecnología. La toma de decisiones para estas evaluaciones y posibles sustituciones tecnológicas se alinea y ajusta a los hallazgos identificados durante la ejecución del Cronograma de

	Mantenimiento Preventivo establecido, asegurando una gestión proactiva del ciclo de vida de los equipos.
Obrar con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.	Nuestro compromiso es garantizar la excelencia en cada fase del proyecto. Actuamos con transparencia y buena fe, optimizando los procesos para asegurar el cumplimiento de los plazos y evitar retrasos innecesarios en la ejecución.
Cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial en las cantidades, condiciones tiempo y lugar que considere la E.S.E Hospital Departamental San Antonio De Padua sin costo adicional y de acuerdo con el cronograma de capacitaciones vigente por la E.S.E Hospital Departamental San Antonio De Padua	Se realiza la capacitación en el Área de Hospitalización y Pediatría con los equipos Biomédicos: Bombas de infusión, Monitor signos vitales, Desfibrilador en su funcionamiento, limpieza y desinfección.
Anexar hojas de vida al personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral cursos, registro Invima), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.	Se da cumplimiento; Se anexa las hojas de vida de los dos (2) ingenieros de mantenimiento Biomédicos, con sus respectivos soportes como evidencia de lo solicitado
El personal que realiza los mantenimientos deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales.	Se da cumplimiento las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente, junto con los elementos de protección personal. Como también se cuenta con las herramientas y equipos necesarios para cumplir las diferentes actividades dentro de la institución
El proveedor deber adherirse, participar y cumplir la normatividad vigente del decreto 4725/2005.	Se da cumplimiento. DISCONMED se adhiere a participar de la normatividad 4725/2005, teniendo en cuenta las disposiciones de la E.S.E ya aplicadas en pro de la norma.
El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según el decreto 4816/2008, para gestión y trámite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente contrato, de igual forma deberá cumplir con el programa institucional de tecnovigilancia.	Se da cumplimiento, DISCONMED se adhiere a participar y cumplir los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia.

El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos normativos vigentes según la res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.	Se da cumplimiento, DISCONMED se adhiera a participar y cumplir los requerimientos de la res. 3100/2019 y normatividad vigente.
El contratista se compromete a realizar conceptos técnicos de equipos por daño irreparable se encuentren en el servicio o en las bodegas que sirvan como soporte técnico al proceso y al formato institucional.	Se da cumplimiento y seguimiento de los equipos de la ESE Hospital Departamental San Antonio Padua, según criterio y solicitud del contratante.
En caso de presentar cambio de personal avalado en la convocatoria, este debe ser evaluado previamente por el apoyo técnico del contrato; la persona nueva deberá presentar la hoja de vida con sus respectivos soportes y cumplir con las mismas condiciones o mejores del requerimiento inicial.	DISCONMED informara en su momento si se llegue a cambiar a algún funcionario de la empresa, para ser evaluado.
El contratista se compromete a apoyar las labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida, archivo, capacitación y entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad, rondas de verificación de funcionamiento y rondas de alistamiento en salas de cirugía.	Se da cumplimiento, se realiza el archivo técnico correspondiente a los reportes de servicio y el certificado de calibración, en las siguientes hojas de vida: REPORTES DE SERVICIO TÉCNICO: Radiología: 5- Gineco- obstetricia: 66 - laboratorio clínico: 32 - Gastroenterología: 10 TOTAL: 112 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Urgencias:10- Ambulancia: 4 Gastroenterología: 2- Consulta Externa: 3- Cirugía: 6- Ginecobstetricia: 5- Hospitalización: 4- Pediatría: 6- Sistemas: 5- Vacunación: 2- Almacén: 2- Esterilización: 5 TOTAL: 54 Se realizó la actualización de 56 Hojas de vida de equipos de la UCI
Garantizar que el personal del proveedor se encuentra afiliado a la Administradora de Riesgos Laborales ARL. Estar al día con el pago de la Seguridad Social y Parafiscales según normatividad vigente aplicable.	Se da cumplimiento. DISCONMED cuenta con todo el personal afiliado a la Administradora de Riesgos Laborales ARL, como también a la Seguridad Social y Parafiscales según se evidencia en La planilla N_9496496608 del diciembre.
Brindar apoyo al Ingeniero Biomédico de la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua en las actividades relacionadas con el área biomédica que este le asigne.	Se da cumplimiento en el apoyo al Ingeniero de la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.

Una vez ejecutados todos los mantenimientos preventivos del mes enviar estos de forma digital al Ingeniero Biomédico de la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua	Se da cumplimiento a esta obligación, haciendo la entrega al Ingeniero Biomédico de la ESE de todos los mantenimientos preventivos del mes de diciembre.
Apoyo y verificación de los procesos de metrología biomédica, archivar cada certificado de metrología en la hoja de vida de cada equipo biomédico.	Se verificaron todos los procesos de metrología biomédica, archivando cada certificado de metrología en la hoja de vida del equipo biomédico correspondiente.
Garantizar de manera presencial los servicios de dos Ingenieros Biomédicos con experiencia para la ejecución del contrato.	Se garantiza la disponibilidad y prestación presencial de los servicios de dos (2) Ingenieros Biomédicos, ambos con la experiencia requerida, quienes estarán asignados para la ejecución del contrato durante su vigencia.
Elaborar guías de manejo rápido para cada equipo Biomédico de la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua.	Para el mes de diciembre no se programaron estas guías de manejo.
Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato.	Se da cumplimiento. DISCONMED ejecutará lo pactado en el contrato de Prestación de Servicio No.477-2025 convenido con la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Antonio De Padua de La Plata Huila.
Ejercer el autocontrol en todas las actividades que le sean asignadas para garantizar la correcta ejecución del contrato.	Se da cumplimiento mediante la disposición de los tiempos en los que se ejecuten los mantenimientos y demás tareas asignadas.
Cumplir con todas las políticas Institucionales establecidas en el Hospital Departamental San Antonio De Padua.	Se da cumplimiento siguiendo todas las políticas Institucionales establecidas por la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua de La Plata Huila.
El contratista debe cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según la normatividad vigente.	Se da cumplimiento con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Las demás funciones requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por la gerencia del hospital.	Se da cumplimiento a esta obligación en virtud del objeto del presente contrato.

3. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Se recibe el consolidado de la tecnología biomédica entregado por la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua a la empresa DISCONMED, la cual se adjunta al presente informe. Dicho registro incluye las actualizaciones realizadas a la fecha, con el detalle e identificación de cada servicio y estará sujeto a las modificaciones que surjan en el transcurso del cronograma establecido.

4. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AÑO 2025

Grafico1.
TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AÑO 2025



MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
HSDP	97%	99,80%	100%	96,50%	98,20%	99,10%	98,40%	97,40%	100%	95%	98%	100%	98%

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	254	389	112	269	389	112	3057
Total, de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	393	112	258	394	112	3086

METAS DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	112/112= 1*100%=100%
ACEPTABLE	95%-85%	
INSASTIFECHO	<85%	

ANÁLISIS

El Gráfico 1 ilustra los resultados del indicador de tendencia de la proporción de cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre se logró el 100% de los mantenimientos programados en los servicios de diciembre. Como resultado, el indicador para el mes de diciembre de 2025 alcanzó un promedio sobresaliente del 100,0%. Cabe aclarar que la información anterior de los meses de enero a octubre, la cual fue suministrada por el jefe del taller Biomédico.

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

No aplica, el indicador alcanzado a la meta

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, el indicador alcanzado a la meta

4.1 Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo programado según el cronograma establecido. Se realizó el proceso a todos los equipos biomédicos ubicados en las áreas habilitadas en la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua

- **RADIOLOGÍA**
- **GINECO-OBSTETRICIA**
- **LABORATORIO CLÍNICO**
- **GASTROENTEROLOGIA**

4.2 El área de biomédica da cumplimiento al servicio de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del hospital; se realizó seguimiento al cronograma de mantenimiento en el cual se incluyen todos los servicios al alcancé del contrato. La Tabla 1 muestra la programación por servicio para el mes de diciembre.

Imagen 1. Cronograma de Mantenimiento preventivo



FORMATO CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMEDICO
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

FECHA: 08/04/2026
CODIGO: MAC-GIT-B-F-003
VERSION: 01
PÁGINA: 1 de 1

EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	N° ACTIVO	SEDE	UBICACIÓN	SERVICIO	CLASIFICACION (DX, TRATAMIENTO, REHABILITACION...E TC)	CLASIFICACION DE RIESGO	MODALIDAD	REGISTRO INVIMA O..	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE GARANTIA	VIGENCIA	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD DE MTTO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
																		PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN			PROGRAMADO	EJECUCIÓN		

Tabla 1. Cronograma de mantenimiento ESE San Antonio de Padua.

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS	VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1

FECHA ELABORACIÓN	6	ENERO	2025

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN	ANUAL

FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGIA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES

CALIBRACION	MAYO

4.3 LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE REALIZÓ EL MANTENIMINETO PREVENTIVO:

TABLA 2- INVENTARIO DE RADÍOLOGIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
ARCO EN C	GENERAL ELECTRIC	BRIVO 785	B3SS1800256	V105763	QUIROFANO 2 - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, CORROSIÓN EN ESTRUCTURA, LLANTAS DIFUCULTA EN EL TRANSPORTE DEL EQUIPO
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VERSANA PREMIER	6141521WX0	N/R	CONSULTORIO 9 - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, EL EQUIPO PRESENTA FRACTURA EN CABLE DE TRANSDUCTOR RECTO, NO AFECTA SU FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	N/A	RAYOS X - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, PRESETNA CORROSIÓN EN SU ESTRUCTURA, SIN LED TESTIGO EN EL COLIMADOR.
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	OPTIMA RX220	SB2201800074WK	V105764	RAYOS X - RAYOS X	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN SISTEMA DE CARGA DE BATERIAS, SE RETIRAN BATERIAS POR SOLICITUD DEL CLIENTE
RAYOS X PORTATIL	SHIMADZU	MOBILE DART EVOLUTION	MQ00005A7005	V106150	UCI - RAYOS X	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FALLA EN LA CARGA CON SUS BATERIA, ERROR F55

TABLA 3- INVENTARIO DE EQUIPOS DE GINECO- OBSTETRICIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
BASCULA ADULTO	SECA	878	1000000009939 9	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000423	NR	SALA DE PARTOS-GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	DOMETAL	13770/02	32695	V104923	HABITACION - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTO, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1516	V106061	HABITACION - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTO, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1476	V106061	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CONTROL DE MOVIMIENTO, PRESENTA DESGASTE DE BARANDAS
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1515	V106062	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1582	V106063	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMA ELÉCTRICA	PHYSIOTRAUMA	BED 2000	19-1488	V106064	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
CAMILLA GINECOLOGICA	MAFET	M-169	N/R	V105681	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO FISICO, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TECNOLOGIA
CUNA CALOR RADIANTE	DRAGER	RW82	DSSB-0011	N/R	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE AIRE MEDICINAL
CUNA CALOR RADIANTE	DAVID NINGBO	HKN-9010	22AHZA07004	V105667	SALA DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000479	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PARCHES PARA MODO DEA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770064	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CARGADOR
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560054-M21118200005	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIC F8 EXPERT	6004215WX0	V105765	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, SE RECOMIENDA HACER ACTUALIZACION DE SOFTAWARE, PRESENTA DAÑO EN TRANSDUCTOR CONVEXO

NIT. 901.841.827-0

ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	310017-M1411770030	V104900	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVP, SE RECOMIENDA RENOVACION DE TECNOLOGIA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	N/R	100144V	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15785DM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15401KM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15351KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15370KM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15312KM	NR	POST PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15806DM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15817DM	NR	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	N/R	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	N/R	N/R	CONSULTORIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CAMBIO MEMBRANA, NO CUENTA CON MEMBRANA MODO PEDIATRICA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
LAMPARA CIELITICA	DRAGER	POLARIS 100	ASSE-0023	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	MAFET	ELECTRICA	N/R	V105682	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DESGASTE DE CUELLO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	LEINBINGER	6534011	N/R	100919V	SALA PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

MESA DE PARTO	MUBI	IXYS	99466	NR	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035175	V105950	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLES ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021329	V105408	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021330	V105406	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLES DE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021328	V105511	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016005	V105292	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128144	V105994	MONITORIZACION - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130297	V106010	PASILLO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130293	V106009	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130287	V106012	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130246	V106013	POSTPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130247	V106005	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE ECG.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128157	V106007	PREPARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, NO CUENTA CON CABLE DE ECG, PRESENTA FRACTURA EN BASES PARA FIJACION A SOPORTE DE PARED
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130296	V106011	SALA PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130291	V106021	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750004	N/R	MONITOREO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M21900520006	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DETERIORO EN SENSOR TOCO,
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO EN TALLER DE BIOMEDICA POR REPUESTOS
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22805490001	N/R	TRABAJO DE PARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO EN CABLES Y SENSOR TOCO TRANSDUCTOR Y ULTRASONIDO

PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19200980012	V105901	SERVICIO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO REQUIERE SENSOR NEONATAL, REQUIERE BATERIAS
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600015	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870045	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE PACK DE BATERIAS RECARGABLES
RESUCITADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	RD900ASU	130321001067	V105691	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	.080600001694	484	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
SUCCIONADOR	THOMAS	1135	110300004074	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	ALPK2	BARIATRICO	715434	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN CRISTAL, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETES DE DOS VIAS
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	1248872	N/R	ESTACION DE ENFERMERIA - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	160803184017	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	160803190227	N/R	SALA DE PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	N/R	PARTOS - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	NR	NR	N/R	SALA PREPARTO - GINECOBSTETRICIA Y PARTOS	EQUIPO OPERATIVO

TABLA 4- INVENTARIO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLÍNICO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	010108-1407-0221	V105302	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WB7	1204-0039	99459V	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
CENTRIFUGA	ROTOFIX	1206-01	0012164-06	V106975	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	35002790593	362	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO FISICO, DAÑO SUJETADOR TAPA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACIÓN DE TECNOLOGIA

CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	4320052	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, DETERIORO FISICO, DAÑO SUJETADOR TAPA, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION DE TECNOLOGIA
HORNO DE CULTIVOS	P-SELECTA	2000207	169366	363	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, CULMINACIÓN VIDA UTIL, SE RECOMIENDA HACER RENOVACION TECNOLOGICA
MICROSCOPIO	CARL ZEISS	PRIMO STAR	3144054519	NR	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-30	5H2322	99399V	LAB. BACKUP - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO NO ENCONTRADO EN SERVCIO
PIPETA	BOECO	100-1000	OK105786	N/R	AREA TECNICA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA GOLPE EN CARCAZA, PRESENTA FRACTURA EN SOPORTE DE APOYO
PIPETA	BOECO	20-200	PC153534	N/R	CENTRO TRANSFUCIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN SU CARCAZA
PIPETA	BOECO	05-50	OK106937	N/R	CENTRO TRANSFUCIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO NO OPERATIVO, PRESENTA FRACTURA EN ENGRANES INTERNOS QUE NO PERMITE EL AJUSTE DE VOLÚMENES
PIPETA	BRAND	25-250	09G21619	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACION DE PUNTAS DEBIDO AL DESGASTE EN GUIAS
PIPETA	HUMAN	5-50	09F74991	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	100-1000	08D7174	N/R	LABORATORIO - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE PUNTAS
PIPETA	BRAND	5-50	08R6064	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	100-1000	08D7177	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, PRESENTA DAÑOS EN SISTEMA DE ELIMINACION DE PUNTAS
PIPETA	BOECO	25	ME907366	N/R	MICROBIOLOGIA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	HUMAN	200	22B27364	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
PIPETA	BRAND	25-250	06U2752	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO

PIPETA MULTICANAL	HUMAN	30-300	02K21452	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-1	N/R	AREA TECNICA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-2	N/R	CENTRO TRANSFUSIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-10	N/R	MICROBIOLOGÍA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	NR	HTC-2	T-12	NR	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO, ANEXADO A INVENTARIO DURANTE MANTENIMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NR	HTC-2	T-11	N/R	PRUEBAS ESPECIALES - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	T-3	N/R	CENTRO TRANSFUSIONAL - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	T-9	N/R	CONG. PLASMA - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	T-4	N/R	NEV. #1 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	T-5	N/R	NEV. #2 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	T-7	N/R	NEV. #3 - REFRIGERACION - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	T-6	N/R	NEV. #3 - CONGELADOR - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE-FREEZER	T-8	N/R	NEV. #4 - LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO OPERATIVO

TABLA 5 – INVENTARIOS DE EQUIPOS DE GASTROENTEROLOGIA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-29096670	V106979	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	GS 777	901093	V106995	RECUPERACION - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO, REQUIERE CABLE A ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE (USB-USB)
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	N/A	V106994	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
LARINGOSCOPIO	WELCHA ALLYN	60813	N/A	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	iM50	360069-M24315390017	V106983	RECUPERACION - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	iM50	360069-M23c11200009	V106982	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	PRECALIBRADO	127799	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO

SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	140108	V106981	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT ADULTO	´210416101349	V106992	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO
TERMOHIGROMETRO	GENERICO	HTC-2	NR	NR	PROCEDIMIENTOS - GASTROENTEROLOGÍA	EQUIPO OPERATIVO

5. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMINETO CORRECTIVO REALIZADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

Gráfico 2.
TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADOS -2025



MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
META	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	95%
HDSP	0,40%	0,10%	0,60%	0%	0,40%	0,40%	1,40%	0,30%	0,40%	0%	1,38%	1,88%	0,61%

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
Numero de mantenimineto correctivos de equipos	3	1	5	8	3	3	11	2	3	0	11	15	5,416666667
Total de equipos biomedicos existentes	803	797	796	775	764	764	765	765	766	803	797	796	782,58

METAS DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	15/796=1,88 %
ACEPTABLE	2.1-3.9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el mes de diciembre se presentaron 15 acciones correctivas relacionadas a continuación: 1 Centrales, 3 Cirugía, 1 Gineco-obstétrica, 1 Hospitalización, 1 Laboratorio clínico, 1 Radiología, 6 Urgencias, 1 Pediatría

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

Los principales correctivos surgidos durante el mes de diciembre tienen como principal causa el desgaste de materiales por uso de los equipos dentro de los servicios.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

Solicitar la oportuna entrega de repuestos que sean requeridos.

5.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y/O ENTREGAS, INSTALACIONES ACCESORIOS

En cumplimiento con la asistencia técnica inmediata, se realizaron 15 acciones correctivas que involucran equipos de toda la institución, 8 entregas e instalaciones en los servicios que requieren el cambio ya sea por uso o daño de estes o ampliación del servicio; se referencian algunos de los cuales se consideran más relevantes.

TABLA 6 – RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS E INSTALACIONES DE EQUIPOS.

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIÓN
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870042	CIRUGÍA	SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	CIRUGÍA	SE INSTALA CABLE ECG
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128131	URGENCIAS	SE REALIZA CAMBIO DE BOTON DE ENCENDIDO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1116	URGENCIAS	SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA
ELECTROCARDIOGRAMA	NIHON KOHDEN	ECG- 1150	118139	URGENCIAS	SE REALIZA ARREGLO DE TAPA DE IMPRESORA
MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-255HJTHP	N/R	TERAPIA FISICA	SE REALIZA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS POR DESGASTE DE ESTOS LO QUE AFECTABA SU ENCENDIDO Y POTENCIA

CAMA ELECTRICA	DOMETAL	13770/02	32691	HOSPITALIZACION	SE REALIZA CAMBIO DE BARANDAS DE LADO IZQUIERDO Y DERECHO, SUPERIOR E INFERIOR
CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34659	CIRUGIA	SE REALIZA REFUERZO EN EL PANEL POSTERIOR EN SU BASE, SUJETADOR DE SOPORTE Y TORNILLOS, ADEMAS SE REALIZA AJUSTE EN BISAGRAS.

6. TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

Gráfico 3.

TENDENCIA DEL ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A EQUIPOS



META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	<2%	$\frac{\text{N de incidentes asociados al uso de equiposb iomédicos}}{\text{total de incidentes reportados}} x100 =$ **0,0%**
ACEPTABLE	2,1-3,9%	
INSATISFECHO	≥4%	

ANÁLISIS

En el mes de diciembre no se registran incidentes adversos asociados a equipos biomédicos; dando un indicador del 0%

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica, se alcanza la meta

7. TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

GRAFICO 4 TENDENCIA DE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de Personal asistencial Programado en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Personal asistencial capacitada en Inducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	0/0=0%
ACEPTABLE	95-85%	
INSATISFECHO	<85%	

ANÁLISIS

En la gráfica 4. muestra una relación del 0%, ya que durante el mes de diciembre no hubo programación del personal para inducción.

MOTIVOS DE DESVIACIÓN

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

8. TENDENCIAS DE PORPOCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025



MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
META	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
SAN ANTONIO DE PADUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	17%

META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL MES
SOBRESALIENTE	>95%	2/2 =100%
ACEPTABLE	95-85%	
INSASTIFECHO	<85%	

ANALISIS

En la gráfica 5 muestra una relación del 100%, ya que durante el mes de diciembre se hicieron las dos capacitaciones pautadas en los servicios de hospitalización y pediatría. Las listas de asistencias se encuentran archivadas en la carpeta de capacitaciones en el taller de biomédica.

MOTIVOS DE DESVIACION

No aplica

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR

No aplica

9. LISTADO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICO

N°	REPUESTO	CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
1	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 3000	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
2	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 6000	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
3	BOMBILLO WELCH ALLYN REF. 6100	4	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
4	BRAZALETE DE 1 VÍAS ADULTO	20	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
5	BRAZALETE DE 2 VÍAS PEDIÁTRICO	1	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
6	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 13 A 19 CM	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
7	BRAZALETE DE UNA VÍA PEDIÁTRICO 18 A 26 CM	7	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
8	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 3	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
9	BRAZALETE UNA VÍA NEONATAL REUTILIZABLE NO 5	5	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS
10	BRAZO METALICO	1	MESA DE CIRUGÍA	N/A	N/A	N/A	CIRUGÍA
11	CARGADOR PARA BASCULA MARCA HEALTH O METER	3	STOCK	NA	NA	NA	TODOS SERVICIOS

	MODELO 349KLX						
12	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR AIR LIQUIDE MONNAL T60	6	VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	12425 12431 12432 12427 12448 STOCK	AMBULANCIA S URGENCIAS UCI STOCK
13	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	5	VENTILADOR	CAREFUSION	VELA	CAT04515 CAT04617 CAT04663	UCI
14	CUERPO DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR CAREFUSION VELA COMPREHENSIVE	4	STOCK	NA	NA	NA	UCI
15	SENSOR DE SATURACION DRAGER, NIHON KONDHEN, MINDRAY	15	STOCK	NA	NA	NA	UCI CIRUGIA HOSPITALIZACION URGENCIA
16	BOMBILLO DE WELCH ALLYN 3000 - 3100	2	STOCK	N/A	N/A	N/A	PEDIATRIA
17	CABES ECG PARA MONITORES NIHON KHODEN, MINDRAY, DRAGER	20	STOCK	N/A	N/A	N/A	TODOS LOS SERVICIOS
18	AROS PARA CAMPANA FONENDOSCOPIO ADULTO WA	7	STOCK	N/A	N/A	N/A	TODOS LOS SERVICIOS
19	BATERIA DE VIDEOLARINGO MARCA MEDTRONIC	2	VIDEO DE LARINGO	MEDTRONIC	MCGRATH	391452 391975	UCI

10. **SE PRESENTARON VISITAS EXTERNAS (DETALLAR INFORMACIÓN). EN CASO DE NO PRESENTARSE COLOCAR NA**.

N/A

11. REGISTRO FOTOGRAFICIO DE MANTENIMIENTO



NIT. 901.841.827-0

Calle 8 No 81 - 02 Oficina A34 Bosques de Cantabria - Neiva – Colombia.
Teléfono: 8667704 - Cel. 316 7424262
E-mail: disconmed@gmail.com

NIT. 901.841.827 – 0

REPORTE DE SERVICIO DE CALIBRACION

SOLICITANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA **UBICACIÓN:** LA PLATA - HUILA

DIRECCIÓN: CALLE 11 ESTE No. 2A - 5 **TELÉFONO:** 6088370149

A continuación se relaciona los equipos que conforme al cronograma establecido se realizó la respectiva calibración ó validación sea el caso.

EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	N° ACTIVO	UBICACIÓN	SERVICIO	NUMERO DE CERTIFICADO	ESTADO
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	010108-1407-0221	V105302	LAB. CLÍNICO	LABOTATORIO CLINICO	DIS25-004	CUMPLE
AUTOCLAVE	MATACHANA	SC500/S1000	E-30416	V105643	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACION	DIS25-497	CUMPLE
AUTOCLAVE	ARAVELL	MA150	578	NR	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACION	DADO DE BAJA	
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WB7	1204-0039	99459V	LAB. CLÍNICO	LABORATORIO	DIS25-005	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	160 KG	1600006475	N/R	CIRUGIA	EST. ENF.	DIS25-099	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038354	V104725	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 1	DIS25-100	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038302	V104795	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 11	DIS25-101	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078093	V104797	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 12	DIS25-102	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038364	V104798	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 2	DIS25-103	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038445	V104796	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 4	DIS25-104	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076769	VV106443	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 5	DIS25-105	CUMPLE
BASCULA ADULTO	SECA	813	8813265151160	V106219	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 6	DIS25-106	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500038301	V104793	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 7	DIS25-107	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500076770	V106591	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 8	DIS25-108	CUMPLE
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099399	N/R	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-109	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074172	V106592	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-110	CUMPLE
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099400	V105882	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-111	CUMPLE
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500074173	V106442	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-112	CUMPLE
BASCULA ADULTO	SECA	813	8813265151153	V106219	UCI	EST. ENF.	NO ESTA	
BASCULA ADULTO	HEALTH O METER	349KLX	3500078058	N/R	URGENCIAS	CONSULTORIO 3	DIS25-114	CUMPLE
BASCULA ADULTO	SECA	878	10000000099397	V105881	URGENCIAS	TRIAGE	DIS25-115	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	524 KL	5240005365	V105884	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-116	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004115	V105886	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 1	DIS25-117	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	SECA	354	8354303210649	V105388	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 11	DIS25-118	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000390	V107007	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 12	DIS25-119	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1522 K	1522010960	NR	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 3	DIS25-120	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000384	V107008	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 8	DIS25-121	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000423	V107010	GO Y PARTOS	SALA DE PARTOS	DIS25-122	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	522KL	5220008998	V106593	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-124	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	CHARDER	MS3500	C22006905	V106441	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-125	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	1524KL	1524004066	N/R	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-126	CUMPLE

BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000382	V107006	URGENCIAS	CONSULTORIO 4	DIS25-127	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	ADE GERMANY	M118600	55568-0000380	V107009	URGENCIAS	TRIAGE	DIS25-128	CUMPLE
BASCULA PEDIATRICA	TANITA	1583	810312	N/R	GO Y PARTOS	SALA PREPARTO	SE DIO DE BAJA	
BASCULA PEDIATRICA	HEALTH O METER	524KL	5240005492	N/R	URGENCIAS	TRIAGE	EN TALLER REQUIEREN	
CENTRIFUGA	ROTOFIX	1206-01	0012164-06	NR	LAB. CLÍNICO	LABORATORIO	DIS25-001	CUMPLE
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	4320052	N/R	LAB. CLÍNICO	LABORATORIO	DIS25-002	CUMPLE
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPAC II	35002790598	362	LAB. CLÍNICO	LABORATORIO	DIS25-003	CUMPLE
CENTRIFUGA DE TARJETAS	BIORAD	37 6S	1001395	NO REGISTRA	LAB. CLÍNICO	CENTRO TRANSFUCIONAL	DIS25-008	CUMPLE
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20401865	NO REGISTRA	ALMACEN	ALMACEN	DIS25-472	CUMPLE
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20313433	NO REGISTRA	ALMACÉN	ALMACEN	DIS25-473	CUMPLE
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20310016	NR	UCI	CUARTO DE EQUIPOS	DIS25-479	CUMPLE
CPAP	BMC	RESMART	Y2C20314383	NR	UCI	CUARTO DE EQUIPOS	DIS25-478	CUMPLE
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34660	1255	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-312	CUMPLE
CUNA CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISISTEM 2051	FAE-34659	1438	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-313	CUMPLE
CUNA CALOR RADIANTE	DRAGER	RW82	DSSB-0011	N/R	GO Y PARTOS	SALA DE PARTOS	DIS25-495	CUMPLE
CUNA CALOR RADIANTE	DAVID NINGBO	HKN-9010	22AHZA07004	V105667	GO Y PARTOS	SALA DE PARTOS	DIS25-259	CUMPLE
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-29096670	V106979	GASTROENTEROLOGÍA	GASTROENTEROLOGÍA	DIS25-249	CUMPLE
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	905	V105774	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DIS25-250	CUMPLE
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008067	V106133	CIRUGIA	CARRO DE PARO	DIS25-251	CUMPLE
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000479	V105282	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-252	CUMPLE
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000480	V105281	HOSPITALIZACIÓN	CARRO DE PARO	DIS25-253	CUMPLE
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008069	V106134	UCI	CARRO DE PARO	DIS25-254	CUMPLE
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000355	V104856	AMBULANCIAS	OPP 023	DIS25-255	CUMPLE
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-96021558	V105934	AMBULANCIAS	OPP 039	DIS25-256	CUMPLE
DESFIBRILADOR	LIFEGAIN	CU-HD1	M4R3GE022	NR	AMBULANCIAS	OPP 060	DIS25-257	CUMPLE
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5631E	00906	V105775	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-258	CUMPLE
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73750000497	V105281	AMBULANCIAS	OPP 049	ERROR INTERNO DE LA BOARD	
DESFIBRILADOR DEA	NIHON KOHDEN	AED-3100	12942	NR	AMBULANCIAS	OPP 065	DIS25-368	CUMPLE
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ESS1709	N/A	AMBULANCIAS	OPP 048	DIS25-490	CUMPLE
DESFIBRILADOR DEA	ZOLL	AED PLUS	X12ESS1801	N/A	AMBULANCIAS	OZN 120	DIS25-489	NO CUMPLE BATERIA
DOPPLER FETAL	HUNTLEIHG	FD1	FD1PX1359211-13	N/A	AMBULANCIAS	OPP 023	DIS25-130	CUMPLE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770061	N/R	AMBULANCIAS	OPP 039	DIS25-131	CUMPLE

DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	D920	920LX0A07183-06	N/A	AMBULANCIAS	OPP 049	NO OPERATIVO	
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M19710830018	NR	AMBULANCIAS	OPP 060	DIS25-133	CUMPLE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	M22609770067	NR	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-134	CUMPLE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	460376-M16909000058	N/R	CIRUGIA	CARRO DE PARO	DIS25-136	CUMPLE
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0359210-13	V104718	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 5	DIS25-137	CUMPLE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770064	N/R	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-138	CUMPLE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560054-M21118200005	N/R	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-139	CUMPLE
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0359209-13	13747	HOSPITALIZACIÓN	CARRO DE MEDICAMENTOS	DADO DE BAJA	
DOPPLER FETAL	HUNTLEIHG	D920	920LX0A07318-06	N/A	AMBULANCIAS	OPP 039	DADO DE BAJA	
ECOGRAFO	MINDRAY	DP-9900 PULS	ME7C0799	1747	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 4	DIS25-475	CUMPLE
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIC F8 EXPERT	6004215WX0	V105765	GO Y PARTOS	CONSULTORIO	DIS25-476	CUMPLE
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	V2	611766WX0	V106218	UCI	PASILLO	DIS25-477	CUMPLE
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC		6141521WXO	V106406	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 9	DIS25-474	CUMPLE
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAE0007697	N/R	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-492	NO CUMPLE
ELECTROBISTURI	COVIDIEN	FORCE FX	SC62436AX	V105520	CIRUGIA	SALA	DADO DE BAJA	
ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BU1622012	NR	CIRUGIA	SALA	DIS25-493	CUMPLE
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAC0002857	N/R	CIRUGIA	SALA 1	EN BOGOTA	
ELECTROBISTURI	WEM	SS-501SX	CAC0002862	N/R	CIRUGIA	SALA 2	EN BOGOTA	
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101115	V106194	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 10	DIS25-305	CUMPLE
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118138	V105776	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-307	CUMPLE
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	310017-M1411770030	V104900	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-487	CUMPLE
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-3150	0101113	V106195	UCI	EST. ENF.	DIS25-486	CUMPLE
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	118139	V105777	URGENCIAS	SALA PROCEDIMIENTOS	NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO	
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT1	19081468	V105318	URGENCIAS	SALA PROCEDIMIENTOS	DIS25-488	CUMPLE
ELECTROESTIMULADOR	SKYLARK	SUPERSTIM	130998284	NR	TERAPIA FÍSICA	TERAPIA FISICA	DIS25-499	CUMPLE
ELECTROESTIMULADOR	INTELTEC	2332	B660752	1541	TERAPIA FÍSICA	TERAPIA FISICA	DIS25-396	CUMPLE
ELECTROESTIMULADOR	QUARK	MULTISTIM	17035	N/R	TERAPIA FÍSICA	TERAPIA FISICA	FUERA DE SERVICIO	
ELECTROESTIMULADOR	INGELSAD	NEURODIN L4	133008/1541	NR	TERAPIA FÍSICA	TERAPIA FISICA	DIS25-496	CUMPLE
ELECTROESTIMULADOR	SKYLARK	610D PLUS	09611	N/R	TERAPIA FÍSICA	TERAPIA FISICA	TALLER	
ESTERELIZADOR BAJA TEMPERATURA	STERIS	V- PRO S2	033262363	NR	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACION	DIS25-398	CUMPLE
FLUJOMETRO	MARTINS	15LPM	NR	NR	AMBULANCIAS	OPP 049	DADO DE BAJA	
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0-15 LPM	F04211	NR	GASTROENTEROLOGÍA	GASTROENTEROLOGÍA	DIS25-061	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07346GL	NR	URGENCIAS	OBSERVACION PEDIATRIA	DIS25-062	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007351GL	NR	URGENCIAS	PREOCEDIMIENTOS	DIS25-063	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0-15 LPM	FMA015809DM	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA	DIS25-064	CUMPLE
FLUJOMETRO	NO REGISTRA	0-15 LPM	NR	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA	DIS25-069	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMA007264GL	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA	DIS25-070	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMO15334KM	NR	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-072	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15787DM	NR	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-075	CUMPLE
FLUJOMETRO	NO REGISTRA	0-10 LPM	NO REGISTRA	NR	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-080	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO15798DM	NR	CIRUGIA	SALA 3	DIS25-081	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	15LPM	FMAO15797DM	NR	CIRUGIA	SALA 3	DIS25-082	CUMPLE
FLUJOMETRO	DRAGUER	0-16 LPM	2602042	NR	CIRUGIA	SALA 3	DIS25-083	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS 1	DIS25-084	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15330KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-086	CUMPLE

FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMO07405GL	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-087	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07392GL	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-088	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15300KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-089	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15313KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-090	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15362KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-091	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15365KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-092	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07368GL	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-093	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15292KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-094	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15376KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-095	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO115356KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-096	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15363KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-097	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15297KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-098	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15378KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-147	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15342KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-148	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15815DM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-150	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMA015372KM	NR	HOSPITALIZACIÓN		DIS25-151	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15803DM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-152	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15804DM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-153	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15332KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-154	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15310KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-156	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0-15 LPM	NO REGISTRA	NR	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	DIS25-159	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMAO07352G	NR	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	DIS25-160	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0-15 LPM	NO REGISTRA	NR	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	DIS25-161	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322342	NR	UCI	CUBICULO 1	DIS25-162	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322536	NR	UCI	CUBICULO 10	DIS25-163	CUMPLE
FLUJOMETRO	OXYGEN	15 LPM	14H0424	NR	AMBULANCIAS	OPP 048	DIS25-192	CUMPLE
FLUJOMETRO	**AIR IMETAN**	0-15 LPM	F07201	NR	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	DIS25-195	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	L2011	FMA007253GL	NR	AMBULANCIAS	OPP 060	DIS25-202	CUMPLE
FLUJOMETRO	MARTINS	OX	NR	NR	AMBULANCIAS	OPP 023	DIS25-205	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	UCI	CUBICULO 9	DIS25-316	CUMPLE
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/118	NR	UCI	CUBICULO 1	DIS25-317	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	SENCILLO	FMA006492GL	NR	UCI	CUBICULO 11	DIS25-318	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	UCI	CUBICULO 10	DIS25-319	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322651	NR	UCI	CUBICULO 6	DIS25-320	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	FA-150	N/R	NR	UCI	CUBICULO 8	DIS25-321	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322347	NR	UCI	CUBICULO 7	DIS25-322	CUMPLE
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/068	NR	UCI	CUBICULO 7	DIS25-323	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322269	NR	UCI	CUBICULO 6	DIS25-324	CUMPLE
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/122	NR	UCI	CUBICULO 6	DIS25-325	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322888	NR	UCI	CUBICULO 5	DIS25-326	CUMPLE
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/096	NR	UCI	CUBICULO 5	DIS25-327	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322387	NR	UCI	CUBICULO 4	DIS25-328	CUMPLE
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/116	NR	UCI	CUBICULO 4	DIS25-329	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322647	NR	UCI	CUBICULO 3	DIS25-330	CUMPLE
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/117	NR	UCI	CUBICULO 3	DIS25-331	CUMPLE

FLUJOMETRO	ASSIST	SENCILLO	61K20050258/188	NR	UCI	CUBICULO 2	DIS25-332	CUMPLE
FLUJOMETRO	OHIO	FM187B-15L-CH	61K2001200212/058	NR	UCI	CUBICULO 2	DIS25-333	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	GO Y PARTOS	POST PARTO	DIS25-337	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15312KM	NR	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-338	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15370KM	NR	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-339	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15818DM	NR	GO Y PARTOS	POST PARTO	DIS25-342	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMA015401KM	NR	GO Y PARTOS	CONSULTORIO	DIS25-344	CUMPLE
FLUJOMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	NR	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-347	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	15LPM	1360463	NR	AMBULANCIAS	OPP 065	DIS25-350	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	F07202	NR	GO Y PARTOS	POST PARTO	DIS25-334	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0-15 LPM	FMAO15345KM	N/A	AMBULANCIAS	OPP 039	ESTA EN TALLER	
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-113	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-123	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA	SALA 2	DADO DE BAJA	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015814DM	NR	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-418	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO015813DM	NR	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-417	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07264GL	NR	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 10	URGENCIAS	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15288KM	NR	GO Y PARTOS	POST PARTO	URGENCIAS	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15287KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DADO DE BAJA	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15285KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DADO DE BAJA	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15306KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	FALTA	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15373KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15290KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15426KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15308KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15359KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15283KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15309KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15281KM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-141	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-142	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007316GL	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-155	CUMPLE
FLUJOMETRO	ACARE	SENCILLO	1322563	NR	UCI	CUBICULO 8	FALTA	
FLUJOMETRO	OHIO	H2012	QALL01525	NR	UCI	CUBICULO 11	FALTA	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007266GL	NR	URGENCIAS	PREOCEDIMIENTOS	DIS25-383	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA007352GL	NR	URGENCIAS	PREOCEDIMIENTOS	FALTA	
FLUJOMETRO	GENERICO	0 - 15 LPM	NR	NR	URGENCIAS	PREOCEDIMIENTOS	DIS25-143	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	URGENCIAS		DIS25-065	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	V106207	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-073	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	1 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-077	CUMPLE
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	1 - 15 LPM	NR	V106203	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-079	CUMPLE
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015286KM	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO07317GL	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015367KM	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015311KM	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	

FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015295KM	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	NO OPERATIVO	
FLUJOMETRO	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15788DM	NR	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-074	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	PEDIATRÍA		DIS25-068	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15799DM	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-157	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	1 - 15 LPM	FMAO15800DM	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-158	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-173	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-174	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA	DIS25-085	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15794DM	NR	GO Y PARTOS		DIS25-335	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15793DM	NR	GO Y PARTOS		DIS25-336	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15805DM	NR	URGENCIAS		DIS25-066	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15806DM	NR	GO Y PARTOS	POST PARTO	DIS25-067	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMA015799DM	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	NO SE ENCUENTRA	
FLUJOMETRO DOBLE	GENERICO	0 - 15 LPM	F07201	NR	URGENCIAS	PREOCEDIMIENTOS	NO SE ENCUENTRA	
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	V106206	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-071	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	NR	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-076	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AIR IMETAN	0 - 15 LPM	NR	V106205	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-078	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15816DM	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-149	CUMPLE
FLUJOMETRO DOBLE	AMVEX	0 - 15 LPM	FMAO15817DM	NR	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-340	CUMPLE
GRAMERA	WEIHENG	WH-BOQ	N/R	N/R	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-311	CUMPLE
HORNO DE CULTIVOS	P-SELECTA	2000207	169366	363	LAB. CLÍNICO	MICROBIOLOGIA	DIS25-006	CUMPLE
INCUBADORA	ATOM INFANT	V-80	3010824	100380V	PEDIATRÍA	NEONATOS	DIS25-483	CUMPLE
INCUBADORA	FANEM	1186C	CN 3413	V104630	PEDIATRÍA	NEONATOS	DIS25-484	CUMPLE
INCUBADORA DE TARJETAS	BIORAD	37SI	1001560	NO REGISTRA	LAB. CLÍNICO	CENTRO TRANSFUCIONAL	DIS25-007	CUMPLE
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	36130102028	N/A	AMBULANCIAS	OPP 039	DIS25-351	CUMPLE
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	A36BAAA09001	N/A	AMBULANCIAS	OPP 049	DIS25-352	CUMPLE
INCUBADORA HEMOCULTIVO	BD	BACTEC FX40	FF2603	D-4668	LAB. CLÍNICO	MICROBIOLOGIA	DIS25-022	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	UCI	CUBICULO 1	DIS25-437	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	UCI	CUBICULO 10	DIS25-442	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	UCI	CUBICULO 11	DIS25-447	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	UCI	CUBICULO 2	DIS25-439	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	UCI	CUBICULO 3	DIS25-443	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	UCI	CUBICULO 4	DIS25-444	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	UCI	CUBICULO 5	DIS25-445	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	UCI	CUBICULO 6	DIS25-446	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	UCI	CUBICULO 7	DIS25-440	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430320	NR	NR	UCI	CUBICULO 8	DIS25-438	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	UCI	CUBICULO 9	DIS25-441	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	UCI	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-448	CUMPLE
INFUSOR DE PRESION	SPHYAMOMANOMETER	2430219	NR	NR	UCI	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-449	CUMPLE
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	437-06	V104625	PEDIATRÍA	NEONATOS	DIS25-481	CUMPLE
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-GT	433-06	101753V	PEDIATRÍA	NEONATOS	DIS25-482	CUMPLE
MAQUINA ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0249	V105778	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-468	CUMPLE
MAQUINA ANESTESIA	DRAEGER	PRIMUS	ASKL 0250	NR	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-470	CUMPLE
MAQUINA ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	ER-42002202	V104905	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-471	FUERA RANGO EN VOLUMEN

NIT. 901.841.827 – 0

MAQUINA ANESTESIA	DRAEGER	FABIUS PLUS XL	ASMJ-0128	V105926	CIRUGIA	SALA 3	DIS25-469	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018706	N/R	AMBULANCIAS	OPP 039	DADO DE BAJA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130283	V106008	GO Y PARTOS	PASILLO	DADO DE BAJA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	iM50	360069-M24315390017	V106983	GASTROENTEROLOGÍA	GASTROENTEROLOGÍA	DIS25-023	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	iM50	360069-M23c11200009	V106982	GASTROENTEROLOGÍA	GASTROENTEROLOGÍA	DIS25-024	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3745	V106227	URGENCIAS	OBSERVACION URGENCIAS	DIS25-025	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1126	V106101	URGENCIAS	OBSERVACION HOMBRES	DIS25-026	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1127	V106092	URGENCIAS	OBSERVACION HOMBRES	DIS25-027	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1106	V106109	URGENCIAS	OBSERVACION HOMBRES	DIS25-028	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1128	V106108	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DIS25-029	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3732	V106225	UCI	CUBICULO 9	DIS25-030	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1109	V106095	URGENCIAS	OBSERVACION PEDIATRIA	DIS25-031	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1125	V106096	URGENCIAS	OBSERVACION MUJERES	DIS25-032	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1120	V106111	URGENCIAS	OBSERVACION MUJERES	DIS25-033	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1114	V106110	URGENCIAS	OBSERVACION MUJERES	DIS25-034	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1121	V106107	URGENCIAS	OBSERVACION MUJERES	DIS25-035	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021401	V105405	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 6	DIS25-036	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125449	V105773	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 7	DIS25-037	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130304	V105998	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-038	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130306	V106000	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-039	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128147	V105999	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-040	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130305	V106004	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-041	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130245	V105997	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-042	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130288	V106002	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-043	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562 K	17001	V105766	CIRUGIA	CARRO DE PARO	DIS25-044	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IPM10	FG43011743	V104908	CIRUGIA	SALA 3	DIS25-045	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130248	V106001	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-046	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010142	V104904	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-047	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S25MM0196	V105928	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-048	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130309	V106018	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-049	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3769	V106224	UCI	CUBICULO 6	DIS25-050	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1107	V106099	UCI	CUBICULO 4	DIS25-051	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3743	V106222	UCI	CUBICULO 7	DIS25-052	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3740	V106226	UCI	TRANSPORTE	DIS25-053	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3747	V106221	UCI	CUBICULO 10	DIS25-054	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1118	V106097	UCI	CUBICULO 8	DIS25-055	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1115	V106104	UCI	CUBICULO 11	DIS25-056	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1122	V106105	UCI	CUBICULO 3	DIS25-057	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1110	V106098	UCI	CUBICULO 4	DIS25-058	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF3772	V106223	UCI	CUBICULO 5	DIS25-059	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1113	V106100	UCI	CUBICULO 2	DIS25-060	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M21B14600101	N/A	AMBULANCIAS	OPP 065	DIS25-165	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018703	N/A	AMBULANCIAS	OPP 049	DIS25-166	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021400	V105407	AMBULANCIAS	OPP 023	DIS25-167	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001-M20406680109	N/A	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-168	CUMPLE

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125533	V105770	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-169	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1116	V106103	URGENCIAS	SALA PROCEDIMIENTOS	DIS25-170	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130302	V105941	URGENCIAS	OBSERVACION HOMBRES	DIS25-171	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035272	V105943	URGENCIAS	OBSERVACION MUJERES	DIS25-172	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130246	V106013	GO Y PARTOS	POSTPARTO	DIS25-211	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130287	V106012	GO Y PARTOS	POSTPARTO	DIS25-212	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130293	V106009	GO Y PARTOS	POSTPARTO	DIS25-213	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130291	V106021	GO Y PARTOS	SERVICIO	DIS25-214	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021330	V105406	GO Y PARTOS	TRABAJO DE PARTO	DIS25-215	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130296	V106011	GO Y PARTOS	SALA PARTOS	DIS25-216	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128157	V106007	GO Y PARTOS	PREPARTOS	DIS25-217	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016005	V105292	GO Y PARTOS	TRABAJO DE PARTO	DIS25-218	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130247	V106005	GO Y PARTOS	PREPARTOS	DIS25-219	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128144	V105994	GO Y PARTOS	AREA COVID	DIS25-220	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021329	V105408	GO Y PARTOS	TRABAJO DE PARTO	DIS25-221	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130297	V106010	GO Y PARTOS	MONITORIZACION	DIS25-222	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035175	V105950	GO Y PARTOS	SERVICIO	DIS25-223	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-59021328	V105511	GO Y PARTOS	TRABAJO DE PARTO	DIS25-345	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1124	V106102	URGENCIAS	OBSERVACION HOMBRES	DIS25-346	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035213	V105948	URGENCIAS	OBSERVACION PEDIATRIA	DIS25-355	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-19119633	104347V	URGENCIAS	OBSERVACION PEDIATRIA	DIS25-356	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128131	V105996	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-357	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035132	V105949	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-358	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035097	V105945	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-359	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035164	V105952	URGENCIAS	OBSERVACION AISLADOS	DIS25-360	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1111	V106093	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DIS25-361	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035165	V105951	AMBULANCIAS	AMBULANCIAS	DADO DE BAJA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-55018704	V105293	AMBULANCIAS	AMBULANCIAS	DADO DE BAJA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016006	N/A	AMBULANCIAS	AMBULANCIAS	DADO DE BAJA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130295	V106003	CIRUGIA	RECUPERACION	FUERA DE SERVICIO POR PANTALLA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562 K	16998	V105766	CIRUGIA	RECUPERACION	DADO DE BAJA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035146	V105944	AMBULANCIAS	OPP 048	NO TOMABA LOS DATOS (Esta en la	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035247	V105946	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-135	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068A035178	V105947	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-369	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-54016007	V105296	HOSPITALIZACIÓN	HABITACION 1	DIS25-140	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130289	V106020	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-371	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130290	V106014	HOSPITALIZACIÓN	HABITACION	DIS25-354	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125473	V105772	HOSPITALIZACIÓN	HABITACION	DIS25-372	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125465	V105771	HOSPITALIZACIÓN	HABITACION	DIS25-373	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0127085	V106015	HOSPITALIZACIÓN	SERVICIO	DADO DE BAJA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130294	V106017	HOSPITALIZACIÓN	SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130308	V106023	HOSPITALIZACIÓN	SERVICIO	DIS25-370	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128145	V106022	HOSPITALIZACIÓN	SERVICIO	DIS25-374	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-51016002	V105295	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-377	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130249	V106006	PEDIATRÍA	3 PISO	DIS25-378	CUMPLE

MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	130303	V105940	PEDIATRÍA	SERVICIO	DADO DE BAJA	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130301	V105942	PEDIATRÍA	SERVICIO	DIS25-375	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130286	V106019	PEDIATRÍA	SERVICIO	DIS25-376	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1108	V106106	URGENCIAS	SALA PROCEDIMIENTOS	FUERA DE SERVICIO POR NIBP	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120 S	S2SNF1119	V106094	URGENCIAS	SALA REANIMACION	FUERA DE SERVICIO POR NIBP	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-44129115	V104909	URGENCIAS	CONSULTORIO 1	DIS25-381	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010141	V104903	URGENCIAS	CONSULTORIO 2	DIS25-382	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0128155	V105995	URGENCIAS	CONSULTORIO 3	DIS25-380	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125443	V105769	URGENCIAS	CONSULTORIO 4	DIS25-132	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	125522	V105768	URGENCIAS	SALA IRA	DIS25-353	CUMPLE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0130284	V106016	URGENCIAS	TRIAGE	DIS25-379	CUMPLE
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M229117550015	V106407	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 10	DIS25-297	CUMPLE
MONITOR FETAL	HUNTLEIGH	BD 4000 XS	714DX0204230-14	V104896	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 10	DIS25-298	CUMPLE
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750003	V106471	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-299	CUMPLE
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M21900520006	V106426	GO Y PARTOS	MONITOREO	DIS25-300	CUMPLE
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M18504350011	V105754	GO Y PARTOS	TRABAJO DE PARTO	DIS25-301	CUMPLE
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22805490001	V106472	GO Y PARTOS	TRABAJO DE PARTO	DIS25-303	CUMPLE
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22911750004	V106427	GO Y PARTOS	SERVICIO	DIS25-304	CUMPLE
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22805490003	N/R	GO Y PARTOS	TRABAJO DE PARTO	DADO DE BAJA	
PESA PAÑAL	GENERICO	7 KG	N/R	N/R	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-386	CUMPLE
PESA PAÑAL	CAMRY	NEK4150	N/R	N/R	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-385	CUMPLE
PULSOXIMETRO	CHOICE MED	MD300C52	222006301396	NR	AMBULANCIAS	AMBULANCIAS	NO SE ENCUENTRA	
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870042	V105968	CIRUGIA	RECUPERACION	DADO DE BAJA	
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16908650017	V105660	CIRUGIA	RECUPERACION	DADO DE BAJA	
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19200980012	N/R	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-480	CUMPLE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870045	N/R	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-432	CUMPLE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600015	N/R	PEDIATRIA	PASILLO	DIS25-391	CUMPLE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M22314600164	N/R	CIRUGIA	RECUPERACION	DIS25-434	CUMPLE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870028	N/R	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-388	CUMPLE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M21900530062	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-389	CUMPLE
PULSOXIMETRO	BEIJING CHOICE	MD300C52	192756300925	N/R	PEDIATRÍA	PEDIATRIA	DIS25-392	CUMPLE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870036	V105965	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-433	CUMPLE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870048	V105967	PEDIATRÍA	PRE TRIAGE	TALLER	
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	36D101-M19B10870046	V105964	UCI	EST. ENF.	DIS25-431	CUMPLE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16908650020	V105659	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	TALLER	
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870050	V105966	URGENCIAS	TRIAGE	DIS25-430	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124634	NR	AMBULANCIAS	OPP 023	DIS25-206	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124714	NR	AMBULANCIAS	OPP 039	EN EL TALLER	
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50 PSI	124714	NR	AMBULANCIAS	OPP 048	DIS25-193	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15LPM	125657	NR	AMBULANCIAS	OPP 048	FALTA	
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	50PSI	124639	NR	AMBULANCIAS	OPP 049	DADO DE BAJA	
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50 PSI	1630393	N/A	AMBULANCIAS	OPP 060	DIS25-204	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	NR	50 PSI	128650	NR	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-349	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	50PSI	1630498	NR	AMBULANCIAS	OPP 065	DIS25-201	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15 LPM	NR	NR	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-348	CUMPLE

REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C307	NR	CIRUGIA	ESTACION DE ENFERMERIA	FALTA	
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	PRECALIBRADO	127799	NR	GASTROENTEROLOGÍA	GASTROENTEROLOGÍA	DIS25-144	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	MCARE	0 - 15 LPM	200901893	NR	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-196	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15LPM	09225C147	N/R	PEDIATRÍA	PEDIATRIA	DIS25-427	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	13179C289	NR	UCI	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-341	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	15 LPM	156583	NR	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-145	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C343	NR	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-194	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C318	NR	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-384	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	5 LPM	13345C366	NR	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-198	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C302	NR	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-197	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO	TRG	15 LPM	14202C308	NR	URGENCIAS	SALA IRA	NO SE ENCUENTRA	
REGULADOR DE OXIGENO	NR	15 LPM	NR	NR	GO Y PARTOS		DIS25-343	CUMPLE
REGULADOR DE OXIGENO		0-15LPM	14205C255	NR	HOSPITALIZACIÓN		DIS25-387	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CIRUGIA	SALA 3	DIS25-260	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-261	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-262	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 1	DIS25-263	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 10	DIS25-264	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 11	DIS25-265	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 2	DIS25-266	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 3	DIS25-267	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 4	DIS25-268	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 5	DIS25-269	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 6	DIS25-270	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 7	DIS25-271	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 8	DIS25-272	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-T	N/R	N/R	UCI	CUBICULO 9	DIS25-273	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470254	NR	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	DIS25-274	CUMPLE
REGULADOR DE SUCCION	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K230200470253	NR	URGENCIAS	REANIMACION	DIS25-275	CUMPLE
RESUCITADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	RD900ASU	130321001067	V105691	GO Y PARTOS	SALA DE PARTOS	DIS25-467	CUMPLE
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	21200000832	N/A	AMBULANCIAS	CUARTO AMBULANCIAS	DIS25-224	CUMPLE
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131538	V106145	AMBULANCIAS	OPP 023	DIS25-225	CUMPLE
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131540	V106144	AMBULANCIAS	OPP 048	DIS25-226	CUMPLE
SUCCIONADOR	SPARMAX	12V	421381	N/A	AMBULANCIAS	OPP 049	DIS25-227	CUMPLE
SUCCIONADOR	NR	NR	NR	N/A	AMBULANCIAS	OPP 060	DIS25-228	CUMPLE
SUCCIONADOR	FOLEE	H003-C	210729706030081	N/A	AMBULANCIAS	OPP 065	DIS25-229	CUMPLE
SUCCIONADOR	FOLEE	H003C	MO221130080020	NR	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-230	CUMPLE
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L8.20.131	V106196	CIRUGIA	SALA 1	DIS25-233	CUMPLE
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001180	100636V	CIRUGIA	EST. ENF.	DIS25-234	CUMPLE
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	120600002844	1289	CIRUGIA	SALA 2	DIS25-235	CUMPLE
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	**140108**	V106981	GASTROENTEROLOGÍA	GASTROENTEROLOGÍA	DIS25-237	CUMPLE
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	.080600001694	484	GO Y PARTOS	SALA DE PARTOS	DIS25-238	CUMPLE
SUCCIONADOR	THOMAS	1135	110300004074	N/R	GO Y PARTOS	SALA DE PARTOS	DIS25-239	CUMPLE
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131515	V106140	HOSPITALIZACIÓN	CARRO DE PARO	DIS25-240	CUMPLE
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131583	V106147	PEDIATRÍA	CAMA	DIS25-241	CUMPLE

SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L8.20.134	V106200	UCI	CARRO DE PARO	DIS25-242	CUMPLE
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L.12.20.257	V106197	UCI	EST. ENF.	DIS25-243	CUMPLE
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L12.20.215	V106198	UCI	EST. ENF.	DIS25-244	CUMPLE
SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L12.20.241	V106199	UCI	EST. ENF.	DIS25-245	CUMPLE
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131582	**V106141**	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DIS25-246	CUMPLE
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET 1LT	131584	**V106142**	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DIS25-247	CUMPLE
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001185	1284	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DIS25-248	CUMPLE
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25481	V105931	CIRUGIA	SALA 1	**NO OPERATIVO**	
SUCCIONADOR	CAMI	HOSPIVAC 350	25484	V105932	CIRUGIA	SALA 2	**NO OPERATIVO**	
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	110400001182	1688	CIRUGIA	SALA 3	**NO OPERATIVO**	
TANQUE PAQUETE CALIENTE	INTERFÍSICA	COMBO 8 PAQ.	N/R	N/R	TERAPIA FÍSICA	TERAPIA FISICA	DIS25-400	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT ADULTO	´210416101349	NR	GASTROENTEROLOGÍA	GASTROENTEROLOGÍA	DIS25-164	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	978670	N/A	AMBULANCIAS	OPP 060	DIS25-175	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	942624	N/A	AMBULANCIAS	OPP 048	DIS25-177	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	140211085434	N/A	AMBULANCIAS	OPP 039	DIS25-178	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	131118091453	N/A	AMBULANCIAS	OPP 023	DIS25-179	CUMPLE
TENSIOMETRO	SPHYGMOMANOMETER	ADULTO	N/R	N/A	AMBULANCIAS	OPP 048	DIS25-180	CUMPLE
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	869931	N/R	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 3	DIS25-182	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	050812093654	N/R	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 2	DIS25-184	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804643	N/R	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 4	DIS25-185	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	120484	N/R	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 5	DIS25-186	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	974124	NR	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 7	DIS25-187	CUMPLE
TENSIOMETRO	MCO	ADULTO	NR	N/A	AMBULANCIAS	OPP 060	DIS25-188	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	710120	N/R	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 12	DIS25-190	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	140211083023	N/A	AMBULANCIAS	OPP 023	DIS25-203	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	718728	N/A	AMBULANCIAS	OPP 065	DIS25-207	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	059922	N/A	AMBULANCIAS	OPP 065	DIS25-208	CUMPLE
TENSIOMETRO	SPHYGNOMANOMETER	ADULTO	NR	N/A	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-209	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	001026	N/A	AMBULANCIAS	OPP 067	DIS25-210	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	943792	N/A	AMBULANCIAS	OPP 049	DADO DE BAJA	
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	24381	N/A	AMBULANCIAS	OPP 049	DADO DE BAJA	
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	7111947	N/R	CIRUGIA	EST. ENF.	DIS25-408	CUMPLE
TENSIOMETRO	LORD	PEDIATRICO	10611587	103661V	CIRUGIA	EST. ENF.	DIS25-409	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS ADULTO	07686841	99024V	CIRUGIA	EST. ENF.	DIS25-410	CUMPLE
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	893147	V104613	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 7	DIS25-181	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	070413135864	V104733	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 12	DIS25-183	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	´200807224637	NR	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 10	DIS25-421	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	352364	NR	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 8	DIS25-189	CUMPLE
TENSIOMETRO	SPYGMONOMETER	ADULTO	NR	NR	CONSULTA EXT.	CONSULTORIO 8	EQUIPO PERIDO	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	SN130227102214	N/A	CIRUGIA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-411	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULLTO	978652	NR	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-424	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	BARIATRICO	715434	N/R	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-407	CUMPLE
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	1248872	N/R	GO Y PARTOS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-425	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	160803184017	N/R	GO Y PARTOS	SALA DE PARTOS	DIS25-426	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	160803190227	N/R	GO Y PARTOS	SALA DE PARTOS	DIS25-406	CUMPLE

TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	732963	N/R	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-412	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	973874	N/R	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-485	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	732529	N/R	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-401	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	NEONATAL	364907	N/R	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-176	CUMPLE
TENSIOMETRO	HONSUN	PEDIATRICO	128439	N/R	PEDIATRÍA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-402	CUMPLE
TENSIOMETRO	SPHYAMOMANOMETER	ANEROIDE	NR	NR	UCI	CUARTO DE EQUIPOS	NO OPERATIVO	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SHOCK	160803185007	104132V	UCI	EST. ENF.	DIS25-403	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	977357	N/A	URGENCIAS	TRIAGE	DIS25-405	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	710160	N/A	URGENCIAS	SALA IRA	DIS25-422	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	804751	N/A	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-420	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	365053	N/A	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-423	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804759	N/A	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	DISDIS-419	CUMPLE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	804808	N/A	URGENCIAS	SALA IRA	NO SE ENCUENTRA	
TENSIOMETRO	RESIDENT	ADULTO	99042	N/A	URGENCIAS	CONSULTORIO 2	DIS25-404	CUMPLE
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	130227102214	N/A	URGENCIAS	ESTACION DE ENFERMERIA	PERDIDO	
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	AREA TECNICA	DIS25-016	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	N/R	LAB. CLÍNICO	CENTRO TRANSFUSIONAL	DIS25-017	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	ALMACENAMIENTO DE SANGRE	DIS25-018	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	DIS25-019	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	N/R	HTC-2	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	ALMACEN	DIS25-020	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES	DIS25-021	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	CIRUGIA	CARRO DE PARO	DIS25-276	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	GENERICO	HTC-2	NR	NR	GASTROENTEROLOGÍA	GASTROENTEROLOGÍA	DIS25-277	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	GO Y PARTOS	GO Y PARTOS	DIS25-278	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	NR	N/R	GO Y PARTOS	GO Y PARTOS	DIS25-279	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	HOSPITALIZACIÓN	CARRO DE PARO	DIS25-280	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	NR	UCI	CARRO DE PARO	DIS25-281	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	NR	UCI	EST. ENF.	DIS25-282	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	NR	NR	NR	N/A	AMBULANCIAS	CUARTO AMBULANCIAS	DIS25-283	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	BIOTEMP	N/R	N/R	CIRUGIA	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-284	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	FARMACIA	FARMACIA	DIS25-285	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	EBC	ETP101	N/R	361	ALMACÉN	ALMACEN	FUERA DE RANGO HUMEDAD	NO CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	VACUNACIÓN	VACUNACION	DIS25-286	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/A	AMBULANCIAS	OPP 065	NO SE ENCUENTRA	
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA312	N/R	N/R	CIRUGIA	ESTACION DE ENFERMERIA	DAÑO EN SENSOR DE TEMPERATURA	NO CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	ESTERILIZACIÓN	AREA VERDE	DIS25-287	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	ESTERILIZACIÓN	LAVADO	DIS25-288	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	GENERICO	HTC-2	N/R	N/R	ESTERILIZACIÓN	AREA AZUL	DIS25-289	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	NR	HTC - 2	N/R	NR	ALMACÉN	ALMACEN	DIS25-413	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	292	FARMACIA	FARMACIA	DIS25-414	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	GEC	TA 318	N/R	N/R	PEDIATRÍA	CARRO DE PARO	DIS25-416	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/R	SISTEMAS	OFICINA	DIS25-435	CUMPLE
TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	N/R	N/A	URGENCIAS	CARRO DE PARO	DIS25-436	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	NR	NR	N/R	GO Y PARTOS	SALA PREPARTO	DIS25-291	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE- FREEZER	NR	N/R	CIRUGIA	EST. ENF.	DIS25-292	CUMPLE

TERMOMETRO DE NEVERA	FRIDGE-FREEZER	DIGITAL	N/R	N/R	FARMACIA	FARMACIA	DIS25-293	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	VACUNACIÓN	VACUNACION	DIS25-294	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	ALLA FRANCE	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	VACUNACIÓN	VACUNACION	DIS25-295	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	CONG. PLASMA	DIS25-009	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	CENTRO TRANSFUSIONAL	DIS25-010	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	NR	N/R	LAB. CLÍNICO	NEV. #1	DIS25-011	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	NEV. #2	DIS25-012	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	N/R	N/R	LAB. CLÍNICO	NEV. #3 - REFRIGERACION	DIS25-013	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	NR	N/R	LAB. CLÍNICO	NEV. #3 - CONGELADOR	DIS25-014	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	TERMOMETER	FRIDGE- FREEZER	11	N/R	LAB. CLÍNICO	NEV. #4	DIS25-015	CUMPLE
TERMOMETRO DE NEVERA	FRESENIUS KABI	NR	NR	NR	HOSPITALIZACIÓN	ESTACION DE ENFERMERIA	DIS25-296	CUMPLE
TORNIQUETE DE PRESION	RIESTER	NR	161280013	N/A	AMBULANCIAS	OPP 048	DIS25-390	CUMPLE
TORNIQUETE DE PRESION	RIESTER	NR	161280012	N/A	AMBULANCIAS	OPP 023	NO SE ENCUENTRA	
VENTILADOR	IMPACT	EAGLE II	VCDC130024	N/A	AMBULANCIAS	OPP 023	DADO DE BAJA	
VENTILADOR	SIARE	SIRIO S2/T	50473	N/A	AMBULANCIAS	OPP 060	DADO DE BAJA	
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12433	V106116	AMBULANCIAS	AMBULANCIAS	DADO DE BAJA	
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12432	V106117	AMBULANCIAS	AMBULANCIAS	DIS25-455	CUMPLE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12427	V106120	AMBULANCIAS	AMBULANCIAS	DIS25-454	CUMPLE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12448	V106115	UCI	SERVICIO	DIS25-452	CUMPLE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12450	V106114	UCI	SERVICIO	DIS25-460	CUMPLE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12459	V106113	UCI	SERVICIO	DIS25-464	CUMPLE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12471	V106112	UCI	SERVICIO	TALLER	
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04615	V105987	UCI	CUBICULO 1	DIS25-458	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04515	V105989	UCI	CUBICULO 10	DIS25-451	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04185	V105992	UCI	CUBICULO 2	DIS25-450	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04815	V105993	UCI	CUBICULO 3	DIS25-461	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04669	V105988	UCI	CUBICULO 4	DIS25-463	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04617	V105985	UCI	CUBICULO 5	DIS25-462	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03210	V105984	UCI	CUBICULO 6	DIS25-453	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04663	V105986	UCI	CUBICULO 7	DIS25-457	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT03290	V105990	UCI	CUBICULO 8	DIS25-456	CUMPLE
VENTILADOR	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04652	V105991	UCI	CUBICULO 9	DIS25-459	CUMPLE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12431	V106118	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DIS25-465	CUMPLE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12425	V106121	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DIS25-466	CUMPLE
VENTILADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12429	V106119	URGENCIAS	SALA REANIMACION	DADO DE BAJA	

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA — Salud Integral, Impacto Real	**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**	**Fecha:** 05/11/2024
		Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	**Versión:** 04
		Página: 1 de 3

FECHA: 20 - Febrero - 2025 **HORA:** 11:30

ACTIVIDAD: Capacitacion manejo autoclaves

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Naralla Rojas	36274664	Aux. Enf	planta	
2	Eliana Ordoñez	1081396243	Aux. Enf	Agremiada	Eliana O.
3	Yecenia Rojas G.	1075281441	Aux Gifr.	Agremiacion	Yecenia
4	Karen Julieth Castro	1070619556	Aux Enf	Agremiación	
5	Lida Elena Quiroz	36379981	Aux Enf	provisional	
6	Luz Marina Acosta	1081406911	Aux. Enf.	Agremiacion	Luz Marina
7	Maria Camila Vallejos V.	1081421356	Psicologa SGS	Agremiación	Maria Camila V.
8	Susana Sossa	36130065	Enfermera	planta	Susana Sossa
9	Obdulia X. Cediel M.	55088818	Tec. Aud. Calidad.	Agremiación	Obdulia X. Cediel M.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

Scanned with CamScanner

ImpulMédicos S.A.S

FORMATO	CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Codigo: FR-GS-04
Versión: 01
Fecha: 25-05-2022

INDUCCIÓN EN MANEJO DEL EQUIPO:	CIOS SELEC

Fecha: 5 3 2025
Cliente: HOSP. SAN ANTONIO DE PADUA
Ciudad: LA PLATA HUILA

Equipo: CIOS SELEC
Serial: 51211
Sede: LA PALTA

Hora Inicio: 15.00 Hora Fin: 18:00 Trabajo terminado: X NO

TEMAS TRATADOS

1	Principios de funcionamiento y operación	6	
2	Rutinas de limpieza y desinfección	7	
3	Verificación previa a su uso	8	
4	Resolver dudadas de la capacitación	9	
5	INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN ELECTRICA	10	

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Gabriel Tambis S.	1047438109	Enfermero	Agremiado	
2	María Paula Herrera R.	1081419021	médico	Agremiación	
3	Lineth Natalia Valencia	1081411953	Tec Rx	Agremiación	
4	Diego Fernando V.	1081153274	Radiología	Agremiación	
5	Dioc Ramirez Parz	1081408174	Tel Rx	Agremiación	
6		7684253			
7	Silva Daniela Valencia C.	1031414038.	Hercadeo.	Contratista.	
8	Oswaldo Rubio P.	12274612	Asesor	O. P. S	
9					
10	Alexander Andrade	94431508	Ing electro	Contratista	
11		1081396797	Enfermera	Agremiación	
12			Tar	Agremiado	
13			Tar	Agremiado	

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS:	

Entrega:

Nombre Ingeniero: LUIS ALBEY QUITIAN CARRILLO

(Con la presente IMPULMEDICOS S.A.S hace entrega de toda la documentación necesaria

Recibe:

Nombre: JORGE CERTUCHE
Cargo: ING BIOMEDICO
Fecha: 05/03/2025

para el buen funcionamiento del equipo)

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA — Salud Integral, Impacto Real	**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**	**Fecha:** 05/11/2024
		Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA** **LA PLATA HUILA** **PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**Versión:** 04
		Página: 1 de 2

FECHA: 8 de Abril de 2025 **HORA:** 10 AM - 12:30 PM

ACTIVIDAD: Capacitación manejo de torre de laparoscopia - STORZ

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Yesid Mena Pantoja	1006679612	ING. Biomédico	OPS	
2		17780616	Inst. Qx	Agremiación	
3		1017999	Gyneco	OPS	
4	Manuel Mendez	16627234	Cirujano	Contrato	
5	Leidy Ramirez Parra	1031403270	Aux Enf	Agremiación.	
6	Yaliana Andrea	1083[illegible]	Aux. Enf	Agremiación (Hospital	
7	Dana Paola Ramos	1069924830	Aux Enf	Agremiación	
8	Carlos Andrade M.	1081415854	Aux Enf	Agremiación	
9	Nicolas Lopez	1004568446	Enf	Agremiación	
10	Jorge Enrique Ribon Perez	1081119524	Aux Enfe.	Agremiación	Jorge Ribon
11	Santiago Erazo	1004597714	Ing. Biomedico	Regulado Vital	
12	Heyddy Tatiana Herrera	1053823837	Aux Enf	Agremiación	
13	Yeenia Rojas	1075781411	Aux Enfe.	Agremiación	Yeenia R.
14	Edna Magaly Lizcano	36383927	Aux Enf	Agremiación	Edna L.
15	Yuliana Bustos Ochoa	1004252519	Tec	Contrato Ext.	
16	Luz Marina Charfuelan	1075[illegible]	Aux. Enf.	Agremiacion	
17	Alex Castro Faudin	85370524	Medico	Agremiacion	
18	Cristian David Tole Obstetriz	14010834	Aux Enf.	Agremiación	

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

Scanned with CamScanner

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA — Salud Integral, Impacto Real	**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**	**Fecha:** 05/11/2024
		Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA** **LA PLATA HUILA** **PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**Versión:** 04
		Página: 2 de 2

FECHA: 8 de Abril de 2025 **HORA:** 10 AM - 12:30 pm

ACTIVIDAD: Capacitacion manejo de Torre de laparoscopia - STG RZ

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Valentina Casado	1061812478	Enfermera	Agremiación	Valentina V.
2	Victoria Cortes S	1084537332	Aux Enf	Agremiada	Victoria C.
3	Lida Liliana Cuadros	36379081	Aux Enf	Provisional	lida cuadros
4	Noralba Rosero	36242664	Aux. Enf	Planta	
5	Maria Camila Torres P.	1061793602	Médico	Agremiada	
6	Yudy Adelaida P. Bazan	1081404293	IQx	Agremiada	
7	Jennifer Cuenca	1082157496	AUXENF	Agremiada	Jennifer Cuenca
8	Yolanda martinez	1081393760	Enfermera	Agremiada	Yolanda
9	Andry Lorena Guapacha	1081396284	Medico	Agremiada	
10	Jorge Cesduche F	1061786010	Ing biomedico	Respaldo total	
11	Cindy Sanabria C	1081396797	Enfermera	Agremiada	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

Scanned with CamScanner

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA — Salud Integral, Impacto Real	**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**	**Fecha:** 05/11/2024
		Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA** **LA PLATA HUILA** **PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**Versión:** 04
		Página: 1 de 2

FECHA: 02 - 05 - 2025 **HORA:** _____

ACTIVIDAD: Capacitacion manejo de monitor y desfibrilador y ventilado

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Nini A Vargas	36067016	Aux Enf	Agremiado	
2	Eliana Umaña	1081106156	Aux Enf	Agremiado	
3	Yesika Herrera	1117516271	Aux Enf	Agremiado	
4	Marcos Endoy	12271440	Conductor	Planta	
5	Paola Cruz	1061735177	Aux enf	Agremiado	
6	Martha Liliana M	1004153724	Aux enf	Asremiado	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

Scanned with CamScanner

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA — Salud Integral, Impacto Real	**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**	**Fecha:** 05/11/2024
		Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA** **LA PLATA HUILA** **PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**Versión:** 04
		Página: 2 de 2

FECHA: 26/05/25 **HORA:** 11:00 Am - 11:40 Am

ACTIVIDAD: Capacitación Tecnovigilancia - Hospitalización

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Angela Mayerly P.	1081718373	Aux enf.	Agremiado	Angela Pancer
2	Heidy Ramírez	36383100	Aux Enf	Agremiada	
3	Maria Camila Muñoz	1081420669	Aux enfe.	Agremiada	Maria Camila
4	Carolina Trujillo Cortes	36384035	AUX-ENF	PROVISIONAL	
5	Maria Fernanda Mora	1081403359	ENFERMERA	Agremiación	Maria Fernanda Mora.
6	Liceth Bibiana Erazo B.	1007250639	AUXENFERMERIA	Agremiación	Liceth Erazo B.
7	Stefanny Gómez S	1082974215	Enfermera	Agremiada	
8	Maria Idbsanchez	1082127225	AUX ENF	Agremiacion	Maria sanchez
9	Durley Andrea Iguran	1007359719	AUX ENF	Agremiación	Andrea I.
10	Yoqueline Cruz	26522414	Aux Enf	Agremiada	Yoqueline
11	Yulieth Idbsanchez	1083979875	Aux Enf.	Agremiada	Yulieth Idbs
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

Scanned with CamScanner

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA — Salud Integral, Impacto Real	**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**	**Fecha:** 05/11/2024
		Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	**Versión:** 04
		Página: 1 de 2

FECHA: 05-06-2025 **HORA:** 8:00 Am - 8:40 Am

ACTIVIDAD: Reinducion personal cirugia manejo desfibrilador - DEA

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Cristian David Tole Hernandez	14.010.834	Aux Enfermeria	Asistencial	
2	Victoria Cortes	1069477372	AUX ENF.	Agenciado	
3	Jorge Enrique Ibarra	1083111524	Aux Enfermeria	Agenciado	
4	Heyddy Tatiana Herr	1053823887	Aux Enfermeria	Agenciado	
5	Yoondo Molina	1083777760	Enfermera	Agremiada	Yolanda
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

Scanned with CamScanner

FECHA:	2 de Julio de 2025
ACTIVIDAD:	Capacitación ventiladores servicio de Urgencias
PROCESO VINCULADO:	Ingeniería Biomédica
RESPONSABLE:	Respaldo Vital
OBJETIVO:	Llevar a cabo la capacitación sobre manejo y cuidados del ventilador del servicio de Urgencias

CONTENIDO:

En el marco del fortalecimiento de las competencias del personal asistencial, se llevó a cabo una capacitación dirigida al equipo de trabajo del servicio de Urgencias, enfocada en el manejo y cuidado de los ventiladores mecánicos.

Durante la actividad se abordaron aspectos fundamentales como la correcta manipulación del equipo, la verificación de parámetros ventilatorios, la realización de pruebas de funcionamiento, la higiene y desinfección de los accesorios, así como las recomendaciones para prolongar la vida útil de los dispositivos y prevenir fallas técnicas.

La jornada tuvo como objetivo reforzar las buenas prácticas en la operación de los ventiladores, garantizar la seguridad del paciente crítico y optimizar el uso de los recursos biomédicos. Asimismo, se promovió la resolución de dudas y la actualización en protocolos de uso, generando un espacio participativo y de retroalimentación con el personal asistencial.

Con esta capacitación se contribuye a la mejora continua de la calidad del servicio, a la disminución de riesgos asociados a fallas de los equipos y a la consolidación de un manejo estandarizado en Urgencias.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

1. Anexo listado de asistencia

	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha: 05/11/2024 Código: MDE-GPDI-GD-F-002 Versión: 04 Página: 1 de 1
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

FECHA: 2-07-2025 HORA: 10:00

ACTIVIDAD: Capacitacion Manejo y cuidado ventilador Monal T60

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Michael Campo	1061742476	Fisioterapeuta	Agremiación	MichaelC.
2	Angela Mª Varela P.	1114061452	Fisioterapeuta	Agremiación	Angela Mª Varela
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usada, copiada, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

DOCUMENTO CONTROLADO

Scanned with CamScanner

CONCLUSIÓN

Como resultado de la capacitación impartida, el personal asistencial del servicio de Urgencias manifestó su compromiso con el uso responsable y el adecuado cuidado de los equipos biomédicos, en especial de los ventiladores mecánicos.

El equipo de salud se comprometió a aplicar las recomendaciones establecidas durante la jornada de formación, garantizando la correcta manipulación, limpieza, desinfección y almacenamiento de los dispositivos. Asimismo, se acordó realizar reportes oportunos ante cualquier eventualidad o señal de falla técnica, con el fin de prevenir riesgos y asegurar la continuidad del servicio.

Este compromiso busca fortalecer la cultura institucional de responsabilidad compartida sobre los equipos biomédicos, optimizando su vida útil y contribuyendo a la seguridad de los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias.

Elaboró:

Santiago Erazo
Ingeniero Biomédico
RESPALDO VITAL S.A.S.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

FECHA:	19 de agosto de 2025
ACTIVIDAD:	Capacitación ventiladores servicio de UCI
PROCESO VINCULADO:	Ingeniería Biomédica
RESPONSABLE:	Respaldo Vital
OBJETIVO:	Llevar a cabo la capacitación sobre manejo y cuidados del ventilador del servicio de UCI

CONTENIDO:

En el marco del fortalecimiento de las competencias del personal asistencial, se llevó a cabo una capacitación dirigida al equipo de trabajo del servicio de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), enfocada en el manejo y cuidado de los ventiladores mecánicos.

Durante la actividad se abordaron aspectos fundamentales como la correcta manipulación del equipo, la verificación de parámetros ventilatorios, la realización de pruebas de funcionamiento, la higiene y desinfección de los accesorios, así como las recomendaciones para prolongar la vida útil de los dispositivos y prevenir fallas técnicas.

La jornada tuvo como objetivo reforzar las buenas prácticas en la operación de los ventiladores, garantizar la seguridad del paciente crítico y optimizar el uso de los recursos biomédicos. Asimismo, se promovió la resolución de dudas y la actualización en protocolos de uso, generando un espacio participativo y de retroalimentación con el personal asistencial.

Con esta capacitación se contribuye a la mejora continua de la calidad del servicio, a la disminución de riesgos asociados a fallas de los equipos y a la consolidación de un manejo estandarizado en la UCI.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

1. Anexo listado de asistencia

	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fecha: 05/11/2024 Código: MDE-GPDI-GD-F-002 Versión: 04 Página: 1 de 1

FECHA: 19 - 08 - 2025 HORA: 2:30 Pm

ACTIVIDAD: Capacitacion UCI - Ventilador Mecanico T60

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Luisa Fernanda Ibarra P.	1.669.410.170	Fisioterapeuta	Agremiado	
2	Mª Alejandra Ocio	1.016.078.815	Fisioterapeuta	Agremiado	Mª Ocio
3	Jessica Hincapie Cano	1.083.911.041	Fisioterapeuta	Agremiado	
4	Xiomara Ortiz	1.075.223.738	Fisioterapeuta	Agremiado	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

DOCUMENTO CONTROLADO

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

CONCLUSIÓN

Como resultado de la capacitación impartida, el personal asistencial del servicio de UCI manifestó su compromiso con el uso responsable y el adecuado cuidado de los equipos biomédicos, en especial de los ventiladores mecánicos.

El equipo de salud se comprometió a aplicar las recomendaciones establecidas durante la jornada de formación, garantizando la correcta manipulación, limpieza, desinfección y almacenamiento de los dispositivos. Asimismo, se acordó realizar reportes oportunos ante cualquier eventualidad o señal de falla técnica, con el fin de prevenir riesgos y asegurar la continuidad del servicio.

Este compromiso busca fortalecer la cultura institucional de responsabilidad compartida sobre los equipos biomédicos, optimizando su vida útil y contribuyendo a la seguridad de los pacientes atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Elaboró:

Capacitador
Santiago Erazo
Ingeniero Biomédico
RESPALDO VITAL S.A.S.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

FECHA:	25 de Septiembre y 30 de Septiembre de 2025
ACTIVIDAD:	Capacitación autoclave de vapor, esterilizador de baja temperatura e incubadora de biológicos
PROCESO VINCULADO:	Ingeniería Biomédica
RESPONSABLE:	Respaldo Vital – Stericlinic
OBJETIVO:	Llevar a cabo la capacitación sobre manejo y cuidados de la autoclave de vapor, esterilizador de baja temperatura e incubadora de biológicos

CONTENIDO:

En el marco del fortalecimiento de las competencias del personal asistencial, se llevó a cabo una capacitación dirigida al equipo de trabajo del servicio de Central de Esterilización, enfocada en el manejo, funcionamiento y cuidado del autoclave de vapor, el esterilizador de baja temperatura y la incubadora de biológicos.

Durante la jornada se abordaron aspectos fundamentales como la correcta operación de los equipos, la verificación de los parámetros de ciclo, la realización de pruebas de control biológico y químico, la limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo, así como las recomendaciones orientadas a garantizar la eficacia del proceso de esterilización, prevenir fallas técnicas y prolongar la vida útil de los dispositivos.

La actividad tuvo como objetivo reforzar las buenas prácticas en el manejo de los equipos de esterilización, asegurar la calidad de los procesos y la seguridad del material médico-quirúrgico, además de optimizar el uso de los recursos biomédicos. Asimismo, se promovió la resolución de inquietudes y la actualización en los protocolos de operación, generando un espacio participativo y de retroalimentación con el personal asistencial.

Con esta capacitación se contribuye a la mejora continua de la calidad del servicio, a la disminución de riesgos asociados a procesos inadecuados de esterilización y a la consolidación de un manejo estandarizado en la Central de Esterilización.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

1. Anexo listado de asistencia

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fecha: 05/11/2024 Código: MDE-GPDI-GD-F-002 Versión: 04 Página: 1 de 1

FECHA: 30-Sep-2025 HORA: 11:00

ACTIVIDAD: Induccion y reinduccion manejo y cuidado Adecuado stero y Preparacion de biologicos

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Erika Yulieth Martinez	1081409910	Aux Enfermeria	Agremiacion	Erika Y.
2	Noralba Rosero	36272664	Aux Enf	Planta	Noralba
3	Yeenia Rojas G.	1075281448	Aux. Enf.	Agremiacion	Yeenia Ro
4	Lida Liliana Cuellar	36379981	Aux Enf	provisional	Lida Cuellar
5	Luz Marina Charria	1081406611	Aux. Enf.	Agremiacion	Luz Charria
6	Karla Palmezano	1121305997	Inst. Qx	Agremiación	Palmezano
7	Edna Magali Lizcano	36383727	Aux. Enf	Agremiación	Edna L
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

DOCUMENTO CONTROLADO

Scanned with CamScanner

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha: 15/09/2022 Código: MDE-GPDI-GD-F-002 Versión: 03 Página: 1 de 1
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

FECHA: 25-Septiembre-2025 HORA: 09:00 AM

ACTIVIDAD: Capacitación Autoclave Stericlinic

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Esha Magali Lizcano	36383923	Aux Enf	Agremiación	Esha L.
2	Yamila Rojas	36272669	Aux Enf	planta	Yamila
3	Yiomara Alvarez Yondaz	1084576166	Aux Enf	Agremiación	Yiomara Alvarez
4	Yecenia Rojas G	1015782141	Aux Enf	Agremiación	Yecenia R.
5	Erika Yulieth M	1081400976	Aux Enf	Agremiación	Erika
6	Luz Marina Charfa	1081406911	Aux. Enf.	Agremiación	Luz Marina
7	Karla Palmezano	1121325701	Enf. Qx	Agremiación	Karla
8	Edwin Munoz R.	12280516	Enf. Qx	Agremiación	
9	Jesid Mena	1006674612	Instrumentador	Ors	
10	Santiago Erazo	1004417714	Ing Biomedico	Rapido Vital	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

DOCUMENTO CONTROLADO

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

2. Anexo registro fotográfico

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

CONCLUSIÓN

Como resultado de la capacitación impartida, el personal del servicio de Central de Esterilización manifestó su compromiso con el uso responsable y el adecuado manejo de los equipos biomédicos, en especial del autoclave de vapor, el esterilizador de baja temperatura y la incubadora de biológicos.

El equipo de trabajo se comprometió a aplicar las recomendaciones establecidas durante la jornada de formación, garantizando la correcta operación, limpieza, mantenimiento y control de calidad de los procesos de esterilización. Asimismo, se acordó realizar reportes oportunos ante cualquier eventualidad o indicio de falla técnica, con el fin de prevenir riesgos, mantener la trazabilidad de los ciclos y asegurar la eficacia de los procedimientos.

Este compromiso fortalece la cultura institucional de responsabilidad compartida sobre el cuidado y buen uso de los equipos biomédicos, optimizando su desempeño y contribuyendo a la seguridad del material médico-quirúrgico y de los pacientes atendidos en la institución.

Elaboró:

Yesid E. Mena Pantoja
Ingeniero Biomédico
E.S.E. HDSAP

Santiago Erazo
Ingeniero Biomédico
RESPALDO VITAL S.A.S.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Scanned with CamScanner

FECHA:	31 de octubre de 2025
ACTIVIDAD:	Capacitación manejo del ventilador de transporte y desfibrilador en el servicio de Transporte Asistencial (Ambulancias)
PROCESO VINCULADO:	Ingeniería Biomédica
RESPONSABLE:	Yesid Mena
OBJETIVO:	Llevar a cabo la capacitación sobre manejo y cuidados del ventilador de transporte y desfibrilador en el servicio de Transporte Asistencial

CONTENIDO:

Como parte de las acciones de fortalecimiento de las competencias del personal asistencial y del adecuado uso de los dispositivos biomédicos, se llevó a cabo la capacitación sobre el manejo y cuidados del ventilador de transporte y del desfibrilador, dirigida al equipo del servicio de Transporte Asistencial.

Durante la actividad se abordaron los siguientes aspectos:

- Revisión de las características principales y funcionalidades del ventilador de transporte y del desfibrilador.
- Lineamientos para el uso seguro de los dispositivos durante los traslados intra y extrahospitalarios.
- Procedimientos de verificación previa, operación básica y resolución de alertas comunes.
- Recomendaciones para el cuidado, conservación y reporte oportuno de novedades o fallas.

La capacitación permitió reforzar el conocimiento del personal sobre el manejo adecuado de estos equipos esenciales para la atención de pacientes en situaciones críticas, contribuyendo a la disminución de riesgos y a la mejora de la calidad del servicio de Transporte Asistencial. Se evidenció una participación activa por parte del equipo, así como disposición para la aplicación de las recomendaciones impartidas.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

Con esta actividad se garantiza el uso seguro, eficiente y responsable de los dispositivos, asegurando su disponibilidad y óptimo desempeño en los traslados asistenciales.

1. Anexo listado de asistencia



FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha:	05/11/2024
Código:	MDE-GPDI-GD-F-002
Versión:	04
Página:	1 de 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL

FECHA: 31-10-2025 HORA: 7:00 Am.

ACTIVIDAD: Capacitacion Ventiladores, monitores y disponibilidad de ambulancias

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Luisa Calderon U	1227185641	Auxiliar	AG	
2	Hugo Celon	1031480809	Conductor	Asistencial	
3	Andres Fernando Eubi	1081400200	conductor	Asistencial	
4	Maricela Santana	1081406917	Auxiliar	Asistencial	
5	Jhon F. Murcia	12195978	conduc	Asistencia	
6	Lizdey Dayana Mina E	1004099773	Aux Ref.	Asistencial	
7	Nori A Vargas	36067016	Aux Enf	Asistencial	
8	Eliana Vivas	1081166850	Auxiliar	Asistencial	
9	Ivan Castro	1081546179	conductor	Asistencial	
10	Paola Ome	1061733172	Auxiliar	Asistencial	
11	Katherin Tovar Trigos	1013286947	Enfermera	Asistencial	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"



DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

CONCLUSIÓN

La capacitación realizada al personal del servicio de Transporte Asistencial permitió fortalecer de manera significativa las competencias relacionadas con el uso seguro y adecuado del ventilador de transporte y del desfibrilador. El espacio formativo contribuyó a reforzar conocimientos esenciales para la atención de pacientes en situaciones críticas, promoviendo prácticas correctas de verificación, operación y conservación de los equipos. Asimismo, se evidenció un alto nivel de participación y compromiso por parte del equipo, lo que favorece la aplicación de las recomendaciones y el mejoramiento continuo del servicio. Con estas acciones, la institución avanza en el aseguramiento de la calidad y en la reducción de riesgos asociados al uso de dispositivos biomédicos durante los traslados asistenciales.

Elaboró:

Yesid E. Mena Pantoja
Ingeniero Biomédico
E.S.E. HDSAP

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

FECHA:	27 de noviembre de 2025
ACTIVIDAD:	Capacitación manejo del desfibrilador y monitor de signos vitales en el servicio de gineco-obstetricia
PROCESO VINCULADO:	Ingeniería Biomédica - DISCONMED
RESPONSABLE:	Yesid Mena
OBJETIVO:	Llevar a cabo la capacitación sobre uso, cuidado, limpieza y desinfección de desfibrilador y monitores de signos vitales

CONTENIDO:

Como parte de las acciones de fortalecimiento de las competencias del personal asistencial y del adecuado uso de los dispositivos biomédicos en el servicio de Gineco-Obstetricia, se llevó a cabo la capacitación sobre el manejo, limpieza y desinfección del Desfibrilador y del Monitor de Signos Vitales.

Durante la actividad, dirigida al equipo asistencial de Gineco-Obstetricia, se abordaron los siguientes aspectos esenciales:

- Revisión de las Características Principales y Funcionalidades
    - Uso específico del Desfibrilador en emergencias
    - Funcionalidades clave del Monitor de Signos Vitales para la monitorización de pacientes obstétricas y sus condiciones críticas
- Lineamientos para el Uso Seguro en el Servicio
    - Verificación de accesorios específicos antes de cada uso.
- Procedimientos de Limpieza y Desinfección Rigurosa
    - Técnicas detalladas para la limpieza y desinfección del Desfibrilador y el Monitor, incluyendo sus accesorios

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

1. Anexo listado de asistencia



FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-002
Versión: 04
Página: 1 de 2

FECHA: 27 Noviembre 2025 HORA: 2:30 Pm

ACTIVIDAD: Capacitacion Desfibrilador Primedic dispmonitor en ginecologia

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Natalia Palomo	1192760787	Enfermera	Organizadora	Natalia P.
2	Saldana Mendez	1081427805	AUX Enfe	Asistencia	
3	Sidi Vanessa Johana C.	1087410280	AUX ENF	Asistencia	
4	Yessica A. Rivera	1077853945	Interna	Universidad	Yessica Rivera
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del

DOCUMENTO CONTROLADO

CONCLUSIÓN

La capacitación permitió reforzar el conocimiento del personal sobre el manejo, cuidado y la importancia de la correcta higienización de estos equipos esenciales para la atención de pacientes en situaciones críticas en el área de Gineco-Obstetricia. El equipo demostró un interés, proactividad y una excelente disposición para la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos y de las diferentes recomendaciones realizadas en esta actividad, en pro de la seguridad de la paciente y la calidad del servicio.

Elaboró:

Yesid E. Mena Pantoja
Ingeniero Biomédico
E.S.E. HDSAP

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

FECHA:	27 de noviembre de 2025
ACTIVIDAD:	Capacitación manejo del desfibrilador en el servicio de cirugía
PROCESO VINCULADO:	Ingeniería Biomédica
RESPONSABLE:	Yesid Mena - DISCONMED
OBJETIVO:	Llevar a cabo la capacitación sobre uso, cuidado, limpieza y desinfección de desfibrilador

CONTENIDO:

Como parte de las acciones de fortalecimiento de las competencias del personal asistencial y para garantizar el adecuado uso y mantenimiento de los dispositivos biomédicos críticos, se llevó a cabo una capacitación sobre el manejo, cuidados, limpieza y desinfección del Desfibrilador, dirigida al equipo del servicio de cirugía.

Durante la actividad, se abordaron de manera prioritaria los siguientes aspectos esenciales:

- Uso Seguro del Dispositivo: Revisión de las funcionalidades principales y lineamientos para la operación segura del desfibrilador. Esto incluyó la verificación previa, operación básica y resolución de alertas comunes.
- Procedimiento de Limpieza y Desinfección: uso de insumos adecuados para la limpieza y desinfección del equipo (palas, cables, superficie), en apego a los protocolos institucionales, con el fin de minimizar el riesgo de infecciones cruzadas.
- Cuidado y Conservación: Recomendaciones para el cuidado y la conservación óptima del desfibrilador, incluyendo el manejo de consumibles (electrodos, batería) y el reporte oportuno de novedades o fallas técnicas.

La capacitación permitió reforzar el conocimiento del personal sobre el manejo integral del desfibrilador, incidiendo directamente en la disminución de riesgos operativos y biológicos, y contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad y la bioseguridad del servicio de cirugía. Se observó una participación y un alto compromiso por parte del personal para aplicar rigurosamente los procedimientos de uso, limpieza y desinfección impartidos.

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

1. Anexo listado de asistencia



FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024 | Código: MDE-GPDI-GD-F-002 | Versión: 04 | Página: 1 de 2

FECHA: 27 Noviembre 2025 HORA: 7:40 am

ACTIVIDAD: Capacitación Desfibrilador Hindray Benchheart D6 en cirugía

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Xiomara Angel	1076505284	Auxiliar Enferme	Agremiación	
2	Jenny Andrade	1006219427	Aux Enf	Agremiación	Jenny A.
3	Karla Palmeano	1121305747	Inst Qx	Agremiación	Palmeano
4	[illegible]	1081418711	Enfermera	Agremiación	
5	[illegible]	36109558	Enfermera	Planta	
6	Cindy Saavedra C	1081398797	Enfermera	Agremiación	
7	Diana Paola Ramirez	0699248[illegible]	Aux Enf	Agremiación	Diana Ram
8	Karen Alejandra Fajardo	1004749620	Enfermera	Agremiación	
9	LEIDY ALARCON	1081.405.477	AUX ENF	AGREMIACION	
10	Cristian Daniel [illegible]	1[illegible]085[illegible]	Aux Enf	Agremiación	
11	Carlos Andrade	1081115859	Aux Enf.	Agremiación	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

DOCUMENTO CONTROLADO

2. Anexo evidencia fotográfica servicio de salas de cirugía

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

CONCLUSIÓN

La capacitación del personal de Cirugía sobre el desfibrilador ha generado un impacto directo en la seguridad clínica y el manejo de emergencias, al fortalecer las habilidades esenciales para la atención efectiva. Esta formación incluyó la estandarización de prácticas correctas de verificación y operación, garantizando la confiabilidad del equipo y reduciendo el riesgo operacional. Además, la alta participación del equipo asegura la aplicación inmediata de protocolos, lo que es fundamental para la mejora continua de la calidad asistencial y la reducción de riesgos asociados a dispositivos biomédicos en el entorno quirúrgico.

Elaboró:

Yesid E. Mena Pantoja
Ingeniero Biomédico
E.S.E. HDSAP

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA — Salud Integral, Impacto Real	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha: 05/11/2024
		Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Versión: 04
		Página: 2 de 2

FECHA: 26 de Diciembre de 2025 HORA: 11:24 AM

ACTIVIDAD: Capacitacion sobre cuidados de desfibrilador, monitoreo de signos vitales, bomba de infusion en hosp. Hospitalización

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Karen Valencia	7088413254	Medico	Agremiacion	KV
2	Laura Pedraza	1083425405	Enfermera	Agremiacion	
3	Yuly Alfonso	1081406850	Aux Enf	Agremiacion	
4	Andrea Cubillos	1004249185	Aux Enf	Agremiacion	Andrea C
5	Yasmin Artunduaga	1081415601	Aux Enf	Agremiacion	Yasmin
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

Scanned with CamScanner

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA — Salud Integral Impacto Real	**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**	**Fecha:** 05/11/2024
		Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA** **LA PLATA HUILA** **PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**Versión:** 04
		Página: 1 de 2

FECHA: 26 de Diciembre de 2025 **HORA:** 9:00 AM

ACTIVIDAD: Capacitacion a personal sobre uso y cuidados de mantenimiento de signos vitales, bombas, incubadora

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carol Lizeth Luna Cepeda	1004248873	Aux Enfermeria	Agremiación	Carol Luna C.
2	Stephanny Duque	1042426026	Aux	Agremiado	Steph
3	Sandra Ramirez	26572467	Aux Enf	Provisionalidad	Sandra R.
4	Sofia Leon ochoa	1061808179	Tecnologa	Contratista	sofia leon ochoa
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

DOCUMENTO CONTROLADO

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

Scanned with CamScanner